



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

AVVISO DI RETTIFICA DEL CAPITOLATO TECNICO LOTTO 22-APPARECCHIO PER ANESTESIA DI FASCIA ALTA

Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.l., di rilevanza comunitaria, interamente telematica, finalizzata alla stipula di Accordi-Quadro ex art 54 c. 4 lett. a) D. Lgs. 50/2016 s.m.l, per la fornitura ed installazione di Apparecchiature Elettromedicali per l'ARNAS Garibaldi Catania.

In relazione alla procedura in oggetto richiamata, si comunica che, è pervenuta segnalazione da parte dell'Ing. Clinico Aziendale, relativamente al lotto 22-Apparecchio per anestesia di fascia alta, rappresentando che il capitolato tecnico riporta a pagina 61 e 63, due refusi e nello specifico:

- a pag. 61, la frase "Trigger flusso regolabile fino ad almeno 10 lit/min" è da intendersi modificato nel seguente modo: "Trigger flusso regolabile fino ad almeno 1,0 lit/min" ;

-a pag. 63, il criterio 1.9 in griglia "Trigger flusso regolabile > 10 lit/min" è da intendersi modificato nel seguente modo: " Trigger flusso regolabile > 1,0 lit/min"

Pertanto si procederà ad apportare le superiori modifiche ed allegare, agli atti di gara pubblicati, il documento "capitolato tecnico" corretto alla luce di quanto sopra esposto.

Restano inalterate tutte le altre parti del Disciplinare di gara e del Capitolato tecnico e i relativi allegati.

Si provvederà a dare pubblicità, di quanto sopra, pubblicando il presente avviso ed il file "capitolato tecnico" corretto, sul proprio profilo committente www.ao-garibaldi.ct.it - Amministrazione trasparente - Sezione bandi di gara e contratti e sulla piattaforma telematica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ospedalegaribaldi

Distinti saluti

Il RUP

Dott. Ottaviano Calaciura

