



SETTORE PROVVEDITORATO

USCITA

Prot. n° 8152 del 28 OTT 2022

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO  
(art. 66 D.Lgs n. 50/2016)

**AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO, EX ART. 66 DEL D.LGS n. 50/2016 E S.M.I. FINALIZZATA A SOLLECITARE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER L'ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA DI CHIRURGIA ROBOTICA OCCORRENTE ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI DI CATANIA.**

Si rende noto che l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania intende avviare una consultazione preliminare di mercato per acquisire informazioni e documentazioni utili alla progettazione della successiva procedura d'appalto di un sistema di robotica assistita da destinare al Presidio Ospedaliero di Nesima.

Il sistema potrà essere impiegato, in via esemplificativa e non esaustiva, per le seguenti procedure chirurgiche:

1. **Chirurgia Urologica:** Prostatectomia radicale, Nefrectomia parziale e radicale, Nefroureterectomia, Cistectomia, Pieloplastica, Ureterectomia/ Reimpianto ureterale, Ureterolitomia, Ureteroplastica, Ureteroureterostomia, Plastica fistola vescicovaginale, Adrenalectomia, Linfadenectomia pelvica, Cistectomia radicale con derivazione intracorporea, Pieloplastica, Asportazione radicale dei linfonodi iliaci, Tumorectomia renale, Adenomectomia prostatica;
2. **Chirurgia Oncologica e Generale:** Colectomia parziale e totale, Resezione del sigma e del retto, Resezione del colon trasverso, Rettopessi, Gastrectomia, Gastrectomia Sleeve, Polipectomia gastrica e duodenale, Plastica gastrica, Resezione duodenale, Adrenalectomia, Splenectomia, Miotomia di Heller, Colectistectomia, Epatectomia, Resezione epatica, Pancreatectomia Duodenocefalopancreatectomia, Chirurgia Gastrica ed Esofagea, Chirurgia dell'obesità, Chirurgia della parete;
3. **Ginecologia:** Isterectomia radicale, Miomectomia, Linfadenectomia pelvica e paraortica con linfonodo sentinella, Annessectomia, Salpingectomia, Intervento per endometriosi profonda;
4. **Chirurgia Pediatrica:** Pieloplastica, Nefrectomia, Gastrectomia, Adrenalectomia, Colectomia, Colectistectomia, Ureterectomia, Chirurgia Generale, Chirurgia Urologica;
5. **Otorinolaringoiatria:** Tiroidectomia, Resezione base lingua, Laringectomia, Resezione di tumori orofaringei;

## 6. Chirurgia Toracica: Timectomia, Lobectomy, Segmentectomy, Wedge-resection.

### 1. SCOPI DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO.

Gli scopi della presente consultazione preliminare sono i seguenti:

- verificare sul mercato la presenza di operatori economici in grado di fornire un sistema di robotica assistita per chirurgia con caratteristiche adeguate a soddisfare i bisogni clinico assistenziali degli utilizzatori come da allegato “Programma di chirurgia robotica ARNAS Garibaldi”;
- acquisire, tenuto conto della spiccata connotazione innovativa del sistema robotico, specifiche informazioni di natura tecnica per una completa definizione del capitolato di gara, allo scopo di permettere a tutti i soggetti interessati di proporre soluzioni innovative che rispondano alle necessità dell’Azienda committente;
- favorire, anche per il tramite delle informazioni ricevute, la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici interessati alla successiva procedura di scelta del contraente.

Obiettivo della presente consultazione, secondo quanto stabilito dalla Direttiva Europea 2014/24 art. 40, non è l’aggiudicazione di alcuna fornitura ma la raccolta di informazioni attraverso la consultazione degli Operatori Economici qualificati sul mercato del settore di riferimento, propedeutica alla redazione della documentazione di gara della procedura da esperire.

### 2. REQUISITI TECNICI.

In considerazione dell'utilizzo altamente specialistico a cui la tecnologia è destinata, è richiesto che il sistema risponda ai fabbisogni clinici procedurali e standard prestazionali descritti nell'allegato “Programma di chirurgia robotica ARNAS Garibaldi”.

### 3. DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO.

La documentazione da produrre in formato elettronico pdf, dovrà contenere quanto segue:

#### 1) Relazione tecnica del sistema con particolare riferimento:

- ✓ Rispondenza puntuale ai requisiti richiesti di cui all'allegato “Programma di chirurgia robotica ARNAS Garibaldi”;
- ✓ tipologia di assistenza manutentiva, correttiva e programmata (manutenzione preventiva, controlli funzionali/performance, verifica di sicurezza) ai sensi della normativa vigente. Per quanto concerne le attività programmate si chiede l'indicazione dettagliata di protocolli di applicazione e la definizione delle frequenze di attività ai sensi della normativa tecnica di settore;
- ✓ elementi utili riguardanti tempi, modalità e termini per l'esecuzione della fornitura, compresi gli eventuali lavori – impiantistici e strutturali - di allestimento necessari affinché la tecnologia di che trattasi possa essere installata a regola d'arte, nel rispetto delle linee guida normative tecniche del settore;
- ✓ formazione prevista per gli operatori: il numero di giornate per la formazione on-line per specialità clinica, il numero di giornate previste di formazione on-site da parte di application per specialità clinica, il numero/periodo di sessioni virtuali garantite per specialità clinica, il numero di sessioni off-site in cadaver lab e/o su animale garantite per specialità clinica, il numero di attività di proctoring garantite per specialità clinica, il numero di eventuali giornate di affiancamento a professionisti individuati dal fornitore, i requisiti per il rilascio della certificazione di abilitazione all'utilizzo per specialità clinica;

- ✓ ogni altro elemento informativo o criticità che l'operatore economico ritenga necessario ed opportuno segnalare.
- ✓ listino del materiale di consumo e dello strumentario dedicato, riprocessabile e non.
- ✓ Indicazione della percentuale di riutilizzabilità dei dispositivi (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: numero di cicli di sterilizzazione, ovvero di ricondizionamento, numero di interventi, etc.) specifici dedicati. Si chiede altresì l'indicazione della percentuale di utilizzo, rispetto alla dotazione tecnologica e strumentale necessaria per il corretto funzionamento e fruizione della tecnologia robotica descritta, di strumentazione/accessori riutilizzabili e/o monouso terzi (ovvero già in dotazione a questa ARNAS, o fornibili da terzi rivenditori sul libero mercato);

Sarà cura ed onere degli Operatori Economici partecipanti produrre, in sede di consultazione, la documentazione ritenuta necessaria per esplicitare compiutamente gli argomenti di discussione suddetti

Si precisa inoltre che potranno essere accettate candidature da parte di operatori economici che, al momento della scadenza del presente avviso, abbiano ancora la procedura di certificazione del sistema richiesto in via di completamento.

#### **4. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DI MERCATO**

##### **4.1 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Potranno presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti potenzialmente interessati e/o in grado di fornire le informazioni richieste.

Possano pertanto partecipare:

- a) gli Operatori Economici di cui agli art. 45 e 48 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività inerenti all'oggetto della presente consultazione preliminare di mercato, ovvero in analogo registro dello Stato estero di appartenenza.

I requisiti specifici di ordine generale, di capacità tecnica e professionale e/o di natura finanziaria, per la partecipazione alla successiva gara di appalto, saranno oggetto di successiva definizione anche alla luce di quanto emergerà dalla presente consultazione di mercato anche al fine di garantire la massima concorrenza e partecipazione degli operatori.

Con riferimento agli obiettivi di cui all'allegato "Programma di chirurgia robotica ARNAS Garibaldi" gli Operatori Economici interessati potranno inoltrare i loro contributi per la partecipazione alla presente consultazione preliminare di mercato tramite PEC entro il termine perentorio delle **ore 13 del giorno 11 Novembre 2022** pena l'esclusione, al seguente indirizzo: [provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it](mailto:provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it).

La pec dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: "Consultazione preliminare di mercato per l'acquisizione di un sistema di chirurgia robotica. Invio contributo"

Tutta la documentazione da produrre in formato elettronico pdf trasmessa dovrà essere firmata digitalmente.

Gli Operatori Economici partecipanti alla presente consultazione preliminare di mercato dovranno indicare le eventuali informazioni e/o parti della documentazione tecnica presentata coperta da segreto tecnico - commerciale.

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi non condividerà né divulgherà i contenuti della documentazione segretata.

La documentazione acquisita sarà trattenuta dall'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania ed utilizzata secondo le finalità indicate dall'art. 66 del Codice dei Contratti Pubblici.

I contributi e le informazioni fornite dagli Operatori Economici partecipanti hanno natura totalmente gratuita.

Gli Operatori Economici partecipanti dovranno inoltre indicare ogni altra eventuale informazione utile a ricostruire la propria posizione nel mercato e la competenza nel campo di attività di cui alla consultazione.

Si precisa che l'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di impegni specifici da parte dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania che non si assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l'attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all'assegnazione della fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva, pertanto, la facoltà di interrompere o sospendere la consultazione con i partecipanti in qualsiasi momento del procedimento senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.

Non sono previste graduatorie, punteggi, classifiche di merito essendo la finalità del presente avviso, unicamente quella di acquisire la conoscenza e la disponibilità degli operatori economici a fornire la tecnologia sopra riportata con i requisiti indicati.

Le consulenze e/o la documentazione tecnica acquisita non vincolano in alcun modo l'ARNAS Garibaldi di Catania né relativamente ai contenuti tecnici della successiva procedura, né tantomeno circa il proseguo della procedura stessa che non è in alcun modo garantito dall'esperimento della consultazione.

Rientrano, pertanto, nella piena discrezionalità dell'ARNAS Garibaldi di Catania tutte le scelte relative sia alla prosecuzione e all'esito della presente consultazione preliminare di mercato, sia quelle relative all'eventuale successiva procedura di appalto, per la quale potrà usufruire di tutto quanto emerso dalle consultazioni stesse con il solo limite del rispetto dei diritti di proprietà intellettuali dei partecipanti.

#### **4.2 EVENTO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO**

Gli operatori economici che hanno avanzato la loro candidatura verranno convocati per una consultazione collettiva aperta che si terrà **giorno 17 Novembre alle ore 11.00** presso i locali dell'ex Banca dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania, P.zza S.M. di Gesù 5/7 Catania.

Qualunque modifica del calendario e delle date sopra indicate verranno comunicate con congruo anticipo, tramite avviso sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliera.

Per gli Operatori Economici potranno partecipare alla consultazione collettiva:

- il legale rappresentante o suo delegato, un tecnico con esperienza in ambito di installazione e/o manutenzione della tecnologia, uno specialista di prodotto.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 66 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'evento costituirà per gli Operatori Economici l'occasione per fornire osservazioni, dati o relazioni tecniche che possano essere analizzati e valutati dalla stazione appaltante allo scopo di calibrare obiettivi e fabbisogni e realizzare economie di mezzi e risorse, anche in relazione all'assetto del mercato.

In conformità alle previsioni di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'evento pubblico rappresenta l'intervento e la misura adottata da questa Azienda volta ad evitare che le informazioni, a qualunque titolo e in qualunque forma fornite durante la fase di consultazione, comportino una lesione ai principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione.

L'ARNAS Garibaldi di Catania si impegna a rendere disponibili, in tempo utile alla partecipazione al procedimento selettivo, a richiesta dei potenziali concorrenti, le informazioni acquisite o scambiate nel corso della consultazione. In tal caso saranno messi a disposizione estratti, sunti o documenti che non contengano informazioni coperte da diritti di privativa, rilevatori di segreti aziendali, tecnici o commerciali o comunque non diffondibili in applicazione della pertinente normativa di riferimento.

Eventuali informazioni sul presente avviso potranno essere chieste al Responsabile del Procedimento, Dott. Ing. Valentina Russo, email [provveditorato@pec.ao-garibaldi](mailto:provveditorato@pec.ao-garibaldi)

Eventuali informazioni di natura tecnica potranno invece essere richieste al Dirigente Ingegnere Clinico Pasquale Casillo, email [ingegneriaclinica@arnasgaribaldi.it](mailto:ingegneriaclinica@arnasgaribaldi.it)

**IL RUP**  
*Dott. Ing. Valentina Russo*