



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “GARIBALDI” – CATANIA

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI DIAGNOSTICI E SISTEMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO IN SERVICE PER LE DIVERSE UU.OO. DELL’ARNAS GARIBALDI DI CATANIA .N. GARA: 6732528

CHIARIMENTI 2 SUI DOCUMENTI A BASE DI GARA.

Si porta a conoscenza di tutti gli interessati le risposte fornite dai Sanitari dell’Azienda Ospedaliera Garibaldi a quesiti avanzati da ditte potenziali concorrenti in ordine alla gara in oggetto.


AI SENSI DEL DICHIINARE DI GARA E DEL BANDO INTEGRALE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO A FIRMA DEL RUP SUL PROFILO WEB DEL COMMITTENTE FA INTENDERE LO STESSO COME NOTIFICATO A TUTTE LE DITTE POTENZIALMENTE CONCORRENTI ALLA PRESENTE GARA

Il RUP
(Dott.ssa Ersilia Riggi)



Dott.ssa Riggi
Flumare

REGIONE SICILIANA A.R.N.A.S. "GARIBALDI" CATANIA SETTORE PROVVEDITO ED ECONOMATO
22 AGO. 2017
Prot. N° 3950
ARRIVO



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

FARMACIA P.O. GARIBALDI
DIRETTORE DOTT. ABUEMI

Prot 515 08/08/2017

Alla c.a. del Responsabile Settore Provveditorato

A.R.N.A.S. Garibaldi

Dott.ssa Ersilia Riggi

S E D E

OGGETTO: Procedura per la fornitura di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio

In esito alla nota prot 3281 11/07/2017, di pari oggetto si allega nota chiarimenti prot n. 174 del 03/08/2017, con la quale il prof Squatrito responsabile dell'U.O. di Endocrinologia, risponde ai quesiti posti dalla Ditta OMNIA DIAGNOSTICA in merito al lotto 15 voce 3, 7, 13 del capitolato di gara di cui all'oggetto.

Per quel che concerne il lotto 17 vedi richiesta di chiarimenti Ditta TOSH : i quantitativi riportati fanno riferimento al fabbisogno annuale, le offerte possono essere presentate per singola voce trattandosi di lotto aperto.

Lotto 2: Richiesta chiarimenti Ditta Beckman-Coulter: Trattasi di lotto aperto, il lotto oltre al prodotto per Immunizzazione leucocitaria base d'asta Euro 28.000 + IVA, comprende altri prodotti di tipologia diversa di interesse dello stesso Laboratorio per i quali possono essere presentate offerte per singola voce. Per i singoli prodotti sono riportate le basi d'asta. (modificare la base d'asta del Kit malaria vedi chiarimenti Ditta Meridian).

Lotto 2: Richiesta chiarimenti Ditta Meridian. nota Prot. 3691/Fiu 31/07/2017. Trattasi di un refuso per il kit malaria la base d'asta su 100 test è di Euro 2.400.

Lotto 1: Richiesta Ditta BIO-OPTICA: atteso che, le Ditte interessate potrebbero consorziarsi offrendo così quanto a loro disposizione, al fine che la gara possa svolgersi nella massima trasparenza e che i lotti non vadano deserti, non esiste da parte del Servizio di Farmacia, interessato alla gestione del lotto, alcun pregiudizio ad un eventuale lotto aperto con offerte singole.

Si allega altresì in copia, la nota prot 77/17LA riportante i chiarimenti formulati dai due Responsabili dei Servizi di Patologia clinica P.O. Garibaldi centro e Nesima alle varie Ditte interessate alla gara, che hanno posto dei quesiti.

Cordiali saluti

A.R.N.A.S. "GARIBALDI" - CATANIA
U.O.C. FARMACIA - P.O. NESIMA
DIRIGENTE FARMACISTA
Dot.ssa ROSA MARIA CALCAGNO



AZIENDA OSPEDALIERA
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
"GARIBALDI"
P.O. GARIBALDI-NESIMA
Via Palermo, 636 - 95122 CATANIA
Cod. Fisc. e P. IVA: 04721270876

DIVISIONE DI ENDOCRINOLOGIA
Direttore: Prof. Sebastiano Squatrito

Al Servizio di Farmacia
P.O. Nesima

Catania 03.08.2017
Prot. n. 176

Oggetto: Gara triennale diagnostici

In riferimento alla nota prot. n.489 del 02.08.2017 relativa all'oggetto si fa presente che per quel che riguarda la voce 3 e la voce 13 si confermano le richieste avanzate perché riguardano esigenze del laboratorio che utilizza da tempo questi sistemi.

Per quanto riguarda la voce 7 si conviene sulla difformità dell'unità di misura, pertanto la stessa va sostituita con la dicitura ng/ml.

Si rimanda a chi di competenza la rivalutazione dell'unicità del lotto o eventuali alternative, non essendoci da parte di questa U.C.C. alcun pregiudizio in merito, auspicando anziché la gara possa svolgersi nella massima trasparenza e con il maggior vantaggio per l'ARNAS Garibaldi.

Distinti saluti

Il Responsabile
Prof. Sebastiano Squatrito





Unità Operativa Complessa di Anatomia e Istologia Patologica
A.R.N.A.S. Garibaldi Catania
Responsabile Prof. Giovanni Bartoloni

Timone

N° 2 pp Compresa la presente

Gent.ma Dott.ssa E. Riggi

Capo Settore Provveditorato

E p.c. Ill.mo Sig. Dott. A. Buemi

Direttore Farmacia

ARNAS Garibaldi

Oggetto : chiarimenti procedura fornitura somministrazione diagnostici e sistemi diagnostici in service per le diverse unità operative de3ll'ARNAS Garibaldi di Catania . Gara 6732528 Vostro prot. 5/3654/fiu, 28-7-17

Gentilissima Dott.ssa Riggi,

- in merito alla richiesta della ditta Roche, protocollata 9909 del 18-7-17, **lotto 12 punto H:** "...possibilità di preinpostare.." si specifica che nell'eventualità di assenza di possibilità di reimpostare, puo' essere considerato conforme anche uno strumento di ultima generazione che consenta l'idratazione dei campioni a fine corsa.
- In merito alla richiesta di chiarimenti della stessa ditta Roche, **lotto 12, punto 4 quantità e costi**, è corretto calcolare una produttività annua di 10350 determinazioni.
- Sempre in merito al **lotto 12 e ad altro chiarimento della ditta Roche**, si dichiara nulla osta all'utilizzo del clone CE IUD
- Sempre per lo stesso lotto 12 e ad altro chiarimento della ditta Roche, si dichiara che il quantitativo di esami previsti per anno per ogni biomarcatore predittivo è di circa 700 casi.

porgo distinti saluti.

Catania li 11-08-17

Prof. Giovanni Bartoloni

Prof. 3829

14 AGO. 2017



Unità Operativa Complessa di Anatomia e Istologia Patologica
A.R.N.A.S. Garibaldi Catania
Responsabile Prof. Giovanni Bartoloni

Gent.ma Dott.ssa E. Riggi

Capo Settore Provveditorato

E p.c. Ill.mo Sig. Dott. A. Buemi

Direttore Farmacia

ARNAS Garibaldi

Oggetto : chiarimenti ditta Agilent, vostro prot. 3477 fiu 2-7-17

Gentilissima Dott.ssa Riggi,

in merito alla richiesta di chiarimenti della ditta Agilent, si fa presente e si rammenta che, nel caso vengano ravvisate caratteristiche tecniche del capitolato, suggestive di esclusività, le ditte possono, come previsto dalla normativa sugli appalti, allegare alla documentazione tecnica, relazione di equivalenza che dimostri di poter ottemperare ai requisiti funzionali previsti nel capitolato tecnico.

porgo distinti saluti.

Catania Il 11-08-17

Prof. Giovanni Bartoloni

REGIONE SICILIANA A.R.N.A.S. "GARIBALDI" CATANIA SETTORE PROV. TO ED ECONOMATO
22 AGO. 2017
Prot. N° 3462
ARRIVO

P.O. GARIBALDI CENTRO,
U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA
Direttore: Dott.ssa Diana Cinà
Tel. 095-7594410 Fax. 095-7594494

P.O. GARIBALDI NESIMA
U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA
Direttore: Dott.ssa Gaetano Strano
Tel. 095-7595341 Fax. 095-7595342



Data 06/09/2017

Alla c.a. del Capo Settore Provveditorato

Dott.ssa E. Riggi

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio
in service , N.GARA 6732528. Chiarimenti alle Ditte.

In riferimento alla nota protocollo n°5/4108/fiu, si procede:

1-DITTA ARROW, relativamente al lotto 44, già modificato.

2- DITTA ARROW, relativamente al lotto 45 si specifica che si richiedono circa 250 referti e circa 50 controlli, in base ai test richiesti.

3-BECKTON DICKINSON, relativamente al lotto 29:

- Pur esprimendo parere favorevole alla formulazione di un canone di noleggio, legato alla oggettiva onerosità strumentale, non supportata da consumo di diagnostici, si rimanda alla decisione degli uffici amministrativi del provveditorato.

4-DITTA BIO-RAD, relativamente al lotto 19:

Si ritiene che nella generazione dei fogli in excel, siano state agganciate delle voci non pertinenti al lotto.

Si ritiene che l'effettiva estensione del lotto inizi nella casella "I LIQUIDI BIOLOGICI DI CONTROLLO..." e finisca con la casella " LIQUIDI DI CONTROLLO PER TORCH...".

5- DITTA DASIT, relativamente al lotto 23:

In riferimento al punto 1= già esplicitato

In riferimento al punto 2= si ritiene esaustivo indicare i parametri come almeno 28 refertabili.

In riferimento al punto 3= non di pertinenza tecnica.

In riferimento al punto 4=si conferma la richiesta di Middleware "Sistema esperto morfologico" per ciascuno dei due presidi ospedalieri.

6- DITTA DIASORIN, relativamente al lotto 28:

Punto 1=Si intende 25-OH Vitamina D, (refuso)

Punto 2=Il numero di test indicati NON è da ritenersi comprensivo dei test necessari per calibratori e controlli.

Punto 3=chiaramente esplicitato in capitolato

Punto 4=i test richiesti vengono eseguiti giornalmente e solo alcuni, per l'esiguità della richiesta, con una cadenza analitica non superiore a "settimanale"

Punto 5=la processabilità dei test deve essere garantita dalla stabilità dei reagenti.

Punto 6=la voce 47 è effettivamente richiesta ma per garantire la più ampia partecipazione, si conferma la disponibilità a valutare le offerte.

Punto 7=gia' positivamente esitato.

Punto 8=secondo Linee guida.

Punto 9=si conferma.

Punto 10=per la strumentazione supplementare possono non valere le caratteristiche tecniche richieste per l'analizzatore principale.

Punto 11=si intende il 20% degli analiti.

Punto 12=a integrazione della parte mancante " il materiale necessario per l'esecuzione dei test richiesti; Per gli analiti richiesti kit per calibrazioni, controlli e quant'altro necessario per l'esecuzione dei test dovranno essere inviati dalla ditta aggiudicataria in sconto merce sulla base delle necessità espresse;

Per i sistemi analitici offerti dovrà essere prodotta la documentazione con evidenza dell'installazione presso almeno venti aziende sanitarie pubbliche.".

Punto 13=quesito amministrativo.

Punto 14=si conferma quanto da capitolato.

Punto 15=di pertinenza amministrativa.

Punto 16= di pertinenza amministrativa

Punto 17= di pertinenza amministrativa

Punto 18=è da intendersi come numero di test /anno.

7- DITTA EUROSPIRAL, relativamente al lotto 36, si conferma come da capitolato.

8- DITTA EUROSPIRAL, relativamente al lotto 39, voce 4 HDV-DNA, deve essere CE-IVD.

9- DITTA GEPA, relativamente al lotto 2: non di pertinenza

10- DITTA GEPA, relativamente al lotto 2: non di pertinenza

11- DITTA LEICA, relativamente al lotto 12: non di pertinenza

12-DITTA LIFE-SCIENCE, senza lotto= non di pertinenza

13- DITTA PANTEC, relativamente al lotto 15: non di pertinenza

14- DITTA TOSOH, relativamente al lotto 17: non di pertinenza

15- DITTA TOSOH, relativamente al lotto 20:

Punto 1= al fine di garantire la più ampia partecipazione, si valuterà l'offerta.

Punto 5=deve essere garantita l'esecuzione del numero di test richiesti e implicitamente di quanto necessario all'esecuzione degli stessi.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Diana Cina


IL DIRETTORE

Dott. G. Strano
