

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “GARIBALDI” – CATANIA

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI DIAGNOSTICI E SISTEMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO IN SERVICE PER LE DIVERSE UU.OO. DELL’ARNAS GARIBALDI DI CATANIA .N. GARA: 6732528

CHIARIMENTI 4 SUI DOCUMENTI A BASE DI GARA.

Si porta a conoscenza di tutti gli interessati le risposte fornita dai Sanitari dell’Azienda Ospedaliera Garibaldi a quesiti avanzati da ditte potenziali concorrenti in ordine alla gara in oggetto.

AI SENSI DEL DICHIINARE DI GARA E DEL BANDO INTEGRALE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO A FIRMA DEL RUP SUL PROFILO WEB DEL COMMITTENTE FA INTENDERE LO STESSO COME NOTIFICATO A TUTTE LE DITTE POTENZIALMENTE CONCORRENTI ALLA PRESENTE GARA

Il RUP
(Dott.ssa Ersilia Riggi)



P.O. GARIBALDI CENTRO,
U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA
Direttore: Dott.ssa Diana Cina
Tel. 095-7594410 Fax. 095-7594494

P.O. GARIBALDI NESIMA
U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA
Direttore: Dott.ssa Gaetano Strano
Tel. 095-7595341 Fax. 095-7595342

REGIONE SICILIANA A.R.N.A.S. "GARIBALDI" CATANIA SETTORE PROVVED. ED ECONOMATO
19 SET. 2017
Prot. N° <u>4494</u>
ARRIVO

Data 15/09/2017

Alla c.a. del Capo Settore Provveditorato
Dott.ssa E. Riggi

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio
in service , N.GARA 6732528. Chiarimenti alle Ditte.

In riferimento alla nota protocollo n°5/4299/fiu, si procede:

1-DITTA CABAC= Il sistema informatico di laboratorio è DEDALUS.

2- DITTA OMNIA= in relazione al lotto 36

Voce Helicobacter pylori= non IgM ma IgA

Voce Entamoeba= refuso

Voce Difterite= unico test Difterite Ab

Voce Desmogleina= 100 test per singolo analita

Voce Herpetici – EBV- HSV-CMV-TOXO-RUBEO = 100 IgG e 100 Igm compresi test di conferma Avidità

3-PANTEC= non di pertinenza.

IL DIRETTORE
P.O. GARIBALDI CENTRO
U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA
DIRETTORE
Dott. DIANA CINA
Ord. Med. CT 8567



P.O. GARIBALDI CENTRO,
U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA
Direttore: Dott.ssa Diana Cinà
Tel. 095-7594410 Fax. 095-7594494

P.O. GARIBALDI NESIMA
U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA
Direttore: Dott.ssa Gaetano Strano
Tel. 095-7595341 Fax. 095-7595342

Data 15/09/2017

Alla c.a. del Capo Settore Provveditorato

Dott.ssa E. Riggi

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio in service , N.GARA 6732528. Chiarimenti alle Ditte.

In riferimento al lotto 43 ,

è saltata tutta la parte in copia:

- sistema di deionizzazione che dovrà essere allocato all'esterno dell'area del laboratorio con la creazione di struttura atta ad alloggiamento.
- Inoltre devono essere previsti e realizzati tutti gli allacciamenti (luce, acqua, rete Informatica), le opere murarie e l'insonorizzazione degli ambienti, se necessario.

La Ditta aggiudicataria dovrà essere disponibile all'aggiornamento tecnologico, se richiesto e ad offrire test aggiuntivi con la stessa scontistica dell'aggiudicazione. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire una centrifuga da banco, con velocità max fino a 6000 rpm per la preparazione analitica del test.

Dovrà essere fornito il controllo di qualità interno, di Ditta diversa dall'offerente, per i seguenti settori:

Chimica Clinica, Sieroproteine, Droghe d'Abuso, Farmaci, Tiroide, Ormoni, Markers Tumorali, T.O.R.C., Markers Cardiaci, Markers epatitici, Fertilità, Ematologia e Coagulazione e Sistema gestionale per il CQ. Il sistema offerto deve consentire la visualizzazione dei valori del CQ di ogni settore nella relativa postazione.

I controlli di qualità dovranno essere forniti su due livelli per 365 gg lavorativi e l'offerta dei reagenti dovrà comprendere quanto necessario per la loro esecuzione.

A SEGUIRE AL RIGO Ditta se non esistente

REGIONE SICILIANA A.R.N.A.S. "GARIBALDI" CATANIA SETTORE PROVVED. ED ECONOMATO
19 SET. 2017
Prot. N° 4420
ARRIVO

P.O. GARIBALDI CENTRO
U.O.C. di Patologia Clinica
DIRETTORE
Dott. DIANA CINÀ
Dott. Gaetano Strano