

---

U.O.S. Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici Aziendali

Prof. n. 381/IC

Catania, 24.06.2022

provveditorato@arnasgaribaldi.it

Al Direttore del Settore Provveditorato

Oggetto: **Riscontro – Richiesta chiarimento n.1**

Quesito:

*"In merito alla procedura ... Utilizzo di soluzioni chimiche prelevate in modo automatiche e single shot (disinfettante a base di APA o perossido di idrogeno e detergente enzimatico) conformi alle normative europee 2017/745 - (MDR) e s.m.i. Dovrà essere prodotta, dal produttore delle lavaendoscopi, idonea documentazione da fornire in sede di gara, attestante che tali soluzioni chimiche sono idonee e sono state testate per l'utilizzo con le lavaendoscopi offerte;*

*Si chiede di confermare che le parole "perossido di idrogeno" .... Trattasi di refuso"*

Risposta:

In merito al quesito, posto che a pagina 3 del Capitolato - paragrafo 6.1. "Lavaendoscopi" - termo punto dell'elenco è riportato "Ciclo di disinfezione ad acido peracetico, si conferma che le parole "perossido di idrogeno" costituiscono mero refuso di stampa.

Distinti saluti

Il Responsabile  
U.O.S. Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici Aziendali  
Ing. Pasquale Casillo

1-1