



Azienda Ospedaliera
di rilievo nazionale e di alta specializzazione "GARIBALDI"
Catania

U.O.S. Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici Aziendali

Prot. n. 395/IC

Catania, 29.06.2022

provveditorato@arnasgaribaldi.it

Al Direttore del Settore Provveditorato

Oggetto: **Riscontro – Richiesta chiarimento n.2**

Quesito:

"In merito alla procedura ... nel capitolato tecnico sono riportati i seguenti quesiti nella griglia di valutazione:

1.3. Sistema di lavaggio con parti dell'endoscopio sottoposte ad immersione e altre parti dell'endoscopio sottoposte a spruzzo – Tabellare 3

1.4. Sistema di lavaggio solo a spruzzo, con forza meccanica (oltre che azione chimica) applicata su tutte le parti dell'endoscopio (punteggio attribuito solo se tutte le parti dell'endoscopio sono sottoposte allo spruzzo) – Tabellare 2

Si chiede di specificare se debba intendersi come errore la richiesta 1.4 essendo completamente opposta alla richiesta 1.3 ed inoltre di punteggio inferiore."

Risposta:

Si conferma quanto rappresentato ed espresso nel Capitolato Tecnico

Distinti saluti

Il Responsabile
U.O.S. Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici Aziendali
Ing. Pasquale Casillo

1-1