



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI"
CATANIA

Settore Provveditorato ed Economato

Prot. n. /P ELPZ1 F4 LUG. 2022

Area Gestione Servizi Appaltati: Tel. 095/7594951 * Fax 095/7594908

OGGETTO: Procedura in e-procurement sulla piattaforma www.acquistinretepa.it per l'affidamento della Fornitura in service per un periodo di tre anni, di due lavaendoscopi, due armadi per asciugatura e stoccaggio e due carrelli per U.O.C Gastroenterologia P.O. Garibaldi Nesima, ai sensi dell'articolo 36, c.2, lett. b) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Rdo N. 3054132 - CIG N. 9173413BE0 – Trasmissione richiesta chiarimenti – Richiesta di riscontro da pubblicare con urgenza sul portale MePA

RISCONTRO RICHIESTA CHIARIMENTI 4

Un Operatore Economico ha inoltrato una richiesta di chiarimenti:

➤ DOMANDA

1. *Con riferimento a quanto riportato nel documento "Lettera di invito" a pag. 7, punto c):*

"c. L'offerta deve essere, altresì, corredata dall'impegno di un fidejussore, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario."

Siamo a richiedere cortesemente che:

- *possa essere accettata la cauzione provvisoria contenente la dichiarazione di impegno del fideiussore (condizione sine qua non di alcuni fideiussori);*
- *di predisporre sulla piattaforma apposito spazio per caricare detta dichiarazione o indicare, se diversamente, debba essere allegata ad altro documento.*

➤ RISPOSTA:

La lettera invito, prot. n. 4209 del 15-06-2022 alla pag. 7, lett. c. prevede *"In caso di avvalimento, deve essere resa, firmata digitalmente, la documentazione prevista dall'art. 89 del D. Lgs 50/2016, così come generata automaticamente dal sistema."*

➤ **DOMANDA**

2. *Si chiede di indicare se l'allegato DUVRI sia da caricare nella documentazione amministrativa solamente firmato digitalmente per presa visione ed accettazione o debba essere anche compilato. In questo caso, si chiede di comunicare quali campi siano da compilare.*

➤ **RISPOSTA**

Il punto 12. Lett. o. della Lettera Invito, prevede che il DUVRI venga firmato digitalmente. Dev'essere caricato nella busta virtuale della documentazione amministrativa.

➤ **DOMANDA**

5. *Si chiede di comunicare l'importo, se presente, dei costi relativi ad eventuali pubblicazioni della procedura.*

➤ **RISPOSTA**

Non vi sono costi per la pubblicazione.

➤ **DOMANDA**

11. *Si chiede di confermare se sarà ritenuto valido il certificato di sopralluogo già effettuato in occasione della precedente gara RDO 2992843 - CIG 9173413BE0, o se sarà necessario ripetere nuovamente il sopralluogo.*

➤ **RISPOSTA**

E' necessario eseguire una nuova ricognizione dei luoghi con un nuovo sopralluogo, da eseguire nel rispetto di quanto previsto dal nuovo Capitolato Tecnico

➤ **DOMANDA**

14 *Relativamente al modulo FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA viene richiesto di formulare unicamente un ribasso sulla base d'asta.*

Si chiede di comunicare come sarà effettuata poi la fatturazione.

Il capitolato riporta che l'importo di aggiudicazione della fornitura sarà frazionato trimestralmente.

Si chiede di precisare se:

- *dovrà essere fatturata una quota fissa omnicomprensiva senza distinzione che includerà pertanto: quota apparecchiature, quota consumabili e quota manutenzione Full Risk;*
- *se dovrà essere fatturato il numero di cicli eseguiti trimestralmente, con prezzo cad/ciclo omnicomprensivo, che includa nel costo ciclo tutti i costi apparecchiature, consumabili e manutenzione Full Risk.*

Nel caso in cui si dovrà fatturare una quota omnicomprensiva si chiede come saranno considerati e fatturati eventuali cicli eccedenti quelli indicati nel bando di gara, tenuto conto che, in caso di cicli supplementari, dovrà essere fornito il relativo materiale consumabile in aggiunta a quello calcolato per i cicli indicati.

➤ **RISPOSTA**


Trattandosi di Service full risk nella formula tutto incluso, nulla escluso della durata di 3 anni, dal combinato disposto degli artt. 1 e 17 del Capitolato Tecnico e del punto 21. della Lettera di Invito, l'appalto verrà liquidato con fatture trimestrali, di valore economico corrispondente alla quota parte frazionata del costo aggiudicato per il triennio di vigenza contrattuale + IVA prevista per legge.

Distinti saluti

Il RUP
(Dott.ssa Grazia Frattallone)



Il Direttore dell'U.O.C.
Provveditorato ed Economato
(Ing. Valentina Russo)



U.O.S. Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici Aziendali

Prot. n. 405/IC

Catania, 30.06.2022

provveditorato@arnasgaribaldi.it

federico.diliberto@ao.garibaldi.ct.it

Al Direttore Settore Provveditorato

Loro Sedi

Oggetto: **Riscontro – Richiesta chiarimento n.4**

REGIONE SICILIANA A.R.N.A.S. "GARIBALDI" CATANIA SETTORE PROVVEDITORATO
- 4 LUG. 2022
Prot. N° 405/IC
ARRIVO

Quesito:

3. Si chiede di inviare la lista strumenti degli endoscopi da processare (completi di nome, modello, matricola);
4. Nei documenti di gara non vengono minimamente accennate la qualifica di installazione (IQ) e la qualifica di operazione (OQ). Si chiede pertanto di confermare che la fornitura non comprende IQ e OQ né tantomeno PQ.;
6. In considerazione del persistere della situazione critica a livello mondiale in termini di approvvigionamento delle materie prime e della componentistica necessaria alla fabbricazione delle apparecchiature, unitamente alle difficoltà (rallentamenti) a livello logistico che comportano un sensibile allungamento delle tempistiche di produzione ed impattano conseguentemente sui tempi di fornitura delle merci, si chiede di poter prevedere un termine di consegna delle apparecchiature non inferiore a 90 giorni;
7. Nel Capitolato Tecnico a pag. 5/10 al punto 1.5. della griglia di Attribuzione dei Punteggi relativi ai Criteri della Valutazione della Qualità è riportato:
"1.5: Ciclo di autosanificazione termica. Tipologia punteggio: tabellare. Punteggio: 2"
Si chiede di confermare se la caratteristica con punteggio tabellare sarà considerata solamente per i sistemi che effettuano l'autosanificazione termica "quotidianamente" e non invece periodicamente. Una sanificazione termica saltuaria, infatti, non può essere considerata equivalente a quella quotidiana: i sistemi che la effettuano solo saltuariamente praticano quotidianamente quella chimica;

8. Nel Capitolato Tecnico a pag. 6/10 al punto 2.4 della griglia di Attribuzione dei Punteggi relativi ai Criteri della Valutazione della Qualità è riportato:

"2.4. Braccio di alloggiamento dell'endoscopio basculante ed orientabile verso l'operatore, in modo da facilitare l'inserimento e l'estrazione dello stesso endoscopio. Tipologia punteggio: tabellare. Punteggio: 4"

Tale caratteristica si riferisce a una modalità di stoccaggio degli endoscopi di tipo verticale.

La procedura contempla indifferentemente anche la proposta di armadi con modalità di stoccaggio orizzontale che, oltretutto, viene ritenuta dagli operatori più comoda, in quanto:

- le operazioni di inserimento/prelievo non devono essere effettuate a braccia alzate (posizione alquanto scomoda),
- prevede l'impiego di un sistema unico di connessione, lo stesso utilizzato nelle lavaendoscopi,
- consente di collegare lo strumento in massima velocità e sicurezza.

Il sistema di stoccaggio orizzontale è dotato di ripiani estraibili che vengono anche questi, estratti verso l'operatore per facilitare l'inserimento dello strumento.

Si chiede pertanto di ritenere equivalente e valorizzare con lo stesso punteggio armadi che offrano la modalità di stoccaggio orizzontale degli endoscopi con le caratteristiche sopra riportate.:

9. Con riferimento a quanto riportato nel Capitolato Tecnico a pag. 7/10 ai punti 2.8 e 2.9:

"2.8. Presenza in Italia di un installato analogo (uguale modello) delle lavaendoscopi offerte oppure modello equivalente a doppia vasca: almeno 20 unità installate in Italia fino al 31 /12/ Fornire dichiarazione di referenza in carta intestata. Tipologia punteggio: tabellare. Punteggio: 3.

2.9. Presenza in Italia di un installato analogo (analogo modello) degli armadi offerti almeno 10 unità installate fino al 31/12/2021. Fornire dichiarazione di referenza in carta intestata. unità installate in Italia fino al 31 /12/ Fornire dichiarazione di referenza in carta intestata. Tipologia punteggio: tabellare. Punteggio: 1."

Si chiede di confermare che le referenze richieste delle installazioni effettuate, sia per le lavaendoscopi sia per gli armadi, debbano riferirsi ad apparecchiature dello stesso modello, come indicato, e che le stesse debbano essere prodotte dal medesimo fabbricante.

10. Si chiede di confermare che saranno a carico dell'azienda aggiudicataria tutti gli allacciamenti e la fornitura di eventuale materiale necessario per la realizzazione degli stessi. In caso di assenza di impianti necessari per il corretto funzionamento delle apparecchiature, si chiede di confermare che gli stessi saranno realizzati a cura ed onere dell'Ente.:

12. Si chiede di comunicare se nel locale lavaggio sono presenti n. 2 prese da 220V posizionata una per ogni punto dove verranno installate le nuove lavaendoscopi;
13. Si chiede di comunicare se nel locale stoccaggio sono presenti n. 2 o n. 3 prese elettriche da 220V;

Risposta:

3. Di seguito la lista degli endoscopi che attualmente ha in dotazione la U.O.C. di Gastroenterologia del P.O. Garibaldi Nesima:

Tipo/Classe	Costruttore	Modello
ECOVIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX CORP	EG 3630 UR
FIBRODUODENOSCOPIO FLESSIBILE	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	TJF 20
VIDEOCOLONSCOPIO	PENTAX CORP	EC 3890 FI
VIDEOCOLONSCOPIO	PENTAX CORP	EC 3890 FI
VIDEOCOLONSCOPIO	PENTAX CORP	EC 3890 FI
VIDEOCOLONSCOPIO	PENTAX CORP	EC 3890 FI
VIDEOCOLONSCOPIO	PENTAX CORP	EC-3890FK
VIDEOCOLONSCOPIO	PENTAX CORP	EC 3890 FI2
VIDEOCOLONSCOPIO	FUJI PHOTO FILM CO LTD	EC 410 WI
VIDEOCOLONSCOPIO	PENTAX CORP	EC-3890FK
VIDEOCOLONSCOPIO	PENTAX CORP	EC 380 FKP
VIDEOCOLONSCOPIO	PENTAX CORP	EC-3490LK
VIDEOCOLONSCOPIO	PENTAX CORP	EC-3890FK
VIDEOCOLONSCOPIO	PENTAX CORP	EC 3890 FI
VIDEOCOLONSCOPIO	PENTAX CORP	EC 3890 LK
VIDEOCOLONSCOPIO	PENTAX CORP	EC 3890 LK
VIDEOCOLONSCOPIO	PENTAX CORP	EC 3890 FI
VIDEOCOLONSCOPIO	PENTAX CORP	EC 3890 FI2
VIDEOCOLONSCOPIO	PENTAX CORP	EC 3890 FI
VIDEOCOLONSCOPIO	PENTAX CORP	EC 3890 FI
VIDEODUODENOSCOPIO	PENTAX CORP	ED 3440 TK
VIDEODUODENOSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	TJF 160VR
VIDEODUODENOSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	TJF 160R
VIDEODUODENOSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	TJF 160VR
VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX CORP	EG 290 KP
VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX CORP	EG-2990K
VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX CORP	EG 2990 I
VIDEOGASTROSCOPIO	FUJI PHOTO FILM CO LTD	EG-485ZH
VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX CORP	EG-3490K

VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX CORP	EG 290 KP
VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX CORP	EG-2990K
VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX CORP	EG 1870 K
VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX CORP	EG 2970 K
VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX CORP	EG 290 KP
VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX CORP	EG 2990 I
VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX CORP	EG 290 KP
VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX CORP	EG 290 KP
VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX CORP	EG 2990 I
VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX CORP	EG 2990 I
VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX CORP	EG-2990K
VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX CORP	EG 2990 I
VIDEOGASTROSCOPIO	PENTAX CORP	EG 2990 I

Resto inteso che il servizio oggetto della procedura di gara dovrà rispondere alle esigenze funzionali ed organizzative U.O.C. di Gastroenterologia del P.O. Garibaldi Nesima per la durata di 36 mesi, indipendentemente dalla dotazione tecnologica endoscopica (*"nome, modello, matricola"*), ovvero indipendentemente dal numero e tipologia di endoscopi in dotazione, ovvero indipendentemente da futura acquisizione di tecnologie endoscopiche del reparto.

4. In merito al quesito si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico;
6. In merito al quesito si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico;
7. Premesso che il Capitolo di Gara Pubblicato non prevede una numerazione di pagina "5/10", e che il quesito sottoposto è riportato a pagina 5, art.7 del Capitolato Stesso, di cui al criterio 1.5. della griglia di valutazione della qualità, si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico;
8. Premesso che il Capitolo di Gara Pubblicato non prevede una numerazione di pagina "6/10", e che il quesito sottoposto è riportato a pagina 7, art.7 del Capitolato stesso, di cui al criterio 2.4 della griglia di valutazione della qualità, si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico. Inoltre, si chiarisce altresì che qualora le soluzioni tecniche offerte risultino equivalenti a quanto previsto nelle caratteristiche tecniche richieste in capitolato, si rinvia al principio di equivalenza funzionale previsto nel codice degli appalti;
9. Premesso che il Capitolo di Gara Pubblicato non prevede una numerazione di pagina "7/10", e che i quesiti sottoposti sono riportati a pagina 7, art.7 del Capitolato stesso, di cui ai criteri 2.8 e 2.9 della griglia di valutazione della qualità, si chiarisce che in merito ai quesiti posti si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico;

10. Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico, ovvero *"Le prestazioni relative alla consegna ed installazione delle apparecchiature dei lotti si intendono incluse nel prezzo offerto dall'aggiudicatario per l'esecuzione della fornitura e comprendono ogni prestazione, onere e spesa che si renda all'uopo necessaria, nulla escluso al fine della corretta funzionale dell'apparecchiatura."*

Dette prestazioni comprendono, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, imballo, trasporto, carico e scarico, facchinaggio, consegna al piano, installazione e posa in opera, asporto dell'imballaggio, compresa la pulizia dei luoghi di lavoro successivamente all'installazione; installazione, compresi i necessari collegamenti, verifiche tecniche post installazione, collaudo, messa in funzione dell'apparecchiatura, adeguata istruzione degli operatori sanitari destinati ad utilizzare l'apparecchiatura (opportunamente documentata) ed ogni altra prestazione accessoria alla consegna".

Resta inteso che tutte le eventuali opere/prestazione accessorie che si rendono necessarie per la corretta installazione dovranno essere eseguite secondo la regola dell'arte, nel rispetto delle norme tecniche del settore.

12. Premesso che come da Capitolato Tecnico *"Il sopralluogo presso i locali cui dovrà essere eseguita la fornitura è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara"* e che *"Le prestazioni relative alla consegna ed installazione delle apparecchiature dei lotti si intendono incluse nel prezzo offerto dall'aggiudicatario per l'esecuzione della fornitura e comprendono ogni prestazione, onere e spesa che si renda all'uopo necessaria, nulla escluso al fine della corretta funzionale dell'apparecchiatura"*, il quesito posto risulta essere superfluo ai fini della dovuta consapevolezza tecnica/organizzativa necessaria per la compilazione di una idonea offerta rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza in termini di installazione apparecchiature;

13. Si rimanda alla risposta al punto 12 di cui sopra.

Distinti saluti

Il Responsabile
U.O.S. Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici Aziendali
Ing. Pasquale Casillo

5-5