
U.O.S. Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici Aziendali

Prot. n. 415/IC

Catania, 04.07.2022

provveditorato@arnasgaribaldi.it

Al Direttore Settore Provveditorato

federico.diliberto@ao.garibaldi.ct.it

Loro Sedi

Oggetto: Rettifica nota 406/IC del 01.07.2022 - Integrazione "Riscontro – Richiesta chiarimento n.5"

Quesito:

1. *"Punto 1.11 "Descrivere dettagliatamente i sistemi di automatico ... oggetto di fornitura. Elencare e descrivere le peculiarità, conferimentosede di gara"
Si richiede se possibile formulare tale richiesta in maniera maggiormente dettagliata e comprensibile, al fine di poter formulare una descrizione esaustiva ed effettivamente corrispondente a quanto richiesto".*
2. *"Punto 1.13 "riconoscimento automatico dei filtri con tecnologia RFID, integrato nella macchina (no tramite PC separato)". Si richiede, in ottemperanza al principio di equivalenza se viene valutato anche il sistema di riconoscimento a mezzo bar code, in grado di ottemperare in maniera funzionalmente equivalente a quanto viene richiesto".*
3. *Punto 1.14 "RFID per riconoscimento dei chimici utilizzati, integrato nella macchina (no tramite PC separato)" Si richiede, in ottemperanza al principio di equivalenza, se viene valutato anche il sistema di riconoscimento a mezzo di bar code, in grado di ottemperare in maniera funzionalmente equivalente a quanto viene richiesto.*
4. *Punto 1.15 "RFID per identificazione utilizzatori ed endoscopi, integrato nella macchina (no tramite PC separato)" Si richiede, in ottemperanza al principio di equivalenza, se viene valutato anche il sistema di riconoscimento a mezzo di bar code, in grado di ottemperare in maniera funzionalmente equivalente a quanto viene richiesto.*
5. *Punto 2.4 "Braccio di alloggiamento dell'endoscopio basculante ed orientabile verso l'operatore, in modo da facilitare l'inserimento e l'estrazione dello stesso endoscopio". Segnaliamo che il nostro modello non ha bisogno di questo sistema, poiché i connettori sono già agganciati allo strumento proveniente dalla lavaendoscopi e la cassetta che entra nell'armadio è dotata di connessione*

automatica. Riteniamo pertanto discriminatorio premiare con 4 punti un sistema che, in realtà, serve a risolvere un handicap a monte, rispetto a modelli di apparecchiature dotate di sistema ergonomico che non necessita di nessun braccio oscillante, per inserire la cassetta/cestello contenente l'endoscopio già connesso. Richiediamo pertanto di rivedere i criteri di assegnazione di questo specifico punteggio tecnico, o eliminandolo o ripartendo diversamente i 4 punti di qualità assegnati.

Risposta:

1. Posto che al criterio 1.11 è espressamente richiesto "Descrivere dettagliatamente i sistemi di automatico dotati dall'apparecchiatura lava endoscopi oggetto di fornitura. Elencare e descrivere le peculiarità, con riferimento puntuale alla documentazione fornita in sede di gara" e che per "sistemi di automatico" si intende sistemi di automatismo, con il criterio 1.11 è espressamente richiesta la descrizione puntuale ed oggettiva dei sistemi di automatismo di cui è dotata l'apparecchiatura lavaendoscopi offerta. Inoltre si richiede espressamente "riferimento puntuale alla documentazione fornita in sede di gara", ovvero per ogni caratteristica rappresentata e descritta, il riferimento puntuale di pagina/paragrafo/capitolo della documentazione tecnica allegata al fine di garantire un corretto riscontro e verifica in sede di valutazione.
2. Premesso che quanto previsto dal capitolato tecnico, ovvero quanto richiesto nei "criteri di valutazione della qualità" costituiscono requisiti qualitativi oggetto di valutazione secondo le specifiche oggettive rappresentate nell'art.7 del C.T., si rappresenta che qualora le soluzioni tecniche offerte risultino equivalenti a quanto previsto nelle caratteristiche tecniche richieste in capitolato, si rinvia al principio di equivalenza funzionale previsto nel codice degli appalti;
3. Si rimanda alla risposta al punto 2 di cui sopra;
4. Si rimanda alla risposta al punto 2 di cui sopra;
5. Si conferma quanto previsto in Capitolato Tecnico.

Distinti saluti

Il Responsabile
U.O.S. Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici Aziendali
Ing. Pasquale Casillo

2-2