

U.O.S. Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici Aziendali

Prot. n. 408/IC

Catania, 01.07.2022

provveditorato@arnasgaribaldi.it

Al Direttore Settore Provveditorato

federico.diliberto@ao.garibaldi.ct.it

Loro Sedi

Oggetto: Riscontro – Richiesta chiarimento n.6

Quesito:

- a. *"Con riferimento ai criteri di valutazione di qualità, indicati a pag.6 capitolato si chiede di chiarire cosa si intende per "sistemi di automatico" ... lavaendoscopi";*
- b. *"Si chiede di confermare che per "flusso pulsato" si intende che il dispositivo debba dotato di una pompa che permetta al fluido di agire all'interno dei canali con maggiore velocità";*
- c. *"Con riferimento al requisito per il quale si chiede la presenza in Italia di un installato analogo delle lavaendoscopi appartenente alla stessa categoria CND: Z12029009 (Strumentazione varia per endoscopia e chirurgia mini-invasiva non altrimenti classificata)";*
- d. *"Con riferimento al requisito per il quale si chiede un numero di installazioni analoghe in termini di quantità installate in Italia ... verranno considerate valide anche installazioni all'estero ... art. 30 del D.lgs. 50/2016, comma 7";*
- e. *con riferimento alla specifica tecnica relativa alla capacità di stoccaggio dei n. 2 armadi richiesti in gara (n. 20 endoscopi contemporaneamente), si evidenzia che tale caratteristica, essendo riconducibile ad una limitata, se non unica, tipologia di macchinario e/o di produzione (la maggioranza degli armadi di stoccaggio prevede l'alloggiamento di 8/9 strumenti), risulta in contrasto con quanto prescritto dall'art. 68 del D.Lgs. 50/2016 <<le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che*

avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti>>. In ragione di quanto sopra, al fine di favorire la massima partecipazione degli operatori economici, si chiede cortesemente di confermare la possibilità di poter offrire, al fine di soddisfare il requisito di minima, n. 2 apparecchiature che consentano lo stoccaggio di n. 9 endoscopi ciascuno contemporaneamente. Tale capacità di stoccaggio, risulterebbe comunque sufficiente a soddisfare la capacità di trattamento degli strumenti in ragione del numero di esami previsti ed esposti in capitolato, fermo restando la possibilità, che si chiede di confermare, di poter offrire un sistema composto da un numero di armadi di stoccaggio maggiore di 2, per consentire lo stoccaggio di un numero di strumenti in contemporanea superiore al minimo richiesto di 20, così come previsto nella tabella di assegnazione dei punteggi tecnici;

- f. con riferimento alla specifica tecnica relativa alla capacità di stoccaggio e trasporto dei n. 2 carrelli richiesti in gara, per le medesime considerazioni esposte al punto che precede, si chiede di poter offrire n. 2 carrelli con 3 vassoi, oppure in subordine, un numero di carrelli superiore a 2, affinché si possa soddisfare il requisito di minima.

Risposta:

- a. Posto che al criterio 1.11 è espressamente richiesto "*Descrivere dettagliatamente i sistemi di automatico dotati dall'apparecchiatura lava endoscopi oggetto di fornitura. Elencare e descrivere le peculiarità, con riferimento puntuale alla documentazione fornita in sede di gara*" e che per "sistemi di automatico" si intende sistemi di automatismo, con il criterio 1.11 è espressamente richiesta la descrizione puntuale ed oggettiva dei sistemi di automatismo di cui è dotata l'apparecchiatura lavaendoscopi offerta.

Inoltre si richiede "*riferimento puntuale alla documentazione fornita in sede di gara*", ovvero per ogni caratteristica rappresentata e descritta, il riferimento puntuale di pagina/paragrafo/capitolo della documentazione tecnica allegata al fine di garantire un corretto riscontro e verifica in sede di valutazione.;

- b. Premesso che quanto previsto dal capitolato tecnico, ovvero quanto richiesto nei "*criteri di valutazione della qualità*" costituiscono requisiti qualitativi oggetto di valutazione secondo le

specifiche oggettive rappresentate nell'art.7 del C.T., si rappresenta che qualora le soluzioni tecniche offerte risultino equivalenti a quanto previsto nelle caratteristiche tecniche richieste in capitolato, si rinvia al principio di equivalenza funzionale previsto nel codice degli appalti;

- c. Premesso che *"la CND consente di avere una chiara conoscenza di un settore costituito da prodotti così numerosi ed eterogenei e raggrupparli in modo omogeneo, secondo criteri che consentano un confronto tra prodotti appartenenti allo stesso segmento di classificazione, anche dal punto di vista economico"*, si chiarisce che la il nomenclatore CND Z12029009 non individua uno specifico modello di classe tecnologica. Pertanto, posto che al criterio 2.8 della griglia di valutazione della qualità è espressamente richiesto *"Presenza in Italia di un installato analogo (uguale modello) delle lavaendoscopi offerte oppure modello equivalente a doppia vasca"*, si chiarisce che il requisito di equivalenza è posseduto solo esclusivamente in caso di **analogo modello tecnologico**;
- d. Premesso che al criterio 2.8 e 2.9 della griglia di valutazione della qualità è **espressamente richiesto il riferimento al numero di installato in Italia**, si conferma quanto previsto e rappresentato in Capitolato Tecnico, ovvero in griglia di valutazione della qualità;
- e. Premesso che nel Capitolato Tecnico è riportato:
- *"Il sopralluogo presso i locali cui dovrà essere eseguita la fornitura è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara"* e che *"Le prestazioni relative alla consegna ed installazione delle apparecchiature dei lotti si intendono incluse nel prezzo offerto dall'aggiudicatario per l'esecuzione della fornitura e comprendono ogni prestazione, onere e spesa che si renda all'uso necessaria, nulla escluso al fine della corretta installazione funzionale dell'apparecchiatura"*,
 - All'art. 6, pag. 3 *"Fornitura di almeno n. 2 armadi di stoccaggio ed asciugatura per almeno n. 20 endoscopi in contemporanea in dotazione alla U.O. di Endoscopia Digestiva"*;
 - All'art. 6.2, pag. 4. *"Numero di armadi per stoccare almeno n.20 endoscopi contemporaneamente"*

si conferma quanto richiesto, posto che risulta possibile *"offrire un sistema composto da un numero di armadi di stoccaggio maggiore di 2, per consentire lo stoccaggio di un numero di strumenti in contemporanea superiore al minimo richiesto di 20"* la cui installazione risulta conforme alla destinazione d'uso.

- f. Premesso che quanto previsto dal capitolato tecnico, ovvero quanto richiesto nelle *"caratteristiche di minima"* costituisce requisito essenziali di partecipazione alla gara di cui in oggetto, pena esclusione



**Azienda Ospedaliera
di rilievo nazionale e di alta specializzazione "GARIBALDI"
Catania**

dalla stessa, si rappresenta che qualora le soluzioni tecniche offerte risultino equivalenti a quanto previsto nelle caratteristiche tecniche richieste in capitolato, si rinvia al principio di equivalenza funzionale previsto nel codice degli appalti.

Distinti saluti

Il Responsabile
U.O.S. Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici Aziendali
Ing. Pasquale Casillo