

## AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “GARIBALDI” – CATANIA


PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI DIAGNOSTICI E SISTEMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO IN SERVICE PER LE DIVERSE UU.OO. DELL’ARNAS GARIBALDI DI CATANIA .N. GARA: 6732528

### CHIARIMENTI 7 SUI DOCUMENTI A BASE DI GARA.

Si porta a conoscenza di tutti gli interessati le risposte fornita dai Sanitari dell’Azienda Ospedaliera Garibaldi a quesiti avanzati da ditte potenziali concorrenti in ordine alla gara in oggetto.

AI SENSI DEL DICIPLINARE DI GARA E DEL BANDO INTEGRALE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO A FIRMA DEL RUP SUL PROFILO WEB DEL COMMITTENTE FA INTENDERE LO STESSO COME NOTIFICATO A TUTTE LE DITTE POTENZIALMENTE CONCORRENTI ALLA PRESENTE GARA

Il RUP  
(Dott.ssa Ersilia Riggi)





Al Capo Settore Provveditorato

A.R.N.A.S. Garibaldi Dott.ssa E. Riggi

L.L. SEDI

Prot.n. 568 15/09/2017

Oggetto: Riscontro nota Prot. 5/4299 13/09/2017/ F.U

In riferimento alla nota in oggetto, relativamente alle richieste di chiarimento avanzate dalle Ditte aspiranti concorrenti e per quanto di mia competenza si specifica quanto segue:

Ditta Pantec Lotto 15 voce 7: Come da comunicazione effettuata in precedenza anche dalla U.O. di Endocrinologia, l'unità di misura del 17-OH Progesterone RIA è ng/ml.

Distinti saluti

A.R.N.A.S. "GARIBOLDI" - CATANIA  
U.O.C. FARMACIA - P.O. NESIMA  
DIRIGENTE FARMACISTA  
Dott.ssa ROSA MARIA CALCAGNO

|   |
|---|
| REGIONE SICILIANA<br>A.R.N.A.S. "GARIBOLDI"<br>CATANIA<br>SETTORE PROVVED. ED ECONOMICATO |
| 21 SET. 2017  |
| Prot. N° 568  |
| ARRIVO  |



P.O. GARIBALDI CENTRO,  
U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA  
Direttore: Dott.ssa Diana Cinà  
Tel. 095-7594410 Fax. 095-7594494

P.O. GARIBALDI NESIMA  
U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA  
Direttore: Dott.ssa Gaetano Strano  
Tel. 095-7595341 Fax. 095-7595342

Data 19/09/2017

Alla c.a. del Capo Settore Provveditorato

Dott.ssa E. Riggi

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio in service , N.GARA 6732528. Chiarimenti alle Ditte.

In riferimento al nota della Ditta Beckman 29, si comunica:

Una delle due voci "Reagenti necessari per identificazione Maldi-tof" e "Identificazione Maldi-tof" è da eliminare.

IL DIRETTORE

~~Dott.ssa Diana Cinà~~

IL DIRETTORE

Dott. Gaetano Strano

|   |
|---|
| REGIONE SICILIANA<br>A.R.N.A.S. "GARIBALDI"<br>CATANIA<br>SETTORE PROV. TO ED ECONOMATO |
| 21 SET. 2017  |
| Prot. N° <u>4498</u>  |
| ARRIVO  |