

## AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

Prot.FIU

Spett.le ditta COOK  
FAX 0269430252  
GARE@COOKMEDICAL.COM

OGGETTO: Verbale relativo alla GARA ON-LINE (MePA) per l'affidamento di aghi per l'aspirazione ecoendoscopica transbronchiale CIG: Z6B20A79FE. RDO: 1762843. **COMUNICAZIONE ESCLUSIONE**

In riferimento alla procedura in oggetto si comunica che con verbale della seduta del 12 gennaio 2018 la commissione tecnica, incaricata di procedere alla valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte concorrenti ammesse alla gara de quo, è pervenuta alle seguenti conclusioni : *NON CONFORMITÀ del prodotto proposto dalla COOK in quanto << nella documentazione tecnica non viene specificato il materiale dell'ago e non viene specificato alcunchè sulla flessibilità dell'ago stesso. Non viene specificato nulla sulla presenza del meccanismo di feedback audio e tattile che confermi la retrazione dell'ago nella guaina.>> .*

Tutto ciò premesso e considerato che la lettera invito prot. n. 5337/2017 prevede espressamente che : *<<La non valutabilità e la non conformità comporteranno l'esclusione della Ditta dalla partecipazione alla fase di aggiudicazione provvisoria.*

*Il mancato possesso delle caratteristiche tecniche e dei requisiti previsti nella presente lettera invito comporterà l'esclusione della Ditta dalla presente procedura di gara>> con la presente si comunica l'esclusione di codesta COOK dalla GARA ON-LINE (MePA) per l'affidamento di aghi per l'aspirazione ecoendoscopica transbronchiale CIG: Z6B20A79FE RDO 1762843*

Tanto si doveva.

IL RUP Dott.ssa Riggi Ersilia

