

## CHIARIMENTI RDO N. 2469318 “Aspiratore di liquidi”

Un operatore economico rappresenta che: 1) le caratteristiche identificano un prodotto coperto da brevetto della ditta ....., chiede il “ritiro” della procedura di gara e in subordine che le caratteristiche siano intese ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs 50/2016, inoltre 2) di esplicitare le specifiche funzioni che il prodotto debba assolvere. 3) Si richiede di assegnare un più ampio termine per la presentazione delle offerte.

Risposta:

1) Si richiama la previsione di cui al comma 7 dell’art. 68 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. secondo la quale le caratteristiche tecniche dei prodotti richiesti debbano intendersi equivalenti. Corre l’obbligo ricordare che nella propria offerta, l’offerente è tenuto a dimostrare che la fornitura o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell’amministrazione aggiudicatrice.

2) Negli interventi di Chirurgia Urologica, Ginecologia e Ortopedia, vengono utilizzati e raccolti grandi volumi di liquidi biologici (da 15 a 30 litri per singolo intervento). Liquidi biologici raccolti possono contenere batteri e funghi altamente patogeni. La rimozione e lo svuotamento dei contenitori di raccolta dei liquidi biologici dalle sale operatorie è a rischio di contaminazione, per il personale addetto alla rimozione e per i pazienti. Inoltre, comporta un dispendio di energie ed impiego di unità di personale non indifferente. L’utilizzo di un aspiratore a circuito chiuso oltre ad annullare il rilascio di fuori uscita di liquidi in sala operatoria per rotture accidentali, annulla il rischio di contaminazioni batteriche per gli operatori e per i pazienti, ottimizza i tempi di lavoro del personale impiegato ed evita gli infortuni del personale a causa del sollevamento dei carichi.

3) Il termine indicato è congruo al fine di elaborare la propria offerta.

Il Rup

Dott. Ottaviano Calaciura

