

CHIARIMENTI: PROCEDURA APERTA PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN ANGIOGRAFO MONOPLANARE PER U.O.C. DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. NESIMA

1. Si chiede conferma che la base base d'asta sia di Euro 1.100.000,00 esclusa iva, incluso lavori edili per adeguamento locali (che a loro volta includono oneri sicurezza 3%).  
Risp: Si conferma.
2. Si chiede conferma se l'apertura delle operazioni di gara è fissata per il 18/10/2017 ore 13:00;  
Risp: No, il giorno sarà comunicato nel nostro sito Aziendale successivamente.
3. Si chiede di comunicare il numero Cig, onde poter effettuare il relativo pagamento.  
Risp: CIG n. 7156217914;
4. Subappalto, fermo restando il divieto di cessione del contratto, si chiede di confermare che, per quanto concerne le attività accessorie alla fornitura: opere edili ed impiantistiche, installazione meccanica delle apparecchiature offerte, installazione/addestramento/manutenzione di eventuali apparecchiature elettromedicali accessorie, eventuale smontaggio e rimozione anche conservativa, eventuale smaltimento del sistema attualmente esistente, possa essere ammesso il ricorso a ditte terze, secondo quanto previsto dell'art. 105 del D.lgs 50\2016. In caso affermativo, si chiede altresì conferma che sia necessario dichiarare in fase di gara la volontà del partecipante di subappaltare parte della fornitura, l'indicazione della terna di subappaltatori e produrre la necessaria documentazione, da parte di questi ultimi, a comprova dell'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lg 50\2016.  
Risp: Si conferma.
5. Rif. Disciplinare di gara, art. 5 pag. 4- Documentazione amministrativa punto A: si chiede di confermare che, in sostituzione della dichiarazione da A1 a A15, possa essere presentato il DGUE- ciò sia da parte dell'operatore economico partecipante alla procedura che da parte degli eventuali singoli subappaltatori. Si chiede di confermare che da A16 s A30, la dichiarazione debba essere resa dal solo operatore economico partecipante alla procedura, esclusi gli eventuali singoli subappaltatori.  
Risp: In riferimento al DGUE si conferma che può essere presentato tale documento sia da parte dell'operatore economico interessato alla procedura che da eventuali subappaltatori, in riferimento alla dichiarazione A16 a A30 deve essere reso anch'esso dall' operatore economico interessato ed eventuali subappaltatori .
6. Disciplinare di gara, art. 5 pag.8- Documentazione amministrativa, punto C  
Si chiede di confermare che il totale degli importi delle forniture nel triennio 2014-2015-2016 di cui al punto C2 debba corrispondere a quanto dichiarato come fatturato per forniture analoghe nello stesso triennio di cui al suddetto punto C2.  
Risp: Si conferma
7. Viene richiesto che la documentazione tecnica sia in lingua italiana. Si chiede di confermare che alcuni documenti che per loro natura sono spesso redatti in lingua diversa dall'italiano possano essere prodotti nella lingua originale.  
Si conferma.

8. L'oggetto della gara è costituito dalla Fornitura ed installazione, chiavi in mano, di n. 1 Angiografo monoplanare con riscatto finale di Euro 1.000,00 necessario per U.O.C di Radiologia interventistica P.O. Garibaldi Nesima.  
Risp: si conferma che trattasi di fornitura (in noleggio quinquennale) ed installazione, chiavi in mano, di un Angiografo monoplanare con riscatto finale di Euro 1.000,00;
9. Si chiede di chiarire costo della manutenzione full risk ripartito nei singoli anni in funzione del valore di ammortamento della macchina, si chiede di confermare che con tale previsione è richiesta la quantificazione annuale del noleggio con riferimento alla quota di manutenzione. Costo dell'apparecchiatura.  
Risp: l'offerta economica deve specificare nel dettaglio il costo annuale della manutenzione full-risk e il costo dell'apparecchiatura.
10. Garanzia e assistenza tecnica  
Risp: La garanzia è di durata 24 mesi, manutenzione preventiva e correttiva inclusa la sostituzione di tutte le parti di ricambio, con modalità full-risk, tutto incluso nulla escluso.
11. Si chiede di confermare che, in applicazione della disciplina inderogabile in materia, le panali giornaliere e complessive saranno applicate nel rispetto dei limiti e massimi di cui all'art. 113 bis co 2 del D.lgs n. 50/16, ovvero secondo percentuali fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque, non superiore al 10 per cento del valore netto contrattuale.  
Risp: Si conferma