

SETTORE PROVVEDITORATO

Prot. n° 2385 del 2 MAG. 2019



## AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

**Oggetto:** Procedura negoziata per la fornitura in somministrazione di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio in service/noleggio . Verbale di deliberazione n. 169/2018 e 182/2019

### CHIARIMENTI DA N. 1 A N. 8

Si portano a conoscenza di tutti i soggetti variamente interessati le risposte fornita dall'Azienda Ospedaliera Garibaldi ai quesiti avanzati da potenziali concorrenti in ordine alla gara in oggetto.

#### **1) RISPOSTA AL CHIARIMENTO N.1:** Richiesta scorporazione prodotti dal Lotto 1

Facendo seguito alla richiesta di chiarimento avente ad oggetto la scorporazione di alcuni prodotti ricompresi nel lotto n. 1 e nel dettaglio di seguito indicati - Acqua distillata; Etere Etilico; Metanolo; Olio di mandorle; Soluzione di Hanks's; Olio di Ricino; Alcool Denaturato - , si comunica che questa Stazione appaltante ha operato lo stralcio di n. 5 voci del **lotto n. 1** e segnatamente :

ACQUA DISTILLATA IN CONF DA 10 LT;

GIEMSA COLORANTE 250 ML;

ETERE ETILICO 100 ML;

PARAFORMALDEIDE SOLUZIONE AL 10% FLACONI DA 10 LITRI;

ALCOOL DENATURATO LT 1;

in quanto aggiudicati nella Gara di Bacino della Sicilia Orientale per la fornitura di Dispositivi medici di uso comune definita dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina Policlinico "Gaetano Martino", in qualità di Azienda Capofila, con deliberazione n. 669 del 28/12/2018 e successiva n. 162 del 06/02/2019. Il lotto n 1 risulta, pertanto, così definito nella stesura definitiva

#### REAGENTI E COLORANTI PER MICROSCOPIA

DESCRIZIONE	NESIMA QUANTITATIVI	CENTRO QUANTITATIVI	IMPORTO COMPL.
			ANNUO ESCL. IVA
EMATOSSILLINA DI MAYER	LT 40	LT 10	base d'asta €14,521,36
EMATOSSILLINA DI HARRIS	LT 12	LT 10	
EOSINA ACQUOSA IN SOLUZ ALL'1%	LT 24	LT 10	
EOSINA ALCOLICA IN SOLUZIONE	LT 24	LT 10	
KIT COLORAZIONE PERLS DA 100 TEST	TEST 1000	TEST 100	
KIT PER IMPREGNAZIONE ARGENTICA PER RETICOLO DA 100 TEST	KIT 10	/	
KIT COLORAZIONE MALLORY TRICROMICA	TEST 400	/	
LOFFLER SOLUZIONE ALCOLICA BLU DI METILENE 1% SOL. M 20 DA 250 ML	LT 2	LT 10	

METANOLO R.P.E PER ANALISI	LT 10	LT 6
OLIO DI MANDORLE	LT 80	LT 50
REATTIVO DI DI ZIEHL NEELSENFLAC 500 ML	LT 2	LT 20
REATTIVO DI SCHIFF	LT 10	LT 5
SOLUZIONE DI HANKS' FLAC 500 ML	LT 10	LT 20
VIOLETTO DI GENZIANA FLAC 100/250 ML	LT 1	LT 8
OLIO DI RICINO LT 1	LT 400	LT 10
MEZZO DI FISSAGGIO PER ISTOCHIMICA DA 500 ML	LT 30	

I QUANTITATIVI PRESUPPONGONO IL FABBISOGNO ANNUALE DEI DUE PRESIDII

**Si rimanda alle disposizioni del Disciplinare di gara in tema di raggruppamenti temporanei, GEIE , aggregazioni di imprese e di rete o consorzi ordinari per i prodotti che non rientrano nella linea di produzione**

Lo stralcio dei prodotti verrà formalizzato con la adozione della relativa delibera di aggiudicazione definitiva.

**2 RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 2** : Richiesta chiarimenti tecnici in merito al mezzo di fissaggio per istochimica.

In riscontro alla richiesta di chiarimenti tecnici in merito al mezzo di fissaggio per istochimica si precisa che trattasi di mezzo di fissaggio o balsamo per vetrini istologici a base di xileno in % uguale o superiore al 50%.

**3. RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 3** : Duplicazione test lotto n. 11 "Autoimmunità" e lotto n. 34 della Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di diagnostici

In riscontro alla richiesta di chiarimenti circa la presunta duplicazione dei test di cui al lotto n. 11 "Autoimmunità" della presente procedura di gara e di quelli di cui al lotto n. 34 della Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di diagnostici, aggiudicata con delibera 802/2018, si precisa che *"si ritiene cosa diversa quanto richiesto nel lotto 34, espressamente previsto per il PO Garibaldi centro, e quanto richiesto per il lotto 11 per entrambi i presidi ospedalieri "*

**4. RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 4.** certificazioni CE e ISO

In riscontro alla richiesta di chiarimenti circa la possibilità di allegare le certificazioni CE e ISO in lingua originale corredate da traduzione con un'autodichiarazione di copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 si precisa che l'ultimo capoverso dell'art. 15 pag 41 del Disciplinare di gara prevede che:

*<< Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione>>*

**5.RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 5** Dichiarazione da rendersi ai sensi dell'art.80 comma 3

In riscontro alla richiesta di chiarimenti circa la possibilità di presentare Dichiarazione da rendersi ai sensi dell'art.80 comma 3 del codice degli appalti su moduli predisposti dalla ditta concorrente si rammenta che l'art. 12 - pag 32 - del Disciplinare di gara prevede espressamente che *<< Tutte le dichiarazioni sostitutive*

DEVONO essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.ao-garibaldi.catania.it/>>>

**6.RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 6 Busta Amministrativa – DUVRI:**

In riscontro alla richiesta di chiarimenti circa la possibilità di presentare DUVRI firmato solo per presa visione dal Procuratore firmatario della gara si specifica che Il DUVRI deve essere compilato e firmato dal rappresentante legale dell'impresa concorrente o suo procuratore

**7.RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 7: lotto n. 9 voce "1,25 (OH)2 Vitamina D"**

In riscontro alla richiesta di chiarimenti circa la possibilità di confermare che la voce "1,25 (OH)2 Vitamina D" sia da intendersi "25 OH Vitamina D" si attesta che la voce "1,25 (OH)2 Vitamina D" è da intendersi "25 OH Vitamina D"

**8.RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 8 lotto n. 9 voci "17-OH Progesterone", "Eritropoietina" ed "Ormone Anti-Mulleriano"**

In riscontro alla richiesta di chiarimenti circa la possibilità di presentare offerta priva dei test: "17-OH Progesterone", "Eritropoietina" ed "Ormone Anti-Mulleriano" si ribadisce che l'art. 3 del Disciplinare di gara prevede che l'appalto è suddiviso in 16 lotti unici e indivisibili ad eccezione del lotto n. 6.

L'offerta del lotto 9 priva di n. 3 analiti non può essere ritenuta conforme.

LA PUBBLICAZIONE DEI PRESENTI CHIARIMENTI SUL PROFILO WEB DEL COMMITTENTE FA INTENDERE GLI STESSI COME NOTIFICATI E DUNQUE RESI NOTI A TUTTE LE DITTE POTENZIALMENTE CONCORRENTI ALLA PRESENTE GARA

D'Ordine del RUP  
Dott.ssa Olga Marletta

