

**SETTORE PROVVEDITORATO
USCITA**

Prot. n° 608 del 6/8/21



CHIARIMENTI DEL 06.08.2021

R.D.O. n. 2844061 –Fornitura di n. 6 Cappe a flusso laminare verticale Biohard Classe II, Tipo A2.

Chiarimento n. 1:

si chiede di specificare se per il posizionamento della strumentazione richiesta siano presenti barriere architettoniche e se la struttura di destinazione sia dotata di montacarichi idoneo per l'eventuale posizionamento al piano. Al punto J) del disciplinare viene richiesto il dettaglio dell'offerta economica "secondo il modello allegato" ma non ci risulta che sia presente alcun modello, si tratta di un refuso?

Risposta n.1:

Si specifica che la struttura è dotata di percorsi verticali (ascensori/montacarichi e scale) ed orizzontali; i montacarichi/ascensori sono di diversa dimensione e con varia capienza. Resta da valutare, in relazione alle dimensioni dei colli, in atto non note, l'eventuale utilizzo degli stessi ai fini della collocazione ai piani; Per quanto riguarda il modello dettaglio offerta economica si conferma che trattasi di refuso.

Chiarimento n. 2:

Si richiede se l'allegato "Schema di contratto" è sufficiente riallegarlo firmato digitalmente.

Risposta n. 2:

Si conferma che l'allegato "schema contratto" deve essere allegato e firmato digitalmente.

Chiarimento n. 3:

Si richiede dove andranno posizionate esattamente le 6 cappe: a che piano, che tipo di accessi ci sono, presenza o meno di montacarichi e misure o scale e loro ampiezza.

Risposta n. 3:

Le UU.OO. destinatarie sono riportate negli atti di gare e sono ubicate:

- U.O.C. di Patologia Clinica del P.O. Centro, piano terra;
- U.O.S. di Patologia Clinica del P.O. Nesima, torre centrale piano -1;
- U.O.C. Malattie Infettive del P.O. Nesima, torre H piano 0;

In riferimento alla presenza di ascensori o montacarichi si rimanda al chiarimento 1.

Chiarimento n. 4:

4.1-Viene da Voi indicata una tempistica di consegna di 30 gg, non congrua per la tipologia e per i quantitativi richiesti. Si chiede di specificare se sia accettabile una tempistica di consegna di 45 gg LAVORATIVI.

4.2 – Si chiede di voler specificare esattamente la dimensione utile che dovrà avere il piano di lavoro delle cappe richieste. Deve essere 120 cm o 150 cm?

4.3 -Viene da Voi indicato "La cappa deve poter consentire la canalizzazione all'esterno dell'aria espulsa ed essere dotata degli appositi accessori necessari per tale funzione". Visto che chiedete compreso in fornitura anche l'accessorio per il collegamento delle cappe a sistemi di canalizzazione verso l'esterno, si chiede di indicare esattamente se sia da quotare l'accessorio Raccordo Diretto (se la distanza tra il collegamento della cappa al sistema di canalizzazione e l'uscita a tetto della canalizzazione stessa è inferiore a 5 m) oppure

l'accessorio Raccordo Thimble (se la distanza tra il collegamento della cappa al sistema di canalizzazione e l'uscita a tetto della canalizzazione stessa è superiore a 5 m).

4.4 -Si chiede inoltre di confermare che i sistemi di canalizzazione siano già esistenti, che il diametro della canalizzazione a cui collegare le cappe sia di 200 mm, che i tubi e le curve per collegare l'accessorio (Raccordo Diretto o Raccordo Thimble) al Vostro sistema di canalizzazione siano a Vostro carico e cura.

4.5 – Si chiede di specificare che trattasi di refuso, in quanto trattasi di norma che regola le camere bianche e non le cappe a flusso laminare verticale di Biohazard di Classe II A2.

Risposta n. 4:

4.1 –Attese le numerose richieste di posticipare la consegna, si accoglie tale richiesta e si comunicano i tempi per la consegna da rispettare devono essere 45 giorni lavorativi dalla data dell'ordine NSO.

4.2 Si rimanda al capitolato tecnico;

4.3. Quanto da noi richiesto in capitolato è da intendere mero refuso in quanto le cappe richieste non dovranno avere la canalizzazione all'esterno.

4.4 Si rimanda al chiarimento 4.3;

4.5 -Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti in merito alla normativa UNI EN ISO 14644-1:2016, si conferma che trattasi di refuso di stampa in quanto la stessa caratterizza il contesto di regolamentazione della produzione delle camere bianche ed ambienti associati controllati, appartiene alla più ampia normativa UNI EN ISO 14644 relativa al settore, e riguarda nello specifico la classificazione della pulizia dell'aria.

Chiarimento 5:

Si chiede se è specifica tecnica minima a pena esclusione la fornitura di un Becco Bunsen con gas?

Risposta n. 5:

Si conferma il capitolato.

Chiarimento n. 6:

Si richiede se accettabile per quanto concerne la dimensione esterna una lunghezza di ingombro di 169 cm – Non essendo il becco bunsen un componente della cabina, bensì uno strumento totalmente indipendente da essa, si chiede se possibile partecipare alla procedura anche in assenza dello stesso.

Risposta n. 6: Si conferma il capitolato.

Catania 06.08.2021

Il Rup

Dr. Ottaviano Calaciura

