

post: 759/CAL 24 FEB. 2020

Spett.le Operatori Economici

OGGETTO: CHIARIMENTI RDO N. 2514720

In riferimento alle varie richieste di chiarimenti pervenuti da potenziali operatori economici interessati alla procedura, genericamente vertenti sulle specifiche tecniche dello strumentario, si riportano i seguenti chiarimenti:

- voce 26 lunghezza: 18cm
- voce 27 lunghezza: 20cm
- voce 28 lunghezza: 24cm
- voce 29 lunghezza: 18cm
- voce 30 lunghezza: 22cm
- Le forbici, le Bengolea e le Overholt sono da intendersi curve
- Il portaghi Lemmon e da intendere vascolare con punte di tugsteno.
- Le forbici allaine sono Body- allaine curve ad S.
- Negli strumenti dove è presente la dicitura L.L. vuol dire (articolazione garantita) life-lok.
- Voce 6: si accetta anche misura di 17,5.
- Voce 18: si specifica punte vascolari (4/0 x 5/0).
- Voce 25: divaricatore farabeuf una coppia 25 ed una coppia 21.
- La campionatura potrà essere richieste alla ditta aggiudicataria per verificare la corrispondenza di quanto richiesto.

Catania 24/02/2020

Il Rup

Dr. Calaciura Ottaviano

