



**Azienda Ospedaliera
di rilievo nazionale e di alta specializzazione "GARIBALDI"
Catania**

Settore Provveditorato

Prot. nr. 4217

Catania 28 APR. 2023

Oggetto: Chiarimenti procedura di gara ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisto di strumentario chirurgico da destinare alle UU.OO. Gruppo Operatorio, Chirurgia Generale/Oncologica, Dermatologia, Chirurgia Vascolare-Cardiologia, Hospice Ambulatoriale P.O. Garibaldi Nesima, Medicina e Chirurgia ed Accettazione D'Urgenza

Chiarimento n.1

Domanda: Lotto 4 il divaricatore costale di Finocchietto lame 36x45mm è pediatrico o per adulti? Sempre lotto 4 Micro portaghi robusto 190 mm non è specificata l'impugnatura, come deve essere? ad anelli o a molla?

Risposta: Il divaricatore costale di Finocchietto è per adulti. Il micro portaaghi robusto 190 mm deve essere con impugnatura a molla.

Chiarimento n.2

Domanda: Lotto 4 il divaricatore costale di Finocchietto lame 36x45mm in acciaio o in alluminio?

Risposta: Il divaricatore costale di Finocchietto lame 36x45 deve essere in acciaio.

Chiarimento n.3

Domanda: Nel capitolato mancano i prezzi a base d'asta per i singoli articoli del lotto n. 5 che, invece, sono presenti per i quattro lotti precedenti.

Risposta: Relativamente al lotto 5 verrà considerato l'importo complessivo posto a base d'asta. Per i lotti rimanenti dovrà essere preso in considerazione oltre al prezzo complessivo posto a base d'asta anche il prezzo posto a base d'asta per singolo prodotto.

Chiarimento n. 4

Domanda: Al punto 4 della lettera d'invito recita: " L'aggiudicazione avverrà in favore dell'Operatore Economico che avrà praticato il prezzo complessivo più basso ottenuto moltiplicando il costo unitario offerto per ogni singolo prodotto ricompreso nel lotto - costo inferiore pena l'esclusione a quello posto a base d'asta - per i quantitativi indicati quale fabbisogno complessivo". A tal proposito, considerato che l'aggiudicazione avverrà per intero lotto chiediamo di sapere se i singoli prezzi di offerta debbano necessariamente essere inferiori a quelli di riferimento o se è sufficiente rimanere al di sotto della base d'asta dell'intero lotto, come sembra evidenziare il punto 4

(L'aggiudicazione avverrà in favore dell'Operatore Economico che avrà praticato il prezzo complessivo più basso).

Risposta: Relativamente al lotto 5 verrà considerato l'importo complessivo posto a base d'asta. Per i lotti rimanenti dovrà essere preso in considerazione oltre al prezzo complessivo posto a base d'asta anche il prezzo posto a base d'asta per singolo prodotto pertanto si precisa che nei lotti 1-2-3-4 i singoli prezzi di offerta devono necessariamente essere inferiori alla base d'asta unitaria.

Chiarimento n.5

Domanda: Trattandosi di strumentario chirurgico specialistico, chiediamo la possibilità di presentare la campionatura successivamente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

Risposta: Si conferma quanto descritto nel capitolato tecnico, pertanto la campionatura dovrà pervenire entro la data di presentazione delle offerte.

Chiarimento n.6

Domanda: In riferimento al Lotto n. 1, con la presente si richiedono chiarimenti in merito alle voci di capitolato tecnico n. 92 e 93 "Divaricatore di Deaver extra lunga, valva 2,5 x 23,5 mm, lunghezza 39,4mm" in entrambe le righe è riportata la stessa descrizione, chiediamo che venga specificato se le quantità richieste sono 2 pz o se una delle due è da considerarsi una ripetizione e pertanto non è da tenere in considerazione, o se si tratta di misure e articoli differenti, in quanto il prezzo a base d'asta risulta essere per la voce n.92 euro 520,00 e per la voce n. 93 euro 580,00.

Risposta: A causa di un refuso la voce 93 riporta la stessa misura della voce 92. Pertanto si deve intendere quanto di seguito specificato:


Voce 92: Divaricatore di Deaver extra lunga, valva 2.5 cm x 23.5 cm x 39.4 cm prezzo base d'asta € 520,00.

Voce 93: Divaricatore di Deaver extra lunga, valva 5 cm x 23.5 cm x 39.4 cm prezzo base d'asta € 580,00

IL RUP
Dott.ssa Salvina G. Calà



Il Responsabile dell'UOS Farmaci
e Dispositivi Medici
(Dott.ssa Olga Marletta)



**IL RESPONSABILE DELLA
U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Dott. Ing. Valentina Russo**

