



Arnas Garibaldi
Prot. nr. 0003990 del 18/02/2020
Uscita

Prot. _____/cal
Settore Provveditorato

Catania _____

Spett.le **Ditta Sterilmedica di Renata Ardizzone**
Via XII Gennaio n. 24
Palermo (PA)
Mail: Sterilmedica@virgilio.it

e.p.c Al Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione
P.O.Nesima

Al Direttore Medico di Presidio
P.O. Nesima

Oggetto: RDO n. 2469318 “Aspiratore chirurgico” -Comunicazione di non Conformità

In riferimento alla RDO in oggetto richiamata, si rileva che il prodotto offerto dalla S.v. denominato Drain Star 5 evo cod. DS5W, non è conforme alle caratteristiche richieste nel capitolato tecnico e nello specifico:

- Non è dotato di pellicola o vernice antibatterica contenete gli ioni d’argento, sprovvisto di certificato di efficacia dell’abbattimento della carica batterica emesso secondo le norme UNI EN ISO 22196:2011,

pertanto si dichiara il prodotto DS5W non conforme.

Distinti saluti

Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico e
Provveditorato ed Economato ad interim
Ing. Salvatore Vitale