

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 1306 del 24 NOV, 2021

Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., di rilevanza comunitaria, interamente telematica, finalizzata alla stipula di Accordi-Quadro ex art 54 c. 4 lett. a) D. Lgs. 50/2016 s.m.i, per la fornitura in somministrazione di apparecchiature elettromedicali per l'Arnas Garibaldi.
Approvazione avviso di rettifica del Capitolato tecnico

Proposta n. 178 del 24 NOV, 2021

U.O.C. Settore Provveditorato ed Economato

Il Dirigente Amministrativo
Dot. Olga Marletta

Il Responsabile unico del
procedimento

Dot. Ottaviano Calaciura

Registrazione Contabile

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Amministrativo, Dott. Giovanni Annino

nominato con Delibera n. 173 del 11.06.19,
Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato, giusta L.R. 5/2009, art.20 comma 2, la seguente deliberazione

Il Direttore amministrativo
giusta L.R n. 5/2009, art. 20 comma 2

Premessa che, con deliberazione n. 1187 del 25.10.2021, è stata approvata la documentazione di gara per come elencata nel corpo dell'atto stesso ed è stata, quindi, autorizzata la pubblicazione degli atti e l'avvio della procedura sulla piattaforma telematica in uso presso questa Azienda.

Preso atto che la procedura di che trattasi è stata pubblicata su:

1. GUCE n. 2021/S 211-550943
2. Gurs n. 44 DEL 05.11.2021
3. n. 2 quotidiani a diffusione regionale,(Quotidiano di Sicilia del 11.11.2021, La Repubblica edizione Regionale del 11.11.2021) n. 2 quotidiani a diffusione nazionale (Il Sole 24 ore del 11.11.2021 e La Repubblica del 11.11.2021);
4. Portale Ministero infrastrutture –Servizio Contratti Pubblici n. 658547;
5. Profilo del committente www.ao-garibaldi.ct.it - Amministrazione trasparente - Sezione bandi di gara e contratti.
6. Piattaforma telematica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ospedalegaribaldi

Preso atto che con mail del 22.11.2021, il Dirigente Ingegnere Clinico ha segnalato al Settore Provveditorato che in merito al lotto 22 –Apparecchio per anestesia di fascia alta a pag. 61 e 63 sono presenti due refusi e nello specifico:

- pag. 61, la frase "Trigger flusso regolabile fino ad almeno 10 lit/min" è da intendersi modificato nel seguente modo: "Trigger flusso regolabile fino ad almeno 1,0 lit/min";
- pag. 63, il criterio 1.9 in griglia "Trigger flusso regolabile > 10 lit/min" è da intendersi modificato nel seguente modo: " Trigger flusso regolabile > 1,0 lit/min";

Che, pertanto, si ritiene necessario di apportare le modifica di quanto sopra esposto al Capitolato tecnico pubblicato in gara;

Visto il capitolato tecnico corretto, allegato alla presente deliberazione;

Visto l'allegato "avviso di rettifica";

Vista la deliberazione n. 260 del 09.03.2021 di "Riorganizzazione del Settore Provveditorato ed Economato ed il conferimento, al Direttore Amministrativo, dell'incarico temporaneo di coordinamento e super visione dell'attività del Settore".

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui vanno intesi ripetuti e trascritti:

PRENDERE ATTO della mail del 22.11.2021, con la quale il Dirigente Ingegnere Clinico ha segnalato al Settore Provveditorato che in merito al lotto 22 –Apparecchio per anestesia di fascia alta a pag. 61 e 63 sono presenti due refusi e nello specifico:

- pag. 61, la frase "Trigger flusso regolabile fino ad almeno 10 lit/min" è da intendersi modificato nel seguente modo: "Trigger flusso regolabile fino ad almeno 1,0 lit/min";
- pag. 63, il criterio 1.9 in griglia "Trigger flusso regolabile > 10 lit/min" è da intendersi modificato nel seguente modo: " Trigger flusso regolabile > 1,0 lit/min";


APPROVARE l'allegato "avviso di rettifica";

APPROVARE l'allegato "Capitolato tecnico" corretto alla luce di quanto sopra esposto;

DARE mandato al Responsabile del unico del Procedimento di curare gli adempimenti consequenziali al fine di definire la procedura di che trattasi;


DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di definire la procedura di che trattasi;

Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Segretario

~~Dott.ssa Maria Antonietta Li Calci~~



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

..... e ritirata il giorno

L'addetto alla pubblicazione

.....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal..... al.....
..... - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania.....

Il Direttore Amministrativo

.....

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il

Prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il

Prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. del.....
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

AVVISO DI RETTIFICA DEL CAPITOLATO TECNICO LOTTO 22-APPARECCHIO PER ANESTESIA DI FASCIA ALTA

Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.l., di rilevanza comunitaria, interamente telematica, finalizzata alla stipula di Accordi-Quadro ex art 54 c. 4 lett. a) D. Lgs. 50/2016 s.m.l., per la fornitura ed installazione di Apparecchiature Elettromedicali per l'ARNAS Garibaldi Catania.

In relazione alla procedura in oggetto richiamata, si comunica che, è pervenuta segnalazione da parte dell'Ing. Clinico Aziendale, relativamente al lotto 22-Apparecchio per anestesia di fascia alta, rappresentando che il capitolato tecnico riporta a pagina 61 e 63, due refusi e nello specifico:

- a pag. 61, la frase "Trigger flusso regolabile fino ad almeno 10 lit/min" è da intendersi modificato nel seguente modo: "Trigger flusso regolabile fino ad almeno 1,0 lit/min" ;

-a pag. 63, il criterio 1.9 in griglia "Trigger flusso regolabile > 10 lit/min" è da intendersi modificato nel seguente modo: " Trigger flusso regolabile > 1,0 lit/min"

Pertanto si procederà ad apportare le superiori modifiche ed allegare, agli atti di gara pubblicati, il documento "capitolato tecnico" corretto alla luce di quanto sopra esposto.

Restano inalterate tutte le altre parti del Disciplinare di gara e del Capitolato tecnico e i relativi allegati.

Si provvederà a dare pubblicità, di quanto sopra, pubblicando il presente avviso ed il file "capitolato tecnico" corretto, sul proprio profilo committente www.ao-garibaldi.ct.it - Amministrazione trasparente - Sezione bandi di gara e contratti e sulla piattaforma telematica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ospedalegaribaldi

Distinti saluti

Il RUP

Dott. Ottaviano Calaciura

