

REGIONE SICILIANA PALERMO	
SETT.	MODULO
14 DIC. 2021	
Prot. N° 6705	
ARRIVO	



**Verbale di Commissione Tecnica n. 9 – Seduta del 13.12.2021**

Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per la fornitura, in somministrazione, di materiale specialistico per Chirurgia Toracica, Chirurgia pediatrica, Proctologia, Neonatologia, D.M. di uso comune, Materiale UFA e materiale di consumo dedicato – N. di gara 8045655

L'anno 2021 il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 15:00 presso i locali dell'UOC di Farmacia del P.O. Garibaldi Centro dell'ARNAS Garibaldi di Catania, siti in Piazza S. Maria di Gesù n.5, si riunisce la Commissione Tecnica nominata con Deliberazione n. 796/DG del 01.07.2021 per la valutazione dei rilievi mossi in relazione ai giudizi di conformità/non conformità espressi da questa Commissione, e trasmessi dal Settore Provveditorato con:

- nota Prot. 6576 del 07/12/2021, relativa alla PEC della Ditta C. Medica s.r.l., acquisita al Prot. Gen. in data 29/11/2021 al n. 21253;
- nota Prot. 6577 del 07/12/2021, relativa alla PEC della Ditta ICU Medical Europe s.r.l., acquisita al Prot. Gen. in data 01/12/2021;
- nota Prot. 6626 del 09/12/2021, relativa alla PEC della Ditta Halsa s.r.l. del 07/12/2021.

**Sono presenti:**

- Dr. Giuseppe Calabrese – Componente;
- Dr. Gregorio De Leo – Componente;
- Dr.ssa Cristina Pittella – Componente.

Constatata la regolare composizione della Commissione Tecnica si procede all'apertura dei lavori.

**Lotto 88**

**Ditta C. Medica srl**

La Commissione Tecnica valutata l'istanza presentata dichiara quanto segue:

Dal riesame della scheda tecnica presentata dall'Operatore Economico E.F.M. Emanuele Fiore Mancini Srl, concorrente primo classificato nella graduatoria di Gara al lotto 88, risulta che detta scheda è rispondente a quanto richiesto in Capitolato, anche in ordine alle misure dei sacchetti; in particolare, si rileva che viene offerto il dispositivo con codice XL-C, composto, tra l'altro, di un sacchetto con volume da 1200 ml, così come richiesto.

Da quanto sopra, si conferma il giudizio di conformità dei dispositivi offerti dall'Operatore Economico E.F.M. Emanuele Fiore Mancini srl al lotto 88, come già esplicitato nel Verbale n. 2 del 21/07/2021.

### **Lotto 183**

#### **Ditta ICU Medical Europe srl**

La Commissione Tecnica valutata l'istanza presentata dichiara quanto segue:

Nel corso della valutazione della documentazione presentata in sede di gara dalla Ditta ICU Medical Europe srl per il lotto 183, la Commissione ha giudicato non conforme il dispositivo offerto alla voce a) del lotto considerato, in quanto dotato di filtro antibatterico da 0,2 micron.

Tuttavia, da ulteriore riesame della medesima documentazione risulta che il filtro antibatterico da 0,2 micron presente nella composizione del prodotto assolve alla seguente funzione: serve esclusivamente a favorire l'ingresso dell'aria dall'esterno per equalizzare la pressione all'interno del flacone, al fine di permettere il prelievo del farmaco; al contempo, la presenza di una valvola unidirezionale impedisce la fuoriuscita di vapori e/o aerosol all'esterno, in quanto questi ultimi vengono convogliati in una camera di contenimento vapori completamente chiusa e non comunicante con l'ambiente esterno.

Pertanto, tale dispositivo soddisfa pienamente i requisiti richiesti da Capitolato, in quanto il sistema impedisce meccanicamente la fuoriuscita di farmaci pericolosi e contaminanti, per la presenza della valvola unidirezionale.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione Tecnica modifica il giudizio di non conformità espresso nel Verbale n. 5 del 29/09/2021, dichiarando conforme anche la voce a) del device offerto dalla ditta ICU Medical Europe srl per il lotto 183, per la quale voce in precedenza era stata dichiarata la non conformità.

RIASSUMENDO: LOTTO 183 - OPERATORE ECONOMICO ICU MEDICAL EUROPE SRL – CONFORME.

### **Lotto 238**

#### **Ditta Halsa srl**

La Commissione Tecnica valutata l'istanza presentata dichiara quanto segue:

Per quanto concerne il rilievo di cui punto 1), si osserva che:

-La scheda tecnica del dispositivo codice BB07520 – revisione 03/20 – presentata dalla ditta Halsa s.r.l. in occasione della partecipazione alla gara, non prevede la compatibilità con i ventilatori Acutronic Fabian, in dotazione all'UTIN del P.O. di Nesima.

-La scheda tecnica del dispositivo codice BB07520 – revisione 11/21 – presentata dalla ditta Halsa srl in uno alla richiesta di rivalutazione del giudizio di conformità, con la motivazione che la scheda tecnica precedentemente inviata presentasse un "evidente refuso", rappresenta un aggiornamento della scheda tecnica del dispositivo in parola, avvenuto in epoca successiva alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte (aprile 2021).

Da quanto sopra esposto, risulta evidente che la seconda scheda tecnica presentata non rappresenta la correzione di "un refuso di stampa", ma è revisione/aggiornamento della prima scheda tecnica, come reso evidente dalla difformità delle date di revisione (marzo 2020 e novembre 2021), riportate in calce alle due differenti schede tecniche.


Per quanto concerne il rilievo di cui al punto 2), si osserva che la certificazione CE presentata in gara dall'Operatore economico riportata esclusivamente il codice 151520, Membrane holder, e non anche i rimanenti codici dei devices offerti per il lotto 238.

Da quanto sopra esposto, la Commissione Tecnica conferma il giudizio espresso per il lotto 238, di cui ai Verbali n. 7 del 19/10/2021 e n. 8 del 25/11/2021.

I lavori si chiudono alle ore 17.00.

La Commissione Tecnica

Dr. Giuseppe Calabrese



Dr. Gregorio De Leo



Dr.ssa Cristina Pittella

