



Prot. 5/ 3973 /Prov.

Catania 27 GIU. 2018

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Oggetto: Avviso di indagine di mercato: acquisizione di un sistema per video cistoscopia mobile, per il Servizio di Neuro Urologia e Urologia Funzionale del P.O. Garibaldi Nesima.

Con la presente si comunica che la Direzione Amministrativa di questa Azienda, in conformità del disposto di cui all'art. 66 del D.IGS N. 50/16 e ss.mm.ii., intende avviare una Indagine di Mercato per l'eventuale acquisto di un sistema video per procedure cistoscopiche ambulatoriali collegabili all'interfaccia USB del computer, offrendo la possibilità di riprodurre, documentare e gestire le immagini e i video endoscopici, composto da unità di controllo portatile completo di telecamera con attacco per unità di controllo e fonte di luce led portatile a batterie, cistoscopio flessibile completo di guaine di protezione monouso che oltre a proteggere lo strumento, anche dai batteri, consentono una flessibilità nelle procedure permettendo tempi più veloci e di conseguenza più esami. I componenti del sistema devono rispondere alle sottoelencate caratteristiche:

1. Unità di controllo – telecamera di piccole dimensioni, portatile, compatibile con telecamere e videoendoscopi CMOS , con uscita USB per collegamento al computer, S VIDEO, HDMI,, incluso editore video per sistema operativo presente nel computer.
2. Telecamera, con tecnologia CMOS a 1 Chip. Risoluzione 640X480, distanza focale f=20 mm, compatibile con unità di controllo.
3. Fonte di luce a led bianca, a batterie.
4. Guaina in film plastico monouso, sterile a basso spessore, materiale certificato impermeabile a prioni e batteri fino a 23 um, rivestimento integrale del cistoscopio, comprensivo di copripugnatura e copritelecamera 35X100, dotata di lente perfettamente modellabile alla lente del cistoscopio che consenta una perfetta visione eliminando rifrazioni,, possibilità di collegare la linea di irrigazione direttamente all'eliminando rifrazioni, possibilità di collegare la linea di irrigazione direttamente al collettore della guaina. La guaina deve essere confezionata singolarmente in confezione sterile con almeno tre

etichette staccabili per consentire la rintracciabilità del prodotto.

Cistoscopio flessibile da 15,5 Ch, canali per strumenti da 7 Ch, lunghezza utile da 35 cm, angolo di apertura 110°, direzione visuale 0°, flessione dell'estremità distale alto 210°, basso 120°. Completo dei seguenti accessori: valigetta, pinza da presa, pinza da biopsia, tappo compensazione pressoria, verificatore della tenuta, spazzolino per la pulizia.

Per l'acquisto dei suddetti articoli nella quantità di n. 1 Unità di controllo, n. 1 telecamera, n. 1 fonte luce e n. 100 guaine, la ditta si impegna a fornire, in omaggio, n. 1 Cistoscopio flessibile.

Si procede alla presente Indagine di Mercato al fine di verificare se trattasi di prodotto esclusivo e/o l'esistenza sul mercato di prodotti equivalenti ex art. 68 del D.lgs n. 50/16.

Si attenzioni che l'indagine di mercato in parola non costituisce invito a presentare offerta né a produrre alcuna documentazione. Pertanto, avendo esclusivamente i fini esplorativi, non impegna in alcun modo questa Amministrazione che potrà non dar luogo ad alcuna procedura di gara né ad affidamento.

Si ritiene utile acquisire precisa indicazione relativa alla presenza del sistema per video cistoscopia mobile in oggetto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) specificando il codice prodotto ed il metaprodotto di riferimento.

Il riscontro dovrà pervenire entro e non oltre n. 3 (tre) giorni lavorativi dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web dell'A.R.N.A.S. Garibaldi ed esclusivamente all'indirizzo pec: provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet aziendale per consentire a tutte le ditte interessate di poter esternare relativamente al profilo citato.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Ersilia Riggi.

Per eventuali chiarimenti: Parte amministrativa - Settore Provveditorato tel. 095/759.4859 (Dott. Cusumano) – fax 095/7594908.

Il Responsabile F.F. del settore Provveditorato
Dott.ssa Ersilia Riggi