

Settore Provveditorato

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Oggetto : Avviso di indagine di mercato per l'acquisto n.2 FLUSSI LAMINARI – TOUL, insieme a Membrane Filtro LAF-02 per circa 1000 interventi anno, da dotare alle sale operatorie dell'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Garibaldi Centro.

Dovendo acquisire n. 2 FLUSSI LAMINARI – TOUL, insieme a Membrane Filtro LAF-02 per circa 1000 interventi anno, da dotare alle sale operatorie dell'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Garibaldi Centro, si procede alla presente indagine di mercato onde conoscere le Ditte disponibili a fornire la suddetta attrezzatura o prodotto equivalente ex art.68 del D.lg.50/2016 e il suo valore di mercato. Qualora si rilevi che trattasi di prodotto esclusivo, la presente è volta anche a verificare l'eventualità che più ditte commercializzano i medesimi strumenti.

I due flussi laminari –Toul, o sistemi equivalenti, deve poter mantenere la sterilità, oltre che degli strumenti e del materiale protesico, anche del sito chirurgico per tutta la durata dell'intervento rispettando la norma che prevede l'obbligo di mantenere la sala operatoria in classe **ISO 5 (uni 11425 201)**.

Tali diffusori per sala operatoria, quindi, devono essere classificati **ISO 5**, devono avere dimensioni minime atte a coprire e proteggere tutta l'area critica all'interno della sala operatoria : tavolo operatorio, tavolo porta strumenti e area operatoria chirurgica.

Si attenzioni che l'indagine di mercato in parola non costituisce invito a presentare offerta né a produrre alcuna documentazione. Pertanto, avendo esclusivamente fini esplorativi, non impegna in alcun modo questa Amministrazione che potrà non dar seguito ad alcuna procedura di gara ne ad affidamento.

Le ditte interessate devono solo fornire indicazioni sul valore di mercato dei flussi laminari da acquistare, distinta per macchinario e materiale di consumo dedicato necessario per 1000 interventi anno, anche sotto forma di noleggio e/o service, nonché dichiarazione relativa alla presenza degli stessi sul MEPA corredata da indicazioni per la loro ricerca.

Il riscontro dovrà pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web dell'ARNAS Garibaldi ed esclusivamente all'indirizzo Pec: provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet aziendale per consentire a tutte le Ditte interessate di potere esternare relativamente ai precitati profili.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ersilia Riggi.

Per eventuali chiarimenti contattare il Settore Provveditorato, sig.ra Domenica Galvagno, tel. 095/7594147 – fax 095/7594908.

Il Responsabile F.F. del Settore Provveditorato
Dott.ssa Ersilia Riggi

