

Prot. 2216

Catania

5 MAG 2017

Settore Provveditorato

Oggetto : Avviso di indagine di mercato per l'acquisto di INSUFFLATORE Laparoscopico di Anidride carbonica e relativi accessori.

Dovendo acquisire un INSUFFLATORE CO₂ per Laparoscopia e relativo materiale di consumo dedicato, si procede alla presente indagine di mercato onde conoscere i fornitori disponibili a fornire la suddetta attrezzatura o prodotto equivalente ex art.68 del D.lg.50/2017. Qualora si rilevi che trattasi di prodotto esclusivo, la presente è volta anche a verificare l'eventualità che più ditte commercializzano i medesimi strumenti.

Di seguito si elencano le caratteristiche tecniche dell'insufflatore:

- portata regolabile tramite pulsanti preferibilmente fino a 40 l/min.
- regolazione della pressione nella cavità addominale con stadi di 1mmHg
- visualizzazione in tempo reale della pressione e del flusso pre-impostati e dei valori effettivi, così come della quantità di CO₂ erogata
- possibilità di selezionare una modalità di utilizzo specifica per piccole cavità
- funzione di aspirazione dei fumi regolabile in due flussi differenti e possibilità di collegamento per aspirazione automatica con strumenti ad energia combinata radiofrequenza e ultrasuoni.
- Sistemi di sicurezza visivi ed acustici che segnalano differenti situazioni di allarme quali : pressione eccessiva- Ostruzioni- alimentazione gas insufficiente
- Accessori: tubo ad alta pressione - tubo per insufflazione con filtro, sterili – tubo per evacuazione dei fumi, sterile – cavo per collegamento – adattatore per collegamento – filtri sterili grandi per insufflatori – tubo CO₂, 6 mt, innesto UNI – preriscaldatore per laparoscopia comprensivo di tubo di riscaldamento.

Si attenzioni che l'indagine di mercato in parola non costituisce invito a presentare offerta né a produrre alcuna documentazione. Pertanto, avendo esclusivamente fini esplorativi, non impegna in alcun modo questa Amministrazione che potrà non dar seguito ad alcuna procedura di gara né ad affidamento.

Il riscontro dovrà pervenire entro e non oltre 8 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web dell'ARNAS Garibaldi ed esclusivamente all'indirizzo Pec: e.riggi@pec.ao-garibaldi.ct.it

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet aziendale per consentire a tutte le Ditte interessate di potere esternare relativamente ai precitati profili.



Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ersilia Riggi.

Per eventuali chiarimenti contattare il Settore Provveditorato, sig.ra Domenica Galvagno, tel. 095/7594147 – fax 095/7594908.

Il Responsabile F.F. del Settore Provveditorato
Dott.ssa Ersilia Riggi

