

Prot. 142

Catania 24 FEB 2017

**Settore Provveditorato**

**A TUTTE LE DITTE INTERESSATE**

**Oggetto** : Avviso di Indagine di mercato : Fornitura Contenitori secondari per il trasporto di emocomponenti.

E' intendimento di questa Arnas avviare indagine di mercato al fine di verificare, giusta determinazione dell'ANAC pubblicata in data 14.09.2016 , *l'esclusività e l'infungibilità dei contenitori in oggetto* aventi le caratteristiche di cui all'allegato denominato "A" e/o l'esistenza sul mercato di prodotti che ottemperano in maniera equivalente , ex art. 68 D.Lgs n. 50/2016, ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche (Allegato A).

Qualora si rilevi che trattasi di prodotti esclusivi ed infungibili, la presente consultazione di mercato è volta anche a verificare l'esclusività della commercializzazione.

Nel caso di prodotti non esclusivi ed infungibili l'indagine è rivolta a conoscere se le caratteristiche tecniche di cui al citato Allega A sono tali da non individuare un fornitore specifico ed a conoscere l'attuale quotazione di mercato.

Si attenzioni che l'indagine di mercato in parola non costituisce invito a presentare offerta né a produrre alcuna documentazione. Pertanto, avendo esclusivamente fini esplorativi, non impegna in alcun modo questa Amministrazione che potrà non dar seguito ad alcuna procedura di gara né ad affidamento.

Il riscontro dovrà pervenire entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web dell'ARNAS Garibaldi ed esclusivamente all'indirizzo Pec: [provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it](mailto:provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it)

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet aziendale per consentire a tutte le Ditte interessate di potere esternare relativamente ai precitati profili.

Il Responsabile del procedimento è Dott.ssa Ersilia Riggi

Per eventuali chiarimenti contattare il Settore Provveditorato, Dott.ssa Maria Antonietta Pirrone , tel. 095/7594862 – fax 095/7594908

**Il Responsabile F.F. del Settore Provveditorato**

**Dott.ssa Ersilia Riggi**





## ALLEGATO A)

**OGGETTO: GARA ON-LINE (MePA) PER L'ACQUISTO IN SOMMINISTRAZIONE DI CONTENITORI SECONDARI PER IL TRASPORTO SACCHE SANGUE.**

### **CAPITOLATO TECNICO**

I contenitori secondari per il trasporto di emocomponenti nelle misure indicate nella Lettera/Invito devono possedere le seguenti caratteristiche minime:

1. Monouso di materiale resistente ed impermeabile;
2. Certificato UN3373 per il contenimento di liquidi biologici potenzialmente infetti con idonei pittogrammi relativi al rischio biologico;
3. Con istruzioni in lingua italiana riportate sul sacchetto;
4. Con chiusura a tenuta stagna;
5. Con chiusura facilitata antieffrazione senza utilizzo di altra apparecchiatura;
6. Con apertura facilitata senza utilizzo di forbici o altri taglienti;
7. Con busta portadocumenti;
8. Latex free;
9. Disponibile in diversi formati per capienza di numero di sacche;
10. Possibilità di personalizzare il sacchetto con il logo dell'ARNAS;
11. Con materiale interno assorbente con capacità assorbente uniforme ed in quantità sufficiente ad assorbire la totalità degli emocomponenti in caso di rottura delle unità;
12. Dispositivo appartenente alla classe I e conforme a quanto prescritto dalla direttiva 93/42/CEE e che viene messo in commercio con marcatura CE.