

Prot. 1668

Catania 12 APR. 2016

**Settore Provveditorato**

**A TUTTE LE DITTE INTERESSATE**

**Oggetto :** Avviso di Indagine di mercato: Acquisto Divaricatore ministernotomia

Dovendo acquisire n. 1 Divaricatore ministernotomia con caratteristiche che si allegano, per il quale sembrerebbe sussistere specificità, si procede alla presente indagine di mercato onde avere eventuale conferma della stessa e/o l'esistenza sul mercato di prodotti equivalenti ex art. 68 D.lg.163/2003 s.m.i. (Codice Appalti). Qualora si rilevi che trattasi di prodotto esclusivo, la presente è volta anche a verificare l'eventualità che più ditte commercializzano lo stesso.

Si attenzioni che l'indagine di mercato in parola non costituisce invito a presentare offerta né a produrre alcuna documentazione. Pertanto, avendo esclusivamente fini esplorativi, non impegna in alcun modo questa Amministrazione che potrà non dar seguito ad alcuna procedura di gara né ad affidamento.

Il riscontro dovrà pervenire entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web dell'ARNAS Garibaldi ed esclusivamente all'indirizzo Pec: [e.riggi@pec.ao-garibaldi.ct.it](mailto:e.riggi@pec.ao-garibaldi.ct.it)

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet aziendale per consentire a tutte le Ditte interessate di potere esternare relativamente ai precitati profili.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ersilia Riggi

Per eventuali chiarimenti contattare il Settore Provveditorato, Dr. Ottaviano Calaciura, tel. 095/7592128  
– fax 095/7594908

**Il Responsabile F.F. del Settore Provveditorato**  
**Dott.ssa Ersilia Riggi**



Oggetto: richiesta divaricatore "Ultravision CT" per ministernotomia.

Per le esigenze di S. O. di questa U.O. di Ch. Toracica si richiede l'acquisto del divaricatore "Ultravision CT" in acciaio a bracci paralleli e smontabili per toracotomia o miniaccessi sternali. Esso deve essere completo di valve intercambiabili in acciaio ed alluminio sia per toracotomia di profondità da 35 mm, 50 mm e 70 mm, che per ministernotomia con profondità da 40 e 60 mm. Deve avere la possibilità di ruotare ogni singola valva di 15° per una visibilità ottimale e anche quella di collegare dei cavi portaluca per illuminare il sito operatorio. Le valve hanno una conformazione anatomica e si adattano alla forma delle costole per una maggiore stabilità e minore traumatismo.

Codici:		
CT-0100	Retrattore ULTRA VISION	
CT-0120	Valva piccola curva - larga 45mm lunga 50mm	quantità 1
CT-0121	Valva piccola per costole superiori (curva inversa) - larga 45mm lunga 50mm	quantità 1
CT-0130	Valva media - larga 45mm lunga 70mm	quantità 1
CT-0131	Valva media per costole superiori (curva inversa) - larga 45mm lunga 70mm	quantità 1
CT-0140	Valva piastra Sternales - larga 50mm lunga 60mm	quantità 1
CT-0142	Valva piastra Sternales (per pazienti piccoli) - larga 50mm lunga 40mm	quantità 2