

Settore Provveditorato

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Oggetto : Avviso di Indagine di mercato acquisto frigo emoteca e scongelatore

Questa Amministrazione intende acquisire in un congelatore ed una frigo emoteca, da destinare al laboratorio di immunoematologia del P.O .di Nesima dell'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania, aventi le seguenti caratteristiche:

n. 1 Scongelatore rapido automatico

Per sacche di plasma, sia da aferesi (almeno3), che da sangue intero (almeno 9) tramite appositi comprati separati al fine di eliminare i rischi di contaminazione. Deve consentire lo scongelamento delle sacche in circa 15 minuti, per garantire l'utilizzo in urgenza. Allarme rottura sacca. Scongelamento della sacca in orizzontale e movimento oscillante ed impulsivo per uniformare il processo. Possibilità di programmare mediante timer con avviso sonoro, il tempo di scongelamento. Dotato di sistema per la tracciabilità dei dati del processo di scongelamento ed archiviazione dei dati registrati come identificazione operatore, identificazione sacca, temperatura scongelamento, tempo di scongelamento etc. Costruito secondo norme CE.

n.1 Frigoemoteca

con capacità di 700 litri (temperatura di esercizio +4) campo di regolazione temperatura 0+10

1. Struttura monosacca;
2. Struttura in lamiera acciaio inox AISI 304 interna- esterna con spigoli arrotondati;
3. Ventilazione interna per la più elevata stabilità ed uniformità di temperatura;
4. Porta in triplo vetro con serratura dotata di chiave, interruttore luce posizionato sulla mascherina;
5. Guarnizioni magnetiche che assicurano un'eccellente tenuta della porta;
6. Gruppo refrigerante tropicalizzato per "funzionare con temperature esterne >40° C;
7. Sette cassette interni in acciaio INOX estensibili su guide a rotelle e divisori interni in materiale plastico;
8. Evaporatore monoblocco, con massimo spazio interno per facilitare la pulizia;



9. Controllo digitale e microprocessore con display a leds;
10. Allarme temperatura minima e massima, acustico e visivo;
11. Allarme di guasto energia autoalimentato e remotizzazione del segnale di allarme;
12. Registrazione di temperatura a disco settimanale;
13. Dotato di ruote piroettante;
14. Allarme di porta aperta;
15. Interruttore generale con chiave.

Pertanto, si procede alla presente indagine di mercato, onde conoscere:

- i fornitori disponibili a fornire la suddetta attrezzatura o prodotto equivalente;
- il valore di mercato della predetta attrezzatura;
- l'eventuale esclusività del prodotto;
- l'eventualità che più ditte commercializzano lo stesso.

Si attenzioni che l'indagine di mercato in parola non costituisce invito a presentare offerta né a produrre alcuna documentazione. Pertanto, avendo esclusivamente fini esplorativi, non impegna in alcun modo questa Amministrazione che potrà non dar seguito ad alcuna procedura di gara né ad affidamento.

Il riscontro dovrà pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, esclusivamente all'indirizzo Pec: provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet aziendale per consentire a tutte le Ditte interessate di potere esternare relativamente ai precitati profili.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ersilia Riggi .

Per eventuali chiarimenti contattare il Settore Provveditorato, la Dott. ssa Irma Azzarelli o la Dott.ssa Maria Carmen Agnello.

tel. 095/7594208-7594841

– fax 095/7594908

**Il Responsabile F.F. del Settore Provveditorato
Dott.ssa Ersilia Riggi**

