

Prot. 3427 ^{col} **29 MAG 2018**

Catania _____

Settore Provveditorato

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Oggetto : Avviso di Indagine di mercato : Acquisto di n. 2 tavoli operatori e accessori per tavoli operatori .

Dovendo procedere alla predisposizione di apposita procedura di gara, suddivisa in due lotti, per l'eventuale acquisto di N. 2 tavoli operatori a piani trasferibili (lotto 1) e accessori per tavoli operatori (lotto 2) che si allegano caratteristiche, al fine di garantire la massima trasparenza e competizione, si invitano le Ditte interessate ad esaminare il capitolato tecnico allegato al presente avviso ed esprimersi circa i seguenti aspetti :

- Genericità delle caratteristiche del prodotto come descritte nel capitolato tecnico;
- Prezzo di mercato;
- Eventuale esclusività ed infungibilità;
- Presenza o meno del prodotto sul Mercato elettronico (Mepa);

Si specifica che con il presente avviso è intendimento di questa Azienda verificare sul mercato, in attuazione e nel rispetto dei principi di massima trasparenza e competizione, la presenza di uno o più operatori economici in grado di offrire il prodotto (bene/servizio) con le caratteristiche descritte nel precitato capitolato tecnico e contestualmente accertarsi che tali caratteristiche posseggano il requisito della "genericità" tale da consentire possibilmente la partecipazione alla indicenda procedura di gara di una pluralità di operatori economici qualificati, compresi coloro in grado di proporre soluzioni che ottemperano in maniera equivalente ex art. 68 D.lg.50/2017 s.m.i. (Codice Appalti) ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Si attenzioni che l'indagine di mercato in parola non costituisce invito a presentare offerta né a produrre alcuna documentazione. Pertanto, avendo esclusivamente fini esplorativi, non impegna in alcun modo questa Amministrazione che potrà non dar seguito ad alcuna procedura di gara né ad affidamento.

Il riscontro dovrà pervenire entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione, esclusivamente all'indirizzo Pec: e.riggi@pec.ao-garibaldi.ct.it

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet aziendale per consentire a tutte le Ditte interessate di potere esternare relativamente ai precitati profili.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ersilia Riggi

Per eventuali chiarimenti contattare il Settore Provveditorato, Sig. Raimondo Vinci tel. 095/7594851 – fax 095/7594908

Il Responsabile F.F. del Settore Provveditorato
Dott.ssa Ersilia Riggi



Tavolo operatorio a piani trasferibili LOTTO 1

Tavolo operatorio, realizzato in acciaio inox ad alto grado di Ni/Cr e leghe leggere completamente antiriflesso, e resistente ai disinfettanti.

Il sistema deve essere composto da una colonna mobile, un piano operatorio suddiviso in sezioni (sezione testa, estensione schiena, sezione bacino, sezione gambe), e un carrello per la movimentazione del singolo piano o dell'intero sistema.

La colonna con movimentazione elettromeccanica, deve permettere i movimenti di altezza variabile trendelenburg, antitrendelenburg tilt bilaterale e autolivellamento.

Inoltre deve essere dotata di pulsantiera integrata nella colonna, di pulsantiera a cavo e pulsantiera IR. L'inserimento dei possibili piani operatori deve avvenire indifferentemente in senso longitudinale, da entrambi i lati della colonna (testa/piedi).

Escursioni colonna:

Alzata massima superiore a 1100 mm.

Altezza minima non superiore a 630 mm

Trendelenburg / antitrendelenburg non inferiore a +/- 40.

Inclinazione laterale destra e sinistra non inferiore a +/- 25°.

Il sistema deve avere una capacità di carico paziente con un peso massimo supportabile di circa 350 Kg.

Il piano dovrà possedere un elevato grado di protezione da fluidi (elevato IPX)

La struttura del piano deve essere solidale ai materassini anche con il piano in posizione di seduta, i materassini dovranno essere facilmente rimovibili per facilitare la pulizia di sala.

Escursioni piano:

Regolazione schienale alto/basso +65°/-50°

Regolazione dei piani gambe simultaneamente o singolarmente da +/- 80°, asportabili e divaricabili manualmente.

Scorrimento longitudinale motorizzato non inferiore a 300 mm

Il carrello di movimentazione deve essere dotato di trendelenburg/antitrendelenburg ad attivazione ultrarapida lavabile e disinfettabile in tutte le sue parti.

Il trasferimento del piano sul carrello deve essere semplice ed agevole anche per un solo operatore.

Le ruote del carrello (5) devono essere direzionabili, piroettanti e bloccabili.

Completo dei seguenti accessori:

N°1 Asta porta flebo a due ganci con aggancio a barra normalizzata

N°1 Cinghia ferma corpo

N°2 Cinghie ferma gambe con morsetto

N°2 Reggi Braccio

N°1 reggi braccio sospeso

N°1 Ferma Polso

N°2 supporti corpo (spinte laterali)

N°1 coppia di ferma spalle

N°1 Archetto anestesia completo di morsetto

N°1 tavolo porta strumenti

N°1 coppia di gambali Allen servo-assistiti

N°6 Morsetti radiali rotanti

N°1 cuscino testa

CAPITOLATO TECNICO

LOTTO 2)

Oggetto: richiesta accessori per Tavoli operatori

Si richiede di voler provvedere con cortese sollecitudine, all'acquisto di quanto in oggetto, meglio di seguito specificati.

Si precisa inoltre che il suddetto materiale è indispensabile all'attività operatoria

N. 1 Coppia di gambali pneumatici, Reggigambe a stivaletto per applicazioni in chirurgia. Rivestiti in materiale morbido antistatico e asportabile con chiusura a velcro. La particolare struttura permette di scaricare il peso dell'arto inferiore sui talloni e sulla pianta del piede, evitando pertanto durante gli interventi in posizione ginecologica e proctologica l'appoggio sul nervo popliteo. Lo stivale ha un'estensione laterale con lo scopo di proteggere la testa della fibula e il nervo peroneale. Regolabili in altezza ed estendibili. La movimentazione è assistita da pistoni a gas azionabili tramite comode maniglie che in caso di necessità possono essere coperte da teli sterili e permettere la regolazione degli stivaletti direttamente al chirurgo stesso durante l'attività operatoria. Completi di morsetti ad aggancio rapido per il fissaggio al tavolo operatorio.

DATI TECNICI:

Movimento litotomico +84°/-33°;

Movimento di abduzione +25°/-9°;

Portata:kg 227 .

N.1 Posizionatore Laterale a depressione per mantenere i pazienti in posizione laterale in grado di adattarsi durante la depressione all'anatomia del paziente . Dotato di cinghie ad aggancio rapido per un ancoraggio sicuro alle barre laterali del tavolo operatorio. Costituito da microcapsule in grado di adattarsi perfettamente alla sagoma del paziente durante l'aspirazione. Valvola di sicurezza

Caratteristiche:

- Permette un posizionamento laterale e supino in diverse procedure
- cuscino ascellare integrato

- valvola di depressione resistente con Interruttore on / off e di blocco
- Aspirazione anche non continua
- Leggero per un facile trasporto e stoccaggio
- Portata: 363 kg
- dimensioni posizionatore large: 121.9 cm x 88.9 cm

N. 1 Posizionatore supino per mantenere i pazienti in posizione di Trendelenburg spinto in modo sicuro e comodo. che si adatta all'anatomia del paziente per creare una superficie più ampia per sorreggere il corpo saldamente e in modo sicuro nella posizione di Trendelenburg spinto completo di disegno con sagoma paziente per facilitare il posizionamento. Costituito da microcapsule in grado di adattarsi perfettamente alla sagoma del paziente durante l'aspirazione. Cinghie a sgancio rapido integrate che permettono il fissaggio alle barre laterali del tavolo operatorio.

Caratteristiche:

- Aspirazione anche non continua
- Cinghie integrate per l'ancoraggio alle barre normalizzate del tavolo operatorio
- posizione della valvola progettato per un rapido accesso all'anestesia
- Leggero per un facile trasporto
- valvola di depressione resistente con interruttore on / off e di blocco
- portata paziente: 227 kg
- dimensioni posizionatore large: 129.5 cm x 137.1 cm

N.1 Reggigambe a stivaletto pediatrico (fino a 6 anni) rivestiti in materiale morbido antistatico e asportabile con chiusura a velcro. Che garantiscono l'adattamento all'anatomia pediatrica e il sostegno di polpaccio, caviglia e tallone in una posizione naturale. Lo stivale autoregolante deve consentire di ridurre al minimo la pressione sul polpaccio durante lo spostamento dello stivaletto. L'imbottitura deve avvolgere completamente piede, caviglia e polpaccio per proteggere e ridurre la pressione su tali aree.

La movimentazione deve essere assistita da pistoni a gas azionabili tramite maniglie che in caso di necessità possono essere coperte da teli sterili e permettere la regolazione degli stivaletti direttamente al chirurgo stesso durante l'attività operatoria. Completi di morsetti ad aggancio rapido per il fissaggio al tavolo operatorio.

DATI TECNICI:

Movimento litotomico +90°/-35°;

Movimento di abduzione +25°/-9°;

dimensioni lunghezza piede 16 cm x lung. Polpaccio 19 cm x larghezza pianta del piede 12 cm

N. 1 Torre di irrigazione per il supporto delle sacche deve essere dotata di 4 ganci servo assistiti posizionabili indipendentemente. Le maniglie di regolazione devono essere dotate di sistema di blocco/sblocco veloce per un posizionamento step by step con lettura dell'altezza di posizionamento dei singoli supporti facile e sicuro. Regolazione verticale da 167.5 cm a 259 cm.

Il sistema deve essere stabile, con base su ruote a cinque raggi anti ribaltamento; non deve richiedere l'utilizzo di pesi aggiuntivi per il bilanciamento del carico.

Deve avere un'elevata capacità di carico fino a 40,000 cc (10,000 cc per gancio).

N. 1 coppia di estensioni per piano operatorio da agganciare alle barre laterali del tavolo operatorio dim. 10x51cm