

Settore Provveditorato

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Oggetto : Avviso di Indagine di mercato per acquisto Camera a ionizzazione compatta

Dovendo acquisire n. 1 Camera a ionizzazione compatta , per l'U.O.S. Dipartimentale di Fisica Sanitaria, si procede alla presente indagine di mercato onde verificare l'esistenza sul mercato di prodotti compatibili e/o equivalenti ex art. 68 D.lg.50/2016. (Codice Appalti). Qualora si rilevi che trattasi di prodotto esclusivo, la presente è volta anche a verificare l'eventualità che più ditte commercializzano la medesima attrezzatura.

Di seguito le caratteristiche richieste:

- Camera a ionizzazione compatta;
- Misure di dose ambientale basata sulle raccomandazioni dell' ICRU;
- Risposta per la dose o il rate equivalente ambientale piatta (entro il 25%) tra 40 KeV e 1,3 MeV;
- Rilevamento radiazioni: Beta superiore a 1 MeV; Gamma e raggi X superiori ai 25 KeV;
- Intervallo operativo con unità Sv/ h: 0-5 μ Sv / h, 0-50 μ Sv / h, 0-500 μ Sv / h, 0-5 mSv / h, 0-50 mSv/ h;
- Volume della camera almeno 200 cc pressurizzato;
- Tempo di risposta compreso tra 6 e 2 secondi;
- Accuratezza \pm 10%;
- Letture: visualizzazione simultanea di dose rilevata, della dose integrata e della dose massima rilevata;
- Lettura minima: 0,01 μ Sv / h;
- Display LCD;
- Funzioni automatiche: scelta automatica dell'intervallo, azzeramento automatico, retroilluminazione LCD;
- Connettività USB;
- Batterie ricaricabili con caricatore;
- Certificato di taratura della camera in equivalente di dose ambientale H*(d).

Si attenti che l'indagine di mercato in parola non costituisce invito a presentare offerta né a produrre alcuna documentazione. Pertanto, avendo esclusivamente fini esplorativi, non impegna in alcun modo questa Amministrazione che potrà non dar seguito ad alcuna procedura di gara né ad affidamento.



Il riscontro dovrà pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web dell'ARNAS Garibaldi ed esclusivamente all'indirizzo Pec: provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it

Qualora lo stesso prodotto fosse presente sul mercato della pubblica amministrazione si invitano le ditte a voler fornire il codice ad esso assegnato ed il prezzo di mercato indicato

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet aziendale per consentire a tutte le Ditte interessate di potere esternare relativamente ai precitati profili.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ersilia Riggi

Per eventuali chiarimenti contattare il Settore Provveditorato, Sig. Raimondo Vinci, tel. 095/7594851 – fax 095/7594908

Il Responsabile F.F. del Settore Provveditorato
(Dott.ssa Ersilia Riggi)

