

Settore Provveditorato

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Oggetto : Avviso di Indagine di mercato : Fornitura “materiale specialistico per chirurgia ricostruttiva mammaria”

Dovendo procedere alla predisposizione di apposita procedura di gara per l'affidamento per la durata di 18 mesi della fornitura di materiale specialistico per chirurgia ricostruttiva mammaria per il presidio ospedaliero Garibaldi Centro, al fine di garantire la massima trasparenza e competizione, si invitano le Ditte interessate ad esaminare il capitolato tecnico allegato e ad esprimersi circa i seguenti aspetti :

- Genericità delle caratteristiche del prodotto come descritte nel capitolato tecnico;
- Prezzo di mercato.
 - Il valore dell'affidamento per il lotto 1 è pari a € **36.324,00**
 - Il valore dell'affidamento per il lotto 2 è pari a € **122.625,00**
 - Il valore dell'affidamento per il lotto 3 è pari a € **16.980,00**
 - Il valore dell'affidamento per il lotto 4 è pari a € **5.000,00**

Si specifica che con il presente avviso è intendimento di questa Azienda verificare sul mercato, in attuazione e nel rispetto dei principi di massima trasparenza e competizione, la presenza di uno o più operatori economici in grado di offrire il prodotto (bene/servizio) con le caratteristiche descritte nel precitato capitolato tecnico e contestualmente accertarsi che tali caratteristiche posseggano il requisito della “genericità” tale da consentire possibilmente la partecipazione alla indicata procedura di gara di una pluralità di operatori economici qualificati, compresi coloro in grado di proporre soluzioni che ottemperano in maniera equivalente ex art. 68 D.Lg. 163/2006 s.m.i. (Codice Appalti) ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Si attenti che l'indagine di mercato in parola non costituisce invito a presentare offerta né a produrre alcuna documentazione. Pertanto, avendo esclusivamente fini esplorativi, non impegna in alcun modo questa Amministrazione che potrà non dar seguito ad alcuna procedura di gara né ad affidamento.

Il riscontro dovrà pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web dell'ARNAS Garibaldi ed esclusivamente all'indirizzo Pec: e.riggi@pec.ao-garibaldi.ct.it

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet aziendale per consentire a tutte le Ditte interessate di potere esternare relativamente ai precitati profili.



Il Responsabile del procedimento è Dott.ssa Ersilia Riggi

Per eventuali chiarimenti contattare il Settore Provveditorato, Sig. Raimondo Vinci , tel. 095/7594851 – fax 095/7594908

LOTTO 1		PROTESI ED ESPANSORI MAMMARI STERILI E MONOUSO DI DIVERSE TIPOLOGIE E MISURE COME DI SEGUITO RIPORTATO, CON SUPERFICIE A BASSO TRASUDAMENTO TESTURIZZATA RIEMPIUTE IN GEL DI SILICONE COESIVO. GARANZIA A VITA DI SOSTITUZIONE DELLA PROTESI. LA DITTA AGGIUDICATRICE DEL LOTTO DOVRÀ FORNIRE PER INTERO IL MATERIALE RICHIESTO.	QUANTITA' PRESUNTA 18 mesi
	1.a	Protesi mammarie di forma anatomica e superficie testurizzata, riempite con gel di silicone di grado medicale, involucro in elastomero di silicone in triplo strato con punti di repere per un corretto posizionamento. Disponibili in almeno tre altezze e tre proiezioni ed almeno due tipi di gel (bassa e alta coesività) a parità di larghezza. Almeno nove tipologie. Per ogni tipologia devono essere presenti almeno cinque misure differenti. Compatibili con espansori mammary dello stesso lotto.	30
	1.b	Protesi mammarie di forma rotonda e superficie testurizzata, riempite con gel di silicone di grado medicale, involucro in elastomero di silicone in triplo strato. Disponibili in almeno quattro proiezioni ed almeno due tipi di gel coesivi (bassa e alta coesività) a parità di larghezza. Per ogni tipologia devono essere presenti almeno 15 misure differenti.	6
	1.c	Protesi di prova autoclavabili per le protesi del lotto 1.a e 1.b.	38



1.d	<p>Espansori mammari di forma anatomica e superficie testurizzata, involucro in elastomero di silicone di tipo medico rinforzato, con punti di reperi per un corretto posizionamento. Valvola di riempimento integrata a rilevamento magnetico; disponibili in almeno tre altezze e due proiezioni (normale ed extra) a parità di larghezza. Per ogni tipologia devono essere presenti almeno sei misure differenti. Compatibili con protesi anatomiche dello stesso lotto. Rilevatore magnetico incluso.</p>	15

LOTTO 2	<p>PROTESI ED ESPANSORI MAMMARI STERILI E MONOUSO DI DIVERSE TIPOLOGIE E MISURE COME DI SEGUITO RIPORTATO, CON SUPERFICIE TESTURIZZATA RIEMPIUTE IN GEL DI SILICONE COESIVO, CON POSSIBILITÀ DI AVERE GLI STESSI MODELLI CON SUPERFICIE RICOPERTA DI SCHIUMA DI MICRO POLIURETANO. GARANZIA A VITA DI SOSTITUZIONE DELLA PROTESI RIEMPIUTE IN GEL DI SILICONE. LA DITTA AGGIUDICATRICE DEL LOTTO DOVRÀ FORNIRE PER INTERO IL MATERIALE RICHIESTO.</p>	
2.a	<p>Protesi mammarie di forma anatomica e superficie testurizzata, riempite con gel di silicone di grado medico coesivo, involucro in elastomero di silicone con punti di reperi per un corretto posizionamento. Disponibili in almeno tre altezze e tre proiezioni a parità di larghezza. Almeno nove tipologie. Per ogni tipologia devono essere presenti almeno otto misure differenti.</p>	45
2.b	<p>Protesi mammarie di forma anatomica stessa tipologia del lotto 2.a e superficie testurizzata, ricoperta di schiuma di micro poliuretano, riempite con gel di silicone di grado medico coesivo, involucro in elastomero di silicone con punti di reperi per un corretto posizionamento. Disponibili in almeno tre altezze e tre proiezioni a parità di larghezza. Almeno nove tipologie. Per ogni tipologia</p>	21



		devono essere presenti almeno otto misure differenti.	
	2.c	Protesi mammarie di forma rotonda e superficie testurizzata, riempite con gel di silicone di grado medicale, involucro in elastomero di silicone. Disponibili in almeno tre proiezioni a parità di larghezza . Per ogni tipologia devono essere presenti almeno 16 misure differenti.	9
	2.d	Protesi mammarie di forma rotonda stessa tipologia del lotto 2.c e superficie testurizzata, ricoperta di schiuma di micro poliuretano, riempite con gel di silicone di grado medicale, involucro in elastomero di silicone. Disponibili in almeno tre proiezioni a parità di larghezza. Per ogni tipologia devono essere presenti almeno 16 misure differenti.	3
	2.e	Protesi mammarie di forma anatomica e superficie testurizzata, riempite con due differenti tipi di gel di silicone di grado medicale coesivo , più soffice posteriormente e più duro anteriormente, involucro in elastomero di silicone con punti di repere per un corretto posizionamento . Disponibili in almeno due altezze e due proiezioni a parità di larghezza. Almeno quattro tipologie. Per ogni tipologia devono essere presenti almeno sei misure differenti.	21
	2.f	Protesi mammarie di forma anatomica stessa tipologia del lotto 2.e e superficie testurizzata , ricoperta di schiuma di micro poliuretano, riempite con due differenti tipi di gel di silicone di grado medicale coesivo , più soffice posteriormente e più duro anteriormente, involucro in elastomero di silicone con punti di repere per un corretto posizionamento . Disponibili in almeno due altezze e due proiezioni a parità di larghezza. Almeno quattro tipologie. Per ogni tipologia devono essere presenti almeno sei misure differenti.	12
	2.g	Protesi di prova per le protesi del lotto 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, autoclavabili.	45



	2.h	Espansori mammari di forma anatomica e superficie testurizzata, involucro in elastomero di silicone di tipo medico rinforzato. Valvola di riempimento integrata e livellata a rilevamento magnetico. Disponibili in almeno due altezze con proiezione extra. Per ogni tipologia devono essere presenti almeno sei misure differenti. Rilevatore magnetico incluso.	45
<p>PROTESI MAMMARIE STERILI E MONOUSO A BASSO PESO, DI DIVERSE TIPOLOGIE E MISURE COME DI SEGUITO RIPIORTATO, CON SUPERFICIE TESTURIZZATA, RIEMPITE IN GEL DI SILICONE COESIVO E MICROSFERE DI BOROSILICATO INERTI. GARANZIA A VITA DI SOSTITUZIONE DELLA PROTESI. LA DITTA AGGIUDICATRICE DEL LOTTO DOVRÀ FORNIRE PER INTERO IL MATERIALE RICHIESTO.</p>			
LOTTO 3			
	3.a	Protesi mammarie di forma anatomica e superficie testurizzata, riempite con gel di silicone di grado medico unito a microsfere di borosilicato, involucro in elastomero di silicone. Disponibili in tre proiezioni a parità di larghezza. Almeno tre tipologie. Per ogni tipologia devono essere presenti almeno 14 misure differenti.	12
	3.b	Protesi mammarie di forma rotonda e superficie testurizzata, riempite con gel di silicone di grado medico unito a microsfere di borosilicato, involucro in elastomero di silicone. Disponibili in almeno tre proiezioni a parità di larghezza. Per ogni tipologia devono essere presenti almeno 14 misure differenti.	6



LOTTO 4	Mesh di pericardio, non cross-linked, di origine bovina , di spessore medio inferiore a millimetri 1.2, per chirurgia plastica e ricostruttiva della mammella. In confezioni sterili. Misure: Altezza tra 6 e 12 cm; Larghezza tra 13 e 20 cm. Almeno due misure	
---------	--	--

Il Responsabile F.F. del Settore Provveditorato
Dott.ssa Ersilia Riggi

