

Settore Provveditorato

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Oggetto : Avviso di Indagine di mercato acquisto Sistema di Ossigenazione Extrapolmonare

Questa Amministrazione intende acquisire un Sistema di Ossigenazione Extrapolmonare, da destinare all'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Garibaldi di Catania, per il trattamento ed il trasporto di pazienti che necessitano di supporto respiratorio e/o circolatorio a lungo termine, aventi le seguenti caratteristiche:

1. Certificato per il trasporto aereo e terrestre, in considerazione del fatto che questa Struttura Ospedaliera è sede di Riferimento Regionale per il Biocontenimento a norma del DA 06/07/2017 e pertanto potrebbe avere necessità di intervento in sedi remote;
2. Sensori high-tec integrati per la monitorizzazione dei seguenti parametri: Htc; Hb, SvO₂; T°; P;
3. Prese di corrente: 11-28 Volt DC; 100-240 Volt AC/50-60 e 400Hz;
4. VVECMO/VA ECMO procedure ECMO adulto o pediatrico;
5. PALP rimozione extra corporea di CO₂;
6. MECC utilizzo in sala operatoria (utilizzo di reservoir venoso e trappola per bolle venosa);
7. VAD assistenza ventricolare extra corporea.

Il monouso deve consentirne l'utilizzo ininterrotto per un periodo di almeno 30 giorni.

Pertanto, si procede alla presente indagine di mercato, onde conoscere:

- i fornitori disponibili a fornire la suddetta attrezzatura o prodotto equivalente;
- il valore di mercato della predetta attrezzatura;
- l'esclusività del prodotto;
- l'eventualità che più ditte commercializzano lo stesso.

Si attenzioni che l'indagine di mercato in parola non costituisce invito a presentare offerta né a produrre alcuna documentazione. Pertanto, avendo esclusivamente fini esplorativi, non impegna in alcun modo questa Amministrazione che potrà non dar seguito ad alcuna procedura di gara né ad affidamento.





Il riscontro dovrà pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, esclusivamente all'indirizzo Pec: provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet aziendale per consentire a tutte le Ditte interessate di potere esternare relativamente ai precitati profili.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ersilia Riggi

Per eventuali chiarimenti contattare il Settore Provveditorato, la Dr. ssa Irma Azzarelli o la Dott.ssa Maria Carmen Agnello.

tel. 095/7594208-7594841

– fax 095/7594908

**Il Responsabile F.F. del Settore Provveditorato
Dott.ssa Ersilia Riggi**

