

SETTORE PROVVEDITORATO

Prot. n° 2589 del 14 MAG. 2019



Settore Provveditorato /GAL

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Oggetto : Avviso di indagine di mercato per l'acquisto n.1 Trapano, completo di accessori, per la sala operatoria dell'U.O.C. M.C.A.U. del P.O. Garibaldi Centro.

Dovendo acquisire n. 1 Trapano, completo di accessori, per la sala operatoria dell'U.O.C. M.C.A.U. del P.O. Garibaldi Centro, si procede alla presente indagine di mercato onde conoscere le Ditte disponibili a fornire la suddetta attrezzatura o prodotto equivalente ex art.68 del D.lg.50/2016 e il suo valore di mercato. Qualora si rilevi che trattasi di prodotto esclusivo, la presente è volta anche a verificare l'eventualità che più ditte commercializzano i medesimi strumenti.

Il Trapano, completo di accessori, deve avere le seguenti caratteristiche:

- Deve essere composto da una carcassa sterilizzabile al cui interno deve essere contenuto il modulo motore-batteria al litio;
- Il modulo motore-batteria deve essere facilmente asportabile al fine di permettere la sterilizzazione dello strumento;
- La garanzia del motore-batteria e dei componenti elettronici deve essere di 5 anni;
- Il caricabatteria deve avere quattro alloggiamenti di ricarica e con sistema automatico di allarme che individui eventuali guasti e/o necessari interventi di manutenzione;
- Il peso del trapano, motore e batteria inclusa, deve essere di circa 1300 gr.;
- Potenza del motore deve essere di 170W;
- Coppia massima 13.0 Nm;
- Velocità massima 18000 giri/min (senza adattatori)
- Oscillazione sega: 11000 osc/min

Di seguito si dettagliano anche gli accessori che devono interfacciarsi con il trapano già presente in sala operatoria "TRAUMA RECON SYSTEM – DEPUY SYNTHES ":

N.1 Manipolo a batteria ;

N.1 Coperchio per manipolo;

N.2 Power module;

N.2 Coperchio sterile;

N.2 Caricatore universale;

N.1 Mandrino universale;

Per la SEGA SAGITTALE

N.1 Manipolo a batteria;

N.1 Coperchio per manipolo batteria

N.1 Adattatore per sega sagittale lungo;

n.10 lame varie misure

ACCESSORI

1. N.1 Mandrino a chiave(ream)
2. N.1 Mandrino autobloccante;
3. N.1 Adattatore rapido sparafili diametro 1.0-4.0 mm ;
4. N.1 Adattatore rapido per fresa DAIS/DCS
5. N.1 Adattatore rapido AO per inserimento viti;
6. N.1 Adattatore rapido Hudson(drill!);
7. N.1 Adattatore rapido Trinkle(drill);
8. N.1 Adattatore rapido Trinkle modificato(ream);
9. N.1 Adattatore rapido per sega sagittale;
10. N.1 Adattatore rapido per sega reciproca;
11. N.1 Raccordo per sterno per sega reciproca;

Si attenzioni che l'indagine di mercato in parola non costituisce invito a presentare offerta né a produrre alcuna documentazione. Pertanto, avendo esclusivamente fini esplorativi, non impegna in alcun modo questa Amministrazione che potrà non dar seguito ad alcuna procedura di gara ne ad affidamento.

Le ditte interessate devono solo fornire indicazioni sul valore di mercato del trapano e degli accessori da acquistare, distinta per macchinario e accessori, nonché dichiarazione relativa alla presenza degli stessi sul MEPA corredata da indicazioni per la loro ricerca.

Il riscontro dovrà pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web dell'ARNAS Garibaldi ed esclusivamente all'indirizzo Pec: provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet aziendale per consentire a tutte le Ditte interessate di potere esternare relativamente ai precitati profili.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ersilia Riggi.

Per eventuali chiarimenti contattare il Settore Provveditorato, sig.ra Domenica Galvagno, tel. 095/7594147 – fax 095/7594908.

Il Responsabile F.F. del Settore Provveditorato
Dott.ssa Ersilia Riggi