

## MODELLO AE / 2 n. 162 del 15.09.2020 - CIG Z172CFCODE

( in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016)

**Procedura di gara Mepa per la fornitura di una "CAPPA A FLUSSO LAMINARE VERTICALE "BIOHAZARD" DI CLASSE II" occorrenti all'U.O.C. di Patologia Clinica del P.O. Garibaldi Centro, articolata in 1 lotto unico ed indivisibile, espletata sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) (MEPA) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.lgs 50/2016 s.m.i..**

**RDO n. 2568802 del 15.05.2020.**

### **Premesso,**

- che con nota prot.246 del 27.03.2020 (all.1), il Direttore Generale trasmette la richiesta del Dirigente dell'U.O.C. di Patologia Clinica del P.O. Garibaldi Centro per l'acquisto di una cappa a flusso laminare verticale "Biohazard" di classe II per la protezione degli operatori, dei campioni e dell'ambiente;
- che in calce alla su citata nota, il Direttore Sanitario Aziendale esprime parere favorevole;
- Che con nota del 26.03.2020(all.2) e successiva integrazione del 30.04.2020(all.3), il Dirigente Medico di Patologia Clinica ha trasmesso le caratteristiche dell'acquisto in parola;

### **Ritenuto,**

- Che in ossequio al principio di concorrenza si è dato avvio ad una RDO riportante n. 2568802 del 15.05.2020 con invito a tutti gli operatori economici iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- Che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) D.lgs 50/2016 s.m.i.;


**Preso atto** che con verbale del 15.06.2020 (all.4), in seduta pubblica si è proceduto all'apertura della gara telematica secondo le modalità stabilite dal sistema di e-procurement utilizzato, ammettendo al prosieguo di gara i seguenti concorrenti partecipanti e nello specifico:

### **LOTTO 1 - CIG Z172CFCODE**

- Ditta AQUARIA SRL;
- Ditta VWR INTERNATIONAL S.R.L.;
- Ditta AHSI;
- Ditta MONTEPAONE S.R.L.
- Ditta CARLO ERBA REAGENTS

**Che** la documentazione tecnica è stata trasmessa al Dirigente Medico dell'U.O.C. di Patologia Clinica al fine di valutarne la conformità nella rispondenza della stessa alle previsioni di cui alla lettera invito n. 8362 del 13.05.2020;

**Preso atto** del verbale del 10.09.2020(all.5), a seguito della valutazione tecnica acquisita con nota del 03.09.2020 (all.6) e successiva integrazione del 9.09.2020(all.7), acquisite da questo Settore il 04.09.2020 con n. 4505 e il 10.09.2020 con n. 4583 , con le seguenti risultanze:



**LOTTO 1 - CIG Z172CFCODE**

- ✓ Ditta AQUARIA SRL: **AMMESSA**
- ✓ Ditta CARLO ERBA REAGENTS: **NON AMMESSA**
- ✓ Ditta VWR INTERNATIONAL S.R.L.: **AMMESSA**
- ✓ Ditta AHSI: **AMMESSA**
- ✓ Ditta MONTEPAONE S.R.L.: **AMMESSA**

Preso atto che con verbale del 10.09.2020 , in seduta pubblica è stata avviata la fase di apertura della busta economica riportando le seguenti risultanze:

**LOTTO 1 - CIG Z172CFCODE**

- ✓ Ditta AQUARIA SR: , Importo complessivo offerto Euro 10.900,00
- ✓ Ditta VWR INTERNATIONAL S.R.L.: , Importo complessivo offerto Euro 10.203,30
- ✓ Ditta AHSI: , Importo complessivo offerto Euro 11.351,00
- ✓ Ditta MONTEPAONE S.R.L.: , Importo complessivo offerto Euro 8.865,00

**PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE**

Sulla base della documentazione prima indicata, il RUP propone di affidare la fornitura che riguarda i dispositivi medici in oggetto, per avere offerto il prezzo più basso, alla ditta:

- ✓ **Ditta MONTEPAONE S.R.L.: , Importo complessivo offerto Euro 8.865,00**

Trarre la relativa spesa dei tre lotti su indicati di €. Euro 8.865,00 Iva esclusa e quindi €. 10.815,3 Iva inclusa, sul conto Economico 01002000400 - autorizzazione di spesa 121 - Bilancio anno 2020.

Dare Atto che l'amministrazione è in possesso della documentazione generate dal sistema ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e della dichiarazione ex. artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Carmela Angiolillo

*Carmela Angiolillo*

- **TENUTO CONTO DELLA FASE ISTRUTTORIA:** propedeutica alla presente autorizzazione svolta dal Responsabile dell'Istruttoria;
- **VISTA:** la possibilità di disporre dei necessari fondi sulla procedura AREAS;
- **VISTO** l'esito della contrattazione;
- **VISTA** la proposta di aggiudicazione

**SI AUTORIZZA IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA ALLA FORMALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO DEI BENI/SERVIZI INDICATI IN EPIGRAFE CON EMISSIONE DEL RELATIVO ORDINE E SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO ATTO DI LIQUIDAZIONE .**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE PROVVEDITORATO**

*ad interim*  
**(ing. Salvatore Vitale)**





*Handwritten initials/signature*

ARNAS "Garibaldi" - Catania  
P.O. GARIBALDI CENTRO,  
Piazza S. Maria di Gesù, 7 - Catania  
U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA  
Tel. 095-7594416 Fax. 095-7594494  
Cell. 3388146040

Prot. int. 25/2020

c.a. Direttore Generale  
Dott. F. De Nicola  
c. a. Direttore Sanitario Aziendale  
Dott. G. Giammanco  
c.a. Capo Settore Provveditorato  
Ing. S. Vitale  
SEDE

Oggetto: richiesta acquisto cappa e kit reattivi Biologia Molecolare.

Facendo seguito a quanto concordato per vie brevi, si richiede l'acquisto di n° 1 CAPP A FLUSSO LAMINARE VERTICALE BIOHAZARD di CLASSE II, per la protezione globale degli operatori, dei campioni e dell'ambiente. La cappa deve rispondere alle esigenze del laboratorio di Biologia molecolare ed essere idonea alla manipolazione di patogeni a basso e medio rischio biologico (BSL2). Deve essere conforme alle normative europee UNI-EN 12469, UNI EN ISO 14644- 1:2001 e deve possedere filtri assoluti HEPA, conformi alla normativa europea EN 1822; deve consentire la visualizzazione in tempo reale della velocità del flusso laminare, del tempo di funzionamento residuo dei filtri e delle lampade u.v. .

A suo interno deve possedere:

- piano di lavoro in acciaio, facilmente estraibile e sterilizzabile,
- vasca raccolta liquidi sottostante il piano di lavoro in acciaio,
- vetro frontale temperato,
- prese elettriche interne,
- rubinetti valvolati per gas, con elettrovalvola,
- lampade fluorescenti UV
- becco Bunsen con comando elettronico.

Si richiede inoltre, l'acquisto di ulteriori 100 confezioni di KIT, EXPRESS,SARS-COV-2, EUA, della ditta CEPHEID, codice XPRSARS-COV2-CE-10, necessari alla diagnosi veloce della malattia da COVID19.

Certa di riscontro con cortese sollecitudine, si inviano distinti saluti.  
Catania 26/03/2020

*Comunicata l'attuale condizione epidemiologica, mandati il supporto richiesto da tutte le Strutture (Cap. ASL) e la necessità di fornire i kit reattivi in quantità per tutti i laboratori di Biologia Molecolare. PREFERI FAVORIRE*

Il Direttore Sanitario Aziendale  
Dott. Giammanco

Dott.ssa Concettina Di Naso  
P.O. GARIBALDI - CENTRO  
U.O.C. di Patologia Clinica  
CONCORRENTE  
Dott. CONCETTINA DI NASO  
Tel. 095 617332



ll. 2

ARNAS "Garibaldi"- Catania  
P.O. GARIBALDI CENTRO,  
Piazza S. Maria di Gesù, 7- Catania  
U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA  
Tel. 095-7594410 Fax. 095-7594494

Prot. int. 28/2020

c.a. Direttore Generale  
Dott. F. De Nicola  
c. a. Direttore Sanitario Aziendale  
Dott. G. Giammanco  
c.a. Capo Settore Provveditorato  
Ing. S. Vitale  
SEDE

Oggetto: integrazione richiesta acquisto cappa.

Facendo seguito alla nota prot. int. n° 25 /2020 riguardante l'acquisto di n° 1 CAPP A FLUSSO LAMINARE VERTICALE BIOHAZARD di CLASSE II, si integrano le caratteristiche specifiche richieste. La cappa deve possedere struttura in acciaio, dimensioni nell'area di lavoro, di 130 cm di larghezza e dimensioni d'ingombro massime in larghezza non superiori ai 160 cm, deve essere provvista di supporto di appoggio per pavimento compatibile alla stessa, avere la possibilità di canalizzazione all'esterno dell'aria espulsa, se richiesto dal locale di installazione. Deve essere corredata di sgabello con schienale regolabile in altezza e cassettera metallica con ruote, inseribile sotto il supporto. Deve rispondere alle esigenze del laboratorio di Biologia molecolare ed essere idonea alla manipolazione di patogeni a basso e medio rischio biologico (BSL2). Deve essere conforme alle normative europee UNI-EN 12469, UNI EN ISO 14644- 1:2001 e deve possedere n° 2 filtri assoluti HEPA H14, efficienza 99,995%, in espulsione, conformi alla normativa europea EN 1822; deve possedere un indice di rumorosità < 60 dB; deve consentire la visualizzazione, in tempo reale, della velocità del flusso laminare, del tempo di funzionamento residuo dei filtri e delle lampade u.v.

A suo interno deve:

- essere fornita di poggiabraccia
- possedere il piano di lavoro in acciaio, facilmente estraibile e sterilizzabile con vasca raccolta liquidi sottostante,
- possedere vetro frontale e pannelli laterali in vetro temperato,
- essere fornita di prese elettriche interne, almeno 2
- essere fornita di rubinetto gas con elettrovalvola, lampade di illuminazione nell'area di lavoro > 800 lux e lampade fluorescenti UV.

Certa di riscontro con cortese sollecitudine, si inviano distinti saluti.

Catania 26/03/2020

P.O. GARIBALDI - CENTRO  
Dott.ssa Concettina Di Naso  
DIRIGENTE  
Dott.ssa CONCETTINA DI NASO  
Catania 26/03/2020



All. 3

ARNAS "Garibaldi"- Catania  
P.O. GARIBALDI CENTRO,  
Piazza S. Maria di Gesù, 7- Catania  
U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA  
Tel. 095-7594410 Fax. 095-7594494

Prot. int. 35/2020

c.a. Capo Settore Provveditorato  
Ing. S. Vitale  
SEDE

Oggetto: integrazione richiesta acquisto cappa.

Facendo seguito a quanto telefonicamente discusso, si specifica che la presenza di poggiabraccia non è requisito necessario e pertanto può essere stralciato dalla richiesta; la maggiore misura per la superficie di lavoro era dettata dalla possibilità di avere un maggiore movimento d'azione, ma non deve essere requisito vincolante; cm 120 sono bastevoli. In ultimo, era già stato specificato che la cappa dovesse essere completa di supporto a pavimento.

Certa di riscontro con cortese sollecitudine, si inviano distinti saluti.

Catania 30/04/2020

Dott.ssa Concettina Di Naso  
P.O. GARIBALDI - CENTRO  
U.O.C. di Patologia Clinica  
DIRIGENTE  
Dott. CONCETTINA DI NASO  
Ord. Med. CT X962

**VERBALE DI GARA PROCEDURA MEPA RDO N. 2568802 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CAPPA A FLUSSO LAMINARE VERTICALE “BIOHAZARD” DI CLASSE II**

L’anno 2020 il giorno 15 del mese di giugno presso i locali del Settore Provveditorato dell’ARNAS Garibaldi di Catania siti in Piazza S. Maria di Gesù n. 5 , sono presenti:

- ✓ Dott.ssa Carmela Angiolillo, Coadiutore Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato, in qualità di RUP della procedura di gara RDO n. 2568802;
- ✓ Dott.ssa Alessandra Scalia, Collaboratore Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato, in qualità di componente ;
- ✓ Dott.ssa Michela Digrazia, Dirigente Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato, in qualità di componente ;

**Premesso che:**

- Questa ARNAS ha avviato in data 15.05.2020, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) D.Lgs 50/2016, una RDO Aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura e posa in opera di una cappa a flusso laminare verticale “BIOHAZARD” da installare presso L’U.O.C. di Patologia Clinica del P.O. Garibaldi Centro;
- L’Appalto risulta articolato in tre lotti, unici ed indivisibili, la procedura di gara verrà aggiudicata, solamente in presenza di almeno due offerte valida, in favore dell’Operatore Economico che avrà praticato, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 il prezzo più basso su quello posto a base d’asta;
- Entro il termine perentorio di giorno 04.06.2020 ore 13,00, previsto per la presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte dei sotto elencati Operatori Economici:

**LOTTO 1 - CIG Z172CFCODE**

- ✓ AQUARIA SRL;
- ✓ CARLO ERBA REAGENTS;
- ✓ VWR INTERNATIONAL S.R.L.;
- ✓ AHSI;
- ✓ CHEMIC ALS;
- ✓ MONTEPAONE S.R.L.

Si procede, dunque, all’apertura della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici concorrenti e alla conseguente verifica della rispondenza della stessa alle previsioni di cui alla lettera invito prot.n. 8365 del 13.05.2020, con le seguenti risultanze:

- ✓ AQUARIA SRL: **AMMESSA con riserva**, richiesto soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 c. 9 D.Lgs 50/2016s.m.i.;
- ✓ 1) Nell’istanza di partecipazione non risulta allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario;
- 2) Manca la certificazione attestante la riduzione della garanzia provvisoria.
- ✓ VWR INTERNATIONAL S.R.L.: **AMMESSA**



1

- ✓ **AHSI: AMMESSA con riserva**, richiesto soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 c. 9 D.Lgs 50/2016s.m.i.:  
Si richiede la compilazione del modello il DGUE, firmato digitalmente, inserito nella sezione documenti richiesti ai partecipanti del portale Mepa, come richiesto dalla lettera invito prot. n. 8362 del 13.05.2020, art. 10 pag. 4.
- ✓ **MONTEPAONE S.R.L.: AMMESSA**
- ✓ **CARLO ERBA REAGENTS: AMMESSA**
- ✓ **CHEMIC ALS: AMMESSA con riserva**, richiesto soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 c. 9 D.Lgs 50/2016s.m.i.:

- 1) La ditta non allega la cauzione provvisoria, si rileva una mera dichiarazione di impegno predata al 14.10.2018 e quindi precedente alla data di indizione della procedura in oggetto, quindi priva di valenza nella gara in questione.  
Pertanto la ditta è ammessa al Soccorso Istruttorio per presentare la garanzia provvisoria nelle modalità indicate nella lettera invito prot. n. 8362 del 13.05.2020, riportante data anteriore alla scadenza di presentazione delle offerte.
- 2) Manca la certificazione attestante la riduzione della garanzia provvisoria;

A questo punto vengono avviate le attività istruttorie necessarie a definire la procedura di soccorso istruttorio assegnando agli Operatori Economici concorrenti il termine di 10 giorni dalla trasmissione della richiesta di cui all'art. 83 comma 9 D.lgs 50/2016 s.m.i..  
Del ché viene redatto il seguente verbale composto di n. 2 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue.

Catania, li 15.06.2020

Dott.ssa Carmela Angiolillo Carmela Angiolillo

Dott. ssa Alessandra Scalia Alessandra Scalia

Dott.ssa Michela Digrazia Michela Digrazia

**VERBALE DI GARA PROCEDURA MEPA RDO N. 2568802 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CAPPA A FLUSSO LAMINARE VERTICALE “BIOHAZARD” DI CLASSE II**

L’anno 2020 il giorno 10 del mese di settembre presso i locali del Settore Provveditorato dell’ARNAS Garibaldi di Catania siti in Piazza S. Maria di Gesù n. 5 , sono presenti:

- ✓ Dott.ssa Carmela Angiolillo, Coadiutore Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato, in qualità di RUP della procedura di gara RDO n. 2568802;
- ✓ Dott.ssa Alessandra Scalia, Collaboratore Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato, in qualità di componente ;
- ✓ Dott.ssa Michela Digrazia, Dirigente Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato, in qualità di componente ;

**Premesso che:**


- Questa ARNAS ha avviato in data 15.05.2020, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) D.Lgs 50/2016, una RDO Aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura e posa in opera di una cappa a flusso laminare verticale “BIOHAZARD” da installare presso L’U.O.C. di Patologia Clinica del P.O. Garibaldi Centro;
- L’Appalto risulta articolato in un lotto, unico ed indivisibile, la procedura di gara verrà aggiudicata, solamente in presenza di almeno due offerte valide, in favore dell’Operatore Economico che avrà praticato, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 il prezzo più basso su quello posto a base d’asta;
- Entro il termine perentorio di giorno 04.06.2020 ore 13,00, previsto per la presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte dei sotto elencati Operatori Economici:

**LOTTO 1 - CIG Z172CFCODE**

- ✓ AQUARIA SRL;
- ✓ CARLO ERBA REAGENTS;
- ✓ VWR INTERNATIONAL S.R.L.;
- ✓ AHSI;
- ✓ CHEMIC ALS;
- ✓ MONTEPAONE S.R.L.

Che nella seduta pubblica di giorno 15.06.2020, giusto verbale redatto in pari data, a seguito della verifica della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici concorrenti sono state ammesse con riserva per integrazione di documentazione amministrativa la ditta ACQUARIA SRL, la ditta ASHI e la ditta CHEMIC ALS.

L’integrazione della documentazione amministrativa richiesta alla ditta ACQUARIA SRL e alla ditta ASHI è stata evasa, giusto verbale di giorno 26.06.2020, e dunque risultano ammesse nella successiva fase di gara. Visti i verbali di giorno 15.06.2020 e di giorno 26.06.2020 che si intendono integralmente richiamati e trascritti;



1

Preso atto che gli Operatori Economici ammessi all'apertura della documentazione tecnica sono:

- ✓ AQUARIA SRL;
- ✓ CARLO ERBA REAGENTS;
- ✓ VWR INTERNATIONAL S.R.L.;
- ✓ AHSI;
- ✓ MONTEPAONE S.R.L.

Che la documentazione tecnica è stata trasmessa al Responsabile dell'U.O.C. di Patologia Clinica, al fine di valutarne la conformità nella rispondenza della stessa alle previsioni di cui alla lettera invito prot. n. 8362 del 13.05.2020 e al capitolato tecnico;

Che, con nota del 31.08.2020 e successiva integrazione del 09.09.2020, acquisite da questo Settore Provveditorato il 4.09.2020 con n.4505 e il 10.09.2020 con n. 4583, la dott.ssa Di Naso Dirigente Medico dell'U.O.C. di Patologia Clinica ha visionato le su citate schede tecniche con le seguenti risultanze:

- ✓ AQUARIA SRL: **CONFORME**
- ✓ CARLO ERBA REAGENTS: **NON CONFORME**, in quanto al paragrafo "Manutenzione ordinaria" cita specificatamente "da evitare assolutamente le soluzioni liberanti cloro(es. ipoclorito di sodio) in quanto corrosive per la struttura metallica della cabina" e tale composto rientra nelle nostre procedure routinarie di sanificazione dell'ambiente di lavoro.
- ✓ VWR INTERNATIONAL S.R.L.: **CONFORME**
- ✓ AHSI: **CONFORME**
- ✓ MONTEPAONE S.R.L.: **CONFORME**

Del ché viene redatto il seguente verbale composto di n. 2 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Catania, li 10.09.2020

Dott.ssa Carmela Angiolillo Carmela J. Angiolillo

Dott. ssa Alessandra Scalia Alessandra Scalia

Dott.ssa Michela Digrazia Michela Digrazia

REGIONE SICILIANA A.S. "GARIBALDI" CATANIA SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
-4 SET. 2020
Prot. n. 4505
ARRIVO

M. 5  
D. Di Naso

04/08/20

mg

Regione Siciliana  
**AZIENDA OSPEDALIERA**  
di rilievo nazionale e di alta specializzazione  
**"GARIBALDI"**

U.O.C. Patologia Clinica e Biologia Molecolare Clinica  
"P.O. GARIBALDI CENTRO"  
Piazza S. Maria di Gesu', 7 Catania

Prot. int. ....

Alla c.a. D.ssa M. Di Grazia  
D.ssa C. Angiolillo  
Settore Provveditorato ed Economato

Oggetto: relazione su valutazione schede tecniche cappa a flusso laminare biohazard

Dopo attenta valutazione delle schede tecniche pervenute, si ritengono conformi al capitolato tecnico le ditte AHSI e Montopaone (LABOGENE). La ditta DASITGROUP - Carlo Erba si ritiene non conforme in quanto al paragrafo Manutenzione ordinaria cita specificatamente; "Da evitare assolutamente le soluzioni liberanti cloro (es. ipoclorito di sodio) in quanto corrosive per la struttura metallica della cabina" e tale composto rientra nelle nostre procedure routinarie di sanificazione dell'ambiente di lavoro. Si richiedono chiarimenti:

- la ditta AQUARIA segnala tra le dotazioni di serie, la presenza di una sola presa elettrica interna invece delle due richieste da capitolato;
- la ditta VWR ha presentato una scheda tecnica poco esaustiva nella quale non vengono esplicitate le caratteristiche di serie della cappa (es. la presenza o meno di prese elettriche all'interno della stessa) si richiede, se possibile, un'integrazione.

Catania, 31/08/2020

D.ssa C. Di Naso

*C. Di Naso*

## Re: Integrazione documentazione tecnica

Mittente Patologia clinica ARNAS Garibaldi Centro <patologiaclinicadianacina@gmail.com>  
Destinatario Angiolillo Carmela <c.angiolillo@ao-garibaldi.ct.it>  
Data 2020-09-09 17:02

*All. 7*

Gent.ma dott.ssa

dai dati ulteriori acquisiti si conferma la conformità delle ditte Acquaria e VWR INTERNATIONAL SRL.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.

C. Di Naso

Il giorno lun 7 set 2020 alle ore 15:21 Angiolillo Carmela <c.angiolillo@ao-garibaldi.ct.it> ha scritto:

Buongiorno Dott.ssa, la ditta Acquaria comunica che la cappa offerta ha

2 prese elettriche interne come da capitolato.

La ditta VWR INTERNATIONAL SRL ha inviate un'interazione di documentazione tecnica che Le allego.

Si rimane in attesa di relazione per proseguire nelle successive fasi di gara.

Settore Provveditorato

Dott.ssa Carmela Angiolillo

0957594840

