ARNAS GARIBALDI CATANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

MODELLO AE / 2 N. 17 del 27.02.2020 - CIG Z6D2C3D742

(in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016)

ACQUISTO DI N. 5.000 PEZZI MASCHERA FACCIALE PIEGHEVOLE GRADO DI PROTEZIONE FFP3 CON DOPPIO ELASTICO E STRINGI NASO SENZA VALVOLA DI ESPIRAZIONE.

PREMESSO:

- Che, in conseguenza della rapida e costante propagazione dell'epidemia da *Coronavirus COVID 19* sviluppatasi sul territorio nazionale, si è determinata la necessità impellente di dotare il personale sanitario di mascherine FFP3, per fare fronte, con le dovute precauzioni, alle attività assistenziali del caso e contrastarne al contempo la diffusione;

- Che, da ultimo, con circolare n. 5443 del 22.02.2020, relativamente alla gestione dei casi nelle strutture sanitarie, il Ministero della Salute ha sottolineato che il personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguato;

- Che con nota prot. n. 39 del 27.02.2020 acquisita in pari data al n. 834 del Settore Provveditorato (all.1), il Direttore dell'U.O. di Farmacia ha richiesto l'approvvigionamento dei prodotti di cui all'oggetto, non reperibili attraverso le ditte aggiudicatarie;

- Che, alla superiore nota sono allegati i preventivi del 26.02.2020 trasmessi dalla ditta Klinicom Srl (all.2) e dalla ditta Medigest S.r.l. (all.3), che, contattate direttamente dall' U.O.C di Farmacia per apposita indagine di mercato, hanno presentato offerta per la fornitura di maschera facciale filtrante FFP3 pieghevole senza valvola;

- Che valutati i predetti preventivi la migliore offerta è quella pervenuta dalla ditta Klinicom Srl per la maschera facciale pieghevole FFP3 senza valvola di espirazione che ha offerta il prezzo unitario di €. 7,70 iva esclusa a fronte di quello offerto dalla ditta Medigest S.r.l. per un prezzo unitario di €. 21,00 Iva esclusa;

RITENUTO che il valore presunto della fornitura, IVA esclusa, rientra nei limiti di importo di € 40.000,00, IVA esclusa, previsto dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.07.2018;

KLINICOM S.R.L.

Spett.
ARNAS AZ. OSP.RILIEVO NAZIONALE
GARIBALDI CATANIA
P.zza Santa Maria di Gesu', 5 A/B/C
95123 Catania (CT)

Faenza, 26 febbraio 2020

In merito alla Vostra richiesta siamo a formularVi la nostra migliore offerta per:

Codice	Descrizione	Pezzi a Confezione	Quantità Offerta	Prezzo Unitario €	Prezzo Totale €
700 FFP3 NR D	Maschera facciale pieghevole grado di protezione FFP3 con doppio elastico e stringi naso senza valvola di espirazione	10	50.000	7,70	385.000,00

Norme: EN 149:2001 + A1:2009

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Consegna: 9/10 marzo
Possibilmente consegna anticipata
Pagamento: Bonifico Bancario 60 gg fine mese
Imballo e trasporto: a nostro carico
I.V.A.: a Vostro carico

I prezzi di cui sopra sono validi fino al 31 Marzo 2020.
Eventuali ordini dovranno essere inviati al Fax n. 0546 – 46443.

Distinti saluti.

KLINICOM S.R.L.
Il Legale Rappresentante
Vincenzo Gogioli

COMITEK
Hospital Products

SCHEDA TECNICA

Rev. 01 del 02/2020

MASCHERA FACCIALE PIEGHEVOLE , GRADO DI PROTEZIONE FFP3, (filtering face piece 3) CON DOPPIO ELASTICO E STRINGI NASO SENZA VALVOLA DI ESPIRAZIONE , IDONEA PER PAZIENTE INFETTO O SOSPETTO TALE

cod. **700 FFP3 NR D**

DPI - Dispositivo di protezione delle vie respiratorie conforme alla norma UNI EN ISO 10720:1998 e UNI EN 529:2006

Resistenza respiratoria mascherina peso 15,27g

Prüfung Test	Konditionierung Conditioning	Einatemwiderstand/ Inhalation resistance	Ausatemwiderstand/ Exhalation resistance
1		0,20	0,66	1,30
2		—	—	1,20
3		—	—	1,20
4		—	—	1,20
5		—	—	1,20
1		0,29	0,82	1,15
2		—	—	1,15
3		—	—	1,16
4		—	—	1,16
5		—	—	1,16



Maschera facciale pieghevole FFP3 specifica per professionisti sanitari, per il contenimento delle infezioni o per protezione da sostanze chemioterapiche.

Garantisce la copertura del naso, della bocca e del mento con un ' ottima aderenza al volto.

E' dotata di doppio elastico, stringi naso , senza valvola di espirazione (idonea per paziente infetto o sospetto tale).

Efficienza filtrante 98%.
Penetrazione del filtro antiparticolato conforme al
Dolomite clogging test "D"

Il simbolo "D" indica che le mascherine soddisfano il requisito aggiuntivo della norma EN 149, il test di intasamento della Dolomite.

Questo test verifica se la maschera mantiene un buon livello di resistenza respiratoria dopo essere stata sottoposta ad alti livelli di polvere di Dolomite.

Valori test 1 e 2 : penetrazione massima dopo 120 mg di esposizione
Valori test 3 e 4 : penetrazione dopo 3 minuti di esposizione alla polvere di Dolomite.

Prüfung Test	Konditionierung Conditioning	D- NaCl D- NaCl [%] Messwert Test value	D- Paraffin D- Paraffin oil [%] Messwert Test value
1	Ins + TC	—	0,49
2	Ins + TC	—	0,48
4	Dolomite + AR	0,02	0,08
5	Dolomite + TC	0,09	0,28

RESISTENZA RESPIRATORIA DOPO L'ESPOSIZIONE ALLA POLVERE DI DOLOMITE

Prüfung Test	Konditionierung Conditioning	Einatemwiderstand/ Inhalation resistance	Ausatemwiderstand/ Exhalation resistance
1	AR + Dolomite	1,00	1,88
2	TC + Dolomite	1,00	1,92

IMPORTATO DA: COMITEK HOSPITAL PRODUCTS S.r.l VIA URBANIA 7 - 48018 Faenza (RA) Tel. +39 0546 46502 Mail. info@comitekhp.com

FABBRICATO DA: Korfez is Guvenligi Ekipmanlari Sanayi Ticaret Ltd.Sti
Esenler mah.Azizoglu cad. Mutlu Sok. Deger Apt. No:1
CE 20477 KAYNARCA-PENDIK INSTABUL / TURKEY

STOCCAGGIO:

Normali procedure di immagazzinamento, tenere in un luogo pulito e asciutto lontanto da fonti di calore. Rispettare i limiti di temperatura se indicati in etichetta.

ANALISI E TEST:

IL DISPOSITIVO E':

NON STERILE - IPOALLERGENICO
LATEX FREE - PLURIUSO
RESISTENTE ALLE ROTTURE E ALLE ABRASIONI

CONFORME ALLE NORME: **EN 149:2001 + A1:2009**

IL DISPOSITIVO E' PRODOTTO IN AMBIENTE CLASSIFICATO CONFORME ALLE NORME ISO 14644-1E

BOX DA 500 PZ

98121 Messina - Viale R. Margherita n. 69 - Tel. 090.5442515 - Fax 090.53797

Messina 26/02/2020

Spett.le
ARNAS Garibaldi

Ns. Prot. N. 13/2020

Oggetto: offerta acquisto mascherine FFP3

In riferimento alla Vs. richiesta in oggetto la sottoscritta Ditta Medigest srl, in qualità di distributore in esclusiva per la Regione Sicilia, pregia offrire quanto segue:

GVS Biodust Mask, mascherine FFP3 con e senza valvola, per la protezione da agenti biologici, da aerosol solidi e liquidi EN149:2001+A1:2009

Cod. SFM00301 senza valvola
Cod. SFM00301V con valvola
Prezzo offerto € 21,00/Pz IVA escl.

N.B. siamo in attesa di conoscere tempi di consegna.

Certi di un Vs. riscontro porgiamo cordiali saluti

Medigest S.r.l.

GVS BIODUST MASK

SCHEDA TECNICA

FACCIALE FILTRANTE CERTIFICATO

- **per la protezione da AGENTI BIOLOGICI**
- **per la protezione da aerosol solidi e liquidi EN149:2001+A1:2009 FFP3**

DESTINAZIONE D'USO

Facciale filtrante progettato per la protezione da agenti infettivi ed aerosol solidi e liquidi.

In diversi ambienti (es. laboratori di microbiologia, produzione di biotecnologie,..) gli agenti infettivi posso essere contenuti ed il rischio di esposizione è limitato all'incidente.

Le attività in cui l'operatore può essere esposto o potenzialmente esposto sono a titolo esemplificativo i seguenti: sono ben conosciuti per es.: Pronto Soccorso, Medicina Emergenza ed Urgenza, Operatori Centrali 118, U.O. Rianimazione e Terapia Intensiva, Malattie Infettive, Ostetricia e Ginecologia, Medicina, Pneumologia, Endoscopia Bronchiale, Gastroscopia ed Endoscopia, Microbiologia, Patologia Clinica, Anatomia Patologica, Medicina Trasfusionale, Nefrologia e Dialisi, Eventi pandemici Influenzali, - Operazioni di soccorso e controllo all'immigrazione clandestina, Missioni internazionali di pace, umanitarie e di soccorso, Attività nei comuni laboratori di analisi BSL 2 3, ecc.



DETTAGLI TECNICI

- Tendi-elastico e valvola in polipropilene;
- Cerotto in materiale anallergico;
- Prodotto monouso
- Latex free
- Confezionato singolarmente
- Possibilità di regolare lunghezza elastico

CERTIFICAZIONI:

Il facciale filtrante possiede **certificazione** CE (ATTESTATO EMESSO DA ENTE NOTIFICATO) quale DPI di III categoria ai sensi della Direttiva 89/686/CE. (Recepimento del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475):

- **per la protezione da agenti infettivi** del gruppo 2 e 3 elencati nell'Allegato III della Direttiva 54/2000/CE
- **per la protezione da aerosol solidi e liquidi** in conformità alla EN 149:2001+A1:2009 con classificazione FFP3 NR D

Efficienza di ritenzione nei confronti dei virus, batteri, funghi e parassiti: > 99 %

Codice	Descrizione
SFM00301	GVS Biodust Mask senza valvola
SFM00301V	GVS Biodust Mask con valvola

GVS filter technology
Via Roma 50, 40069 Zola Predosa (BO)
tel. 051 6176311 – Fax: 051 6176200 - gvs@gvs.com