



Prot. Provv. n. 5022 del 08/09/2021

**Richiesta d'offerta (RdO) n: 2857505 del 27/08/2021 avente ad oggetto: Procedura Negoziata aperta finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro – da concludere con un unico operatore economico – per la fornitura – in somministrazione – di tamponi floccati in Teflon o Rayon e di terreni di coltura VTM per la determinazione del virus SARS COV-2 destinati alle Unità Operative di Patologia Clinica dei Presidi Ospedalieri Garibaldi Centro e Nesima (Catania) – della durata di mesi sei (6). CODICE CIG: 8881923AB8**

### **RISCONTRI A RICHIESTE DI CHIARIMENTI**

**Quesito n. 1** (30.08.2021 ore 13:24 – n. prot. provv n. 4932 del 03.09.2021):

**Testo del Quesito n. 1:**

Relativamente alle voci 1 e 2, considerato che i due prodotti devono essere utilizzati insieme, si chiede se è possibile offrirli in un unico confezionamento (sterile, in sacchetto sigillato e con richiusura di tipo presto-chiuso, eventualmente utilizzabile come contenitore secondario per il trasporto in laboratorio.

**Risposta al quesito n. 1:**

E' possibile offrire la voce 1 e la voce 2 in un unico confezionamento (sterile, in sacchetto sigillato e con richiusura di tipo presto-chiuso, eventualmente utilizzabile come contenitore secondario per il trasporto in laboratorio). Ciò non preclude la possibilità di offrire le due voci separatamente.

\*\*\*\*\*

**Quesito n. 2** ( 02.09.2021 ore 9.10 - n. prot. provv n. 4933 del 03/09/2021):

**Testo del Quesito n. 2:**

E' possibile proporre tamponi equivalenti ai floccati?

**Risposta al quesito n. 2:**

Non è possibile fornire tamponi equivalenti ai floccati, ma soltanto tamponi floccati così come richiesto.

\*\*\*\*\*

**Quesito n. 3** (02.09.2021 ore 08:40 - n. prot. provv n. 4934 del 03.09.2021):

**Testo del quesito n. 3:**

Relativamente alle specifiche di prodotto riportate nel Capitolato Tecnico si chiede di specificare: la tipologia di prelievo da effettuare con i tamponi floccati alla VOCE 1 (naso-faringeo, oro-faringeo o nasale) – se il terreno di trasporto VTM alla VOCE 2 è con o senza inattivante.

**Risposta al quesito n. 3:**

La tipologia di prelievo da effettuare è : naso-faringeo, oro-faringeo e nasale; il terreno di trasporto VTM deve essere privo di inattivante.

\*\*\*\*\*

**Quesito n. 4: (03/09/2021 ore 16:35 – n. prot. provv n. 4944 del 06/09/2021)**

**Testo del quesito n. 4:** :

In merito alla vostra richiesta di tamponi floccati in Teflon o Rayon per una migliore raccolta del campione biologico e massimo rilascio nel terreno di trasporto con asta rimovibile superiormente, si richiede di esplicitare nella richiesta la possibilità di offrire un dispositivo equivalente a quello floccato.

**Risposta al quesito n. 4:**

Non è possibile fornire tamponi equivalenti ai floccati, ma soltanto tamponi floccati così come richiesto

\*\*\*\*\*

**Quesito n. 5: (06/09/2021 ore 09:14 – n. prot. provv n. 4945 del 06/09/2021)**

**Testo del quesito n. 5:**

Si chiede il perfezionamento del CIG poiché sull' ANAC non permette la generazione del PASSOE e il pagamento del contributo di gara, se dovuto.

**Risposta al quesito n. 5:**

Si conferma l'avvenuto perfezionamento del CIG per la qualcosa è possibile generare il PASSOE ed effettuare il pagamento del contributo di gara.

\*\*\*\*\*

**Quesito n. 6: (06/09/2021 ore 10:17 – n. prot. provv n. 4979 del 06/09/2021)**


**Testo del quesito n. 6:**

Si segnala che il CIG assegnato alla procedura non è ancora stato perfezionato nel portale ANAC quindi non è possibile corrispondere il contributo e generare il PASSOE.

**Risposta al quesito n. 6:**


Vedasi risposta al quesito n. 5

**Il Dirigente Amministrativo**  
**Area Diagnostici e Beni&Servizi Informatici**  
**Settore Provveditorato**  
**Dott.ssa Michela Digrazia**

  
\_\_\_\_\_

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
**(RUP)**

**Dott.ssa Maria Claudia Asaro**

  
\_\_\_\_\_