

**SETTORE PROVVEDITORATO
USCITA**

Prot. n° 3391 del 1 LUG.



Settore: *Provveditorato ed Economato*
TEL. 095/7592128 FAX: 095/7594908

**CHIARIMENTI DEL 01.07.2021
PROCEDURA DI GARA RDO N. 2828315 –FORNITURA DI ARREDI TECNICI SANITARI**

Chiarimento n. 1: In riferimento al capitolato tecnico Pos. 12) Carrello terapia/medicazioni, non si evince se il porta rifiuti sia richiesto o meno. Infatti nella descrizione del carrello è presente, mentre nell'elenco degli accessori è da sostituire con due cassetti reclinabili.

Risposta n.1 : Si conferma la composizione base con porta contenitori rifiuti speciali lt. 40, i cassetti reclinabili annoverati nella descrizione tecnica come accessori potranno essere richiesti dalla stazione appaltante, per specifiche esigenze delle UU.OO, al posto del contenitore rifiuti.

Chiarimento n. 2: In riferimento al capitolato tecnico Pos. 16) –Lampada scialitica, manca descrizione tecnica particolareggiata.

Risposta n.2- Per quanto riguarda la lampada scialitica su stativo (portatile) si richiede una lampada scialitica con caratteristiche generiche, preferibilmente con le seguenti caratteristiche:

lampada scialitica su rotelle o carrello, avente il movimento del braccio tubolare articolato e servoassistito, tale da assicurare facilità di movimento e stabilità, regolazione dell'intensità luminosa con livelli di regolazione con tasti sul pannello frontale acceso spento, luce fredda con ottiche a led, l'emissione ridotta dei raggi IR dei LED e la bassa potenza impiegata consentono un'emissione di calore minima, impugnatura eventuale rimovibile per consentire la migliore asepsi, di forma arrotondata e liscia della cupola e della struttura per rendere più facile pulizia e disinfezione, un'intensità luminosa di almeno 80000 lux a 50 cm e più di 20000 lux ad 1 metro, regolazione dell'altezza con ruote per indirizzare ancora meglio il fascio di luce, avere un buon campo luminoso a 1 metro ϕ 10 cm e conforme alle norme mediche e agli standard, contrassegnata come dispositivo medico.

Il Rup

Dr. Ottaviano Calaiura

Il Dirigente Amministrativo
del Settore Provveditorato
Dott.ssa Olga Marletta