

## Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Procedura aperta Arredi tecnici e d'ufficio

Protocollo gara: 1261 DEL 11-11-2021

Ente: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi"

Data creazione report: 17/01/2022 11:21

### **Chiarimento n. 1 : RICHIESTA DI CHIARIMENTI LOTTO 1**

da **Fornitore** alle 13/12/2021 17:51

Buon pomeriggio, in riferimento al lotto n.1 chiediamo di chiarire se gli armadi devono essere in acciaio inox AISI 30 come le immagini da Voi prodotte negli allegati o in lamiera di acciaio. Restiamo in attesa. Cordialità

### **Risposta n. 1 :**

**Re:RICHIESTA DI CHIARIMENTI LOTTO 1**

da **Ente** alle 15/12/2021 13:05

Lotto 1 - Voce a, b, c, d, e, f, g:

Si conferma, come da testo di descrizione prodotto (titolo e dettaglio), che trattasi di lamiera di acciaio inox (satinato scotch brite o verniciato antibatterico secondo specifica di dettaglio).

### **Chiarimento n. 2 : richiesta chiarimenti lotto 1 e lotto 10**

da **Fornitore** alle 28/12/2021 19:35

Salve, ecco le ns richieste di chiarimenti:

LOTTO 1

1. In merito alla tipologia costruttiva le porte e spalle degli armadi devono intendersi a doppia parete?
2. Le ruote previste negli stessi armadi sono da considerarsi per carichi pesanti? Che portata devono avere?
3. La pos.7 prevede finitura in acciaio verniciato sia nella parte esterna che interna? L' acciaio è inox o si intende lamiera elettrozincata verniciata?

LOTTO 10

1. Tutti gli armadi sono da intendersi realizzati in lamiera di acciaio inox o lamiera elettrozincata verniciata?
2. L' art. 1.10.6 (base per vuotatoio) avremmo bisogno di qualche particolare in più, per esempio deve intendersi per escrementi?

1.

### **Risposta n. 2 :**

**Re:richiesta chiarimenti lotto 1 e lotto 10**

da **Ente** alle 03/01/2022 09:38

Lotto 1

1. Le porte e le spalle devono intendersi a doppia parete
2. Le ruote sono per carichi pesanti come da descrizione. La portata deve essere superiore a quella complessiva dell'armadio secondo le citate norme UNI
3. Si tratta di acciaio inox verniciato esternamente con vernice antibatterica permanente (24h/7gg/vita attesa mobile) liscia semi-opaca. L'acciaio è inox come da titolo.

Lotto 10

1. Tutti gli arredi Iso, compresi gli armadi, sono in lamiera di acciaio inox come da titolo
2. La base Iso per vuotatoio è una base con sportello con contenitore per sacchi di raccolta rifiuti e va posta sotto il foro 25x25cm. del piano in corian.

