



RISCONTRO AI CHIARIMENTI

In riscontro al chiarimento n. 1 del 22.07.2022, di seguito fedelmente riportato e trascritto, avanzato da potenziale ditta concorrente, si significa quanto segue.

Chiarimento n. 1

Gentilissimi,

in merito al Capitolato Tecnico rif. Art. 10 Sopralluogo obbligatorio, si fa la cortese richiesta di effettuare il sopralluogo c/o le aree e/o locali per prendere visione dei luoghi di esecuzione del servizio. Come dal bando di gara, ad ogni operatore economico interessato a presentare la propria offerta, il luogo, data e l'ora del sopralluogo, sarà comunicato dalla Stazione Appaltante con almeno 5 giorni di anticipo, pertanto, si resta in attesa di ricevere maggiori informazioni in merito.

La delega del nostro tecnico delegato ad effettuare il sopralluogo, Vi sarà trasmessa via pec e/o email, in quanto la piattaforma Mepa non ci da la possibilità di caricare tale documento per inviarVi la richiesta.

In attesa di un Vostro cortese riscontro in merito a quanto richiesto, porgiamo

Distinti saluti

Risposta al chiarimento n. 1

Si comunica agli Operatori Economici interessati alla partecipazione alla procedura di cui trattasi, che sarà possibile avanzare la richiesta di sopralluogo, entro la data prevista dall'art. 10 della lettera d'invito, inoltrandola alla pec istituzionale: provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it

In riscontro al chiarimento n. 2 del 25.07.2022, di seguito fedelmente riportato e trascritto, avanzato da potenziale ditta concorrente, si significa quanto segue.

Chiarimento n.2

“Si richiede una proroga della presentazione di offerta di 15 giorni.

Si chiede altresì se la campionatura deve essere sterile o non sterile.”

Risposta al chiarimento n. 2

Si conferma la scadenza per la presentazione delle offerte fissata per le ore 10.00 del 19.09.2022.

Si conferma che la campionatura dovrà essere sterile.

In riscontro al chiarimento n. 3 del 27.07.2022, di seguito fedelmente riportato e trascritto, avanzato da potenziale ditta concorrente, si significa quanto segue.

Chiarimento n. 3

Spett.le S.A., nella lettera d'invito, al par. 10, si legge che la richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 01.08.2022 tramite piattaforma MEPA.

Poiché l'unico modo con cui noi operatori economici riusciamo ad inviare richieste è lo spazio dedicato alle "richieste chiarimenti", si chiede se dia possibile avanzare richiesta di sopralluogo mediante pec.

In attesa di un vs. cortese riscontro in merito, porgiamo

Cordiali saluti

Risposta al chiarimento n. 3

Si rinvia alla risposta al chiarimento n. 1

In riscontro al chiarimento n. 4 del 28.07.2022, di seguito fedelmente riportato e trascritto, avanzato da potenziale ditta concorrente, si significa quanto segue.

Chiarimento n.4

In relazione ai protocolli richiesti, si chiede di specificare se i prodotti elencati sono da intendere come sfuso o come appartenenti ad un unico set.

Eventualmente fossero intesi come sfuso, accettereste protocolli composti da un set che al suo interno comprende alcuni codici dai voi richiesti e altri codici sfusi?

Risposta al chiarimento n. 4

Si rimanda agli articoli di cui sotto, relativi al Capitolato di gara, dove si evince che i prodotti devono essere confezionati singolarmente sterili:

Art. 3 – Modalità generali di effettuazione del servizio

L'Aggiudicatario della presente procedura avrà l'onere di prevedere l'espletamento di una fornitura in service, articolato sulle seguenti attività:

Servizio di rifornimento di TNT STERILE:

L'Aggiudicatario, previo ordinativo emesso a cura della U.O.C. Servizio Farmacia, dovrà garantire l'approvvigionamento e la consegna di tutto il materiale in TNT monouso sterile e degli accessori necessari allo svolgimento degli interventi chirurgici eseguiti presso le sale operatorie dell'Azienda, ed Ambulatori Chirurgici del P.O. Garibaldi Centro e del P.O. Garibaldi Nesima di Catania, per singolo protocollo chirurgico comprensivo di set e camici, così come riportato nell'*Allegato D* "Protocolli".

Si precisa che tutto il materiale di cui ai relativi "SET" - TNT STERILE, dovrà essere confezionato singolarmente.

Art. 14 - Protocolli intervento

La composizione dei protocolli deve permettere la corretta, completa e sicura preparazione del campo operatorio, a fronte delle specifiche necessità di ogni intervento chirurgico (ogni protocollo deve pertanto contenere quanto indicato nell'*Allegato D*).

Ogni prodotto contenuto nei relativi protocolli, dovrà essere singolarmente confezionato.

In riscontro al chiarimento n. 5 del 28.07.2022, di seguito fedelmente riportato e trascritto, avanzato da potenziale ditta concorrente, si significa quanto segue

Chiarimento n.5

In riferimento "all'attestazione di avvenuto sopralluogo" da voi citata a pagina 5 della lettera di invito, siamo a chiedere chi rilascerà tale documento.

Risposta al chiarimento n. 5

Si rinvia all'allegato H della lettera d'invito. L'attestazione verrà rilasciata da un Referente tecnico aziendale all'uopo designato dalla Stazione Appaltante.

In riscontro al chiarimento n.6 del 29.07.2022, di seguito fedelmente riportato e trascritto, avanzato da potenziale ditta concorrente, si significa quanto segue

Chiarimento n.6

Buongiorno siamo a chiedere cortesemente di poter effettuare sopralluogo per la presente procedura

Di seguito i nominativi delle persone delegate

..... - in qualità di della ns Società

..... - in qualità di della ns Società

..... - in qualità di della ns Società

In attesa di vs riscontro porgiamo distinti saluti

Risposta al chiarimento n. 6

Si comunica agli Operatori Economici interessati alla partecipazione alla procedura di cui trattasi, che sarà possibile avanzare la richiesta di sopralluogo, entro la data prevista dall'art. 10 della lettera d'invito, inoltrandola alla pec istituzionale: provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it

Il R.U.P.

(Dott.ssa Rosetta Ponzio)
