
Settore Tecnico

Prot. n. _____ / T Allegati n. ____ Catania _____
Ns. rif.

Spett.le Operatore Economico

Oggetto: **Procedura aperta sopra soglia, a carattere di urgenza, in modalità telematica, per la fornitura "chiavi in mano" di un acceleratore lineare dual energy 6 - 10 MV, corredato di strumentazione fisico dosimetrica, QA, sistemi di immobilizzazione, TPS e sistema di tracking ottico".**
Lotto 1: CIG 8863873b63 – Lotto 2: CIG 8863881200 – Lotto 3: CIG 8863889898
Risposta quesito in data 24.08.2021

1 – Area di intervento

Si chiede di confermare che la zona di intervento da considerare in gara sia la sola area bunker con l'adiacente consolle comandi.

Si conferma.

2 – Progetto Opere

Si chiede di confermare che, per quanto riguarda il progetto delle opere da produrre in fase di gara, il concorrente debba esclusivamente elaborare una Relazione Tecnico descrittiva nel rispetto della posizione D) del paragrafo 1.3.2. Offerta Tecnica di pag. 29 del Disciplinare Tecnico, lasciando ogni onere progettuale (definitivo ed esecutivo) all'Aggiudicatario.

Si conferma quanto al Disciplinare di gara ed al Capitolato Tecnico.

3 - Distribuzione meccanica - Condizionamento

Si chiede di confermare che l'UTA esistente è perfettamente funzionate.

Richiamato l'obbligo in capo al Concorrente di eseguire un sopralluogo - evidentemente al fine di acquisire adeguata conoscenza dello stato di fatto e, pertanto, delle previsioni di progetto - si richiama quanto all'ultimo periodo del paragrafo 10.1.2 del Capitolato Tecnico e si conferma quanto già previsto nella documentazione di gara.

4 - Distribuzione meccanica – Condizionamento

Si chiede di confermare che l'UTA in questione sia a servizio del solo Bunker senza alcuna condivisione di ambienti esterni all'area di intervento.

Ribadito quanto al precedente “quesito n. 3”, si chiarisce che l’UTA in questione serve anche alcuni locali attigui.

5 – Distribuzione meccanica – Refrigerazione

Per la realizzazione dell’impianto di refrigerazione a servizio del nuovo Linac si chiede di confermare il punto di adduzione dell’acqua per il nuovo circuito.

Ribadito quanto al precedente “quesito n. 3”, si conferma quanto già previsto nella documentazione di gara.

6 - Cronoprogramma

Si chiede conferma che il Cronoprogramma dovrà essere elaborato esclusivamente dall’Aggiudicatario durante la fase esecutiva del progetto.

Si conferma, resta inteso che il Cronoprogramma dovrà rispettare le prescrizioni fornite con la documentazione di gara.

7 - Figure professionali

Si chiede di confermare che le figure professionali del DL e del CSE siano completamente a Vs. carico.

Si conferma quanto al Capitolato Tecnico (“L’ARNAS Garibaldi nominerà, a suo insindacabile giudizio, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, e Direttore dei Lavori ...”).

8 – Assistenza Full-Risk in garanzia

Si chiede di confermare che l’attività in oggetto sia relativa esclusivamente alle apparecchiature ed ai loro accessori con totale esclusione delle forniture impiantistiche (porta bunker compresa)

Si conferma quanto al Capitolato Tecnico (“Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire un servizio di manutenzione full risk (nella formula “tutto incluso, nulla escluso”) durante il periodo di garanzia (24 mesi) su tutto quanto fornito ed installato per i lotti 1, 2, 3 ...”

9 – Collaudo

Si chiede di confermare che la formale fase del Collaudo seguirà immediatamente la fase di Accettazione funzione dell’intera fornitura da parte dell’Azienda Ospedaliera programmata in contraddittorio al termine dell’installazione dei beni.

Si conferma quanto al Capitolato Tecnico.

Ad ulteriore chiarimento, si precisa che, nello specifico (appalto pubblico di fornitura di beni ed esecuzione lavori di concausa), il "collaudo" consiste nell'esecuzione di controlli, verifiche, prove di accettazione materiali e di funzionamento, prove e misure strumentali, verifica della completezza ed idoneità documentazione fornita, prove funzionali all'autorizzazione in uso clinico delle apparecchiature. Il tutto nel rispetto delle vigenti normative specificatamente applicabili.

È responsabilità del Fornitore eseguire tutte le attività del caso, verificare la completa funzionalità e idoneità all'uso clinico, e comunicare l'avvenuta ultimazione delle operazioni di installazione ed il completamento della fornitura.

**Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Salvatore Vitale**