

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

VERBALE CONFORMITA' TECNICA DEL 12/01/2018

Verbale relativo alla GARA ON-LINE (MePA) per l'affidamento di aghi per l'aspirazione ecoendoscopica transbronchiale CIG: Z6B20A79FE RDO 1762843

L'anno duemiladiciotto il giorno 12 (dodici) del mese gennaio alle ore 13,00 nei locali degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi, siti in Catania, piazza S. Maria di Gesù, 5, si è riunita la Commissione Tecnica, nominata con nota del Direttore Generale n. 216 del 22/12/2017, ed incaricata di procedere alla valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte concorrenti ammesse nella GARA ON-LINE (MePA) per l'affidamento della fornitura , in somministrazione, di n. 20 aghi per l'aspirazione ecoendoscopica transbronchiale legata al fabbisogno della U.O.C. Chirurgia Toracica P.O. GARIBALDI Nesima.

Sono presenti i componenti:

1. Dott. S. GULLOTTA in qualità di Componente, Dirigente medico della Direzione Sanitaria del P.O. Garibaldi Nesima
2. Dott. A. MARESCA, in qualità di Componente, della U.O.C. Chirurgia Toracica P.O. GARIBALDI Nesima.
3. Dott. A. MISSIATO in qualità di Componente, Dirigente medico della U.O.C. Chirurgia Toracica P.O. GARIBALDI Nesima.

P R E M E S S O

Esaminata la documentazione amministrativa, per tutte le ditte partecipanti, veniva attestata ed approvata, sul sito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la documentazione amministrativa presentata, in quanto risulta regolare e conforme alle disposizioni contenute nella Lettera Invito prot. 5337/2017 e pertanto, risultano ammesse alla presente fase le seguenti Ditte:

1. BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
2. COOK ITALIA SRL
3. M.G. LORENZATTO
4. OLYMPUS ITALIA SRL

Ritenuto opportuno precisare, altresì, che l'aggiudicazione della presente gara avverrà, anche in presenza di una sola offerta valida, in favore del concorrente che avrà praticato, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, il prezzo complessivo più basso, che non potrà essere uguale o superiore, a pena di esclusione, all'importo posto a base d'asta del lotto.



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

Premesso quanto suindicato ed a valere quale atto propedeutico all'insediamento della Commissione i componenti ribadiscono , con la sottoscrizione del presente verbale , l'insussistenza delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c. in capo ad ognuno di essi già precedentemente attestata.

La Commissione, dopo aver analizzato le schede tecniche dei prodotti offerti dalle ditte e le prescrizioni della Lettera Invito /Capitolato, perviene alle seguenti conclusioni.

1. DITTA BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.: CONFORME.
2. DITTA COOK ITALIA SRL: NON CONFORME nella documentazione tecnica non viene specificato il materiale dell'ago e non viene specificato alcunchè sulla flessibilità dell'ago stesso. Non viene specificato nulla sulla presenza del meccanismo di feedback audio e tattile che confermi la retrazione dell'ago nella guaina.
3. DITTA M.G. LORENZATTO: NON CONFORME: il materiale di costruzione dell'ago è in acciaio inox o nitinol e non in cromo-cobalto come da richiesta ; non viene specificato nulla sulla flessibilità dell'ago, non viene specificato nulla riguardo il meccanismo di feedback audio e tattile che confermi la retrazione dell'ago nella guaina
4. DITTA OLYMPUS ITALIA SRL: CONFORME

Del che viene redatto il presente verbale composto di n. 2 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Dott. S. GULLOTTA

Dott. A. MARESCA

Dott. A. MISSIATO