

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

VERBALE VERIFICA CONTESTAZIONI

Verbale relativo alla procedura aperta per la fornitura in somministrazione di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio in service per le diverse UU.OO. dell'ARNAS Garibaldi di Catania . N. GARA: 6732528.

L'anno duemiladiciotto il giorno 07 (sette) del mese giugno alle ore 15,10 nei locali degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi, siti in Catania, piazza S. Maria di Gesù, 5, si è riunita la Commissione Tecnica, nominata con nota del Commissario prot. n. 128/COMM. del 27/10/2017 e successivamente modificata con nota del Commissario prot. n. 406/COMM. del 25/05/2018, per procedere all'esame delle seguenti contestazioni formulate dalle ditte :

- **BECTON DICKINSON** rif. T1182/17/Q2 del 19/04/2018, prot. sett.re provv.to n. 2236 del 24/04/2018: revisione della documentazione tecnica presentata dalla ATI BECKMAN – LIOFILCHEM lotto n. 29.
- **BECTON DICKINSON** rif. T1182/17/Q3 del 25/05/2018, Prot. Gen. n. 0009323 del 28/05/2018 prot. sett.re provv.to del 01/06/2018: lotto n. 29 esclusione ATI BECKMAN – LIOLCHEM in quanto non in possesso delle caratteristiche del software gestionale .
- **TOSOH** rif. 17048/2018 del 07/05/2018, prot. sett.re provv.to 08/05/2018 "INFORMATIVA IN ORDINE ALL'INTENTO DI PROPORRE RICORSO GIUDIZIALE RESA AI SENSI DELL'ART. 6 D.LGS 20/03/2010 N. 53" per il lotto n. 17.
- **KLINICOM** del 10/05/2018, Prot. Gen. n. 0008179 del 14/05/2018: riesame lotto n. 6.

Sono presenti i componenti:

1. Dr.ssa Barbara Busà dirigente Servizio farmacia P.O. Garibaldi Nesima, in sostituzione della Dr.ssa Rosa Maria Calcagno ;
2. Dr Salvatore Coletta, Dirigente medico Servizio Patologia Clinica P.O. Garibaldi Centro
3. Dr Salvatore Marescalco , Dirigente medico Servizio Patologia Clinica P.O. Garibaldi Nesima.

Premesso quanto suindicato la Dr.ssa Barbara Busà ribadisce , con la sottoscrizione del presente verbale , l'insussistenza delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c..

Relativamente ai rilievi mossi dalla ditta **BECTON DICKINSON** con note rif. T1182/17/Q2 del 19/04/2018 e rif. 17048/2018 del 07/05/2018 la commissione si riserva di riunirsi successivamente entro sette giorni dalla data odierna.


In merito ai chiarimenti richiesti dalla **TOSOH** con nota rif. 17048/2018 del 07/05/2018 riguardo al lotto 17 la commissione rileva quanto segue: in tale lotto non si evidenzia alcun riscontro con quanto sollevato dalla ditta ricorrente.

In riferimento alla nota della ditta **KLINICOM** riguardo al lotto n. 6 la Commissione, dopo una rivalutazione del lotto in oggetto, dichiara conforme l'offerta al capitolato.

Del che viene redatto il presente verbale composto di n. 1 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

- Barbara Busà
- Salvatore Coletta
- Salvatore Marescalco


Componente



Componente



Componente



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

VERBALE VERIFICA CONTESTAZIONI

Verbale relativo alla procedura aperta per la fornitura in somministrazione di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio in service per le diverse UU.OO. dell'ARNAS Garibaldi di Catania . N. GARA: 6732528.

L'anno duemiladiciotto il giorno 12 (dodici) del mese giugno alle ore 13,10 nei locali degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi, siti in Catania, piazza S. Maria di Gesù, 5, si è riunita la Commissione Tecnica, nominata con nota del Commissario prot. n. 128/COMM. del 27/10/2017 e successivamente modificata con nota del Commissario prot. n. 406/COMM. del 25/05/2018, per procedere all'esame delle seguenti contestazioni formulate dalla ditta :

- **BECTON DICKINSON** rif. T1182/17/Q2 del 19/04/2018, prot. sett.re provv.to n. 2236 del 24/04/2018: revisione della documentazione tecnica presentata dalla ATI BECKMAN – LIOFILCHEM lotto n. 29.
- **BECTON DICKINSON** ATI BECKMAN – LIOLCHEM, Prot. Gen. n. 0009323 del 28/05/2018 prot. sett.re provv.to del 01/06/2018: lotto n. 29 esclusione ATI BECKMAN – LIOLCHEM in quanto non in possesso delle caratteristiche del software gestionale .

Sono presenti i componenti:

1. Dr.ssa Barbara Busà dirigente Servizio farmacia P.O. Garibaldi Nesima;
2. Dr Salvatore Coletta, Dirigente medico Servizio Patologia Clinica P.O. Garibaldi Centro;
3. Dr Salvatore Marescalco , Dirigente medico Servizio Patologia Clinica P.O. Garibaldi Nesima.

In riferimento alla nota rif. T1182/17/Q3 del 25/05/2018 della ditta BECTON DICKINSON si chiede alla ditta ATI BECKMAN – LIOLCHEM, esplicitazione in merito ai punti citati nella stessa nota indicando le caratteristiche del sistema software gestionale inserito nei manuali forniti per la partecipazione alla gara. Del che viene redatto il presente verbale composto di n. 1 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

- Barbara Busà
- Salvatore Coletta
- Salvatore Marescalco

Componente

Barbara Busà

Componente

Salvatore Coletta

Componente

Salvatore Marescalco

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

VERBALE VERIFICA CONTESTAZIONI

Verbale relativo alla procedura aperta per la fornitura in somministrazione di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio in service per le diverse UU.OO. dell'ARNAS Garibaldi di Catania . N. GARA: 6732528.

L'anno duemiladiciotto il giorno 06 (sei) del mese luglio alle ore 08,00 nei locali degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi, siti in Catania, piazza S. Maria di Gesù, 5, si è riunita la Commissione Tecnica, nominata con nota del Commissario prot. n. 128/COMM. del 27/10/2017 e successivamente modificata con nota del Commissario prot. n. 406/COMM. del 25/05/2018, per procedere all'esame dei riscontri comunicati dalle seguenti ditte :

- Ditta **BECTON DICKINSON** nota rif. T1182/17/Q3 del 25/05/2018 per il lotto **29**
- **TOSOH**: nota rif. NN/ss/rd 17048/2018 del 27/06/2018, assunta al prot. Gen. n. 0011566 del 28/06/2018 e al prot. sett.re provv.to n. 3972 del 27/06/2018, con la quale la ditta chiede di rivedere l'offerta tecnica della ditta A.MENARINI per il lotto n. **17** alla luce della precisazione prot. 197 del 20/09/2017

Sono presenti i componenti:

1. Dr.ssa Barbara Busà dirigente Servizio farmacia P.O. Garibaldi Nesima;
2. Dr Salvatore Coletta, Dirigente medico Servizio Patologia Clinica P.O. Garibaldi Centro;
3. Dr Salvatore Marescalco , Dirigente medico Servizio Patologia Clinica P.O. Garibaldi Nesima.

lotto 29: In riferimento alla nota rif. T1182/17/Q3 del 25/05/2018 della Ditta BECTON DICKINSON la commissione, dopo una attenta rivalutazione dell'offerta della ditta ATI **BECKMAN COULTER – LIOFILCHEM** ritiene la stessa **conforme** al capitolato di gara.

lotto 17: In riferimento alla nota rif. NN/ss/rd 17048/2018 del 27/06/2018 della Ditta **TOSOH** la commissione, dopo una attenta rivalutazione dell'offerta della ditta A.MENARINI alla luce del chiarimento n. 5 pubblicato sul sito Aziendale in data 20/09/2017 afferente al precisazione prot. 197 del 20/09/2017 ritiene la stessa offerta **non conforme** per i seguenti punti:

- Piatto campionatore non inferiore a 50 posti con possibilità di inserire campioni, calibratori e controlli nello stesso RACK
- velocità analitica non inferiore a 50 test/ora.

La Menarini non permette di inserire campioni , calibratori e controlli nello stesso RACK

La velocità analitica è di 40 campioni/ora.

La ditta **TOSOH** , altresì, non risulta conforme per il seguente punto:

- sistema di tracciabilità del lotto e della scadenza dei reagenti , in quanto manca completamente

Mentre la ditta **BIORAD** non risulta conforme per i seguenti punti:

- lettore con codice a barre per i campioni
- la velocità analitica non inferiore a 50 test/ora
- nessuna interferenza da HbF fino al 30%
- sistema di tracciabilità del lotto e della scadenza dei reagenti

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

Infatti la ditta fornisce:

- riguardo al primo punto lettore di codice a barre per RACK e per posizione del campione;
- riguardo al secondo una velocità analitica di 20 test/ora
- riguardo al terzo punto assicura una non interferenza fino a 10% di HbF
- riguardo al quarto punto manca la tracciabilità della scadenza dei reagenti

Del che viene redatto il presente verbale composto di n. 2 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

- Barbara Busà	Componente	<u>Barbara Busà</u>
- Salvatore Coletta	Componente	<u>Salvatore Coletta</u>
- Salvatore Marescalco	Componente	<u>Salvatore Marescalco</u>