



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

VERBALE DEL 13 NOVEMBRE 2017 n. 1

Verbale relativo alla procedura aperta per la fornitura in somministrazione di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio in service per le diverse UU.OO. dell'ARNAS Garibaldi di Catania . N. GARA: 6732528.

L'anno duemiladiciassette il giorno 13 (tredici) del mese novembre alle ore 08,30 nei locali degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi, siti in Catania, piazza S. Maria di Gesù, 5, si è riunita la Commissione Tecnica, nominata con nota del Commissario prot. n. 128/COMM. del 27/10/2017, ed incaricata di procedere alla valutazione della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti ammesse nelle sedute del 23/10/2017 e 24/10/2017 alla gara per la fornitura in somministrazione di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio in service per le diverse UU.OO. dell'ARNAS Garibaldi di Catania . N. GARA: 6732528.

Sono presenti i componenti:

1. Dr.ssa Rosa Maria Calcagno dirigente Servizio farmacia P.O. Garibaldi Nesima in qualità di componente;
2. Dr Salvatore Coletta, Dirigente medico Servizio Patologia Clinica P.O. Garibaldi Centro , in qualità di componente;
3. Dr Salvatore Marescalco , Dirigente medico Servizio Patologia Clinica P.O. Garibaldi Nesima , in qualità di componente;

P R E M E S S O

Che con il verbale di deliberazione n. 745 del 06/10/2016 quest'ARNAS Garibaldi autorizzava, ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016 , la realizzazione di una gara per la fornitura , per somministrazione triennale , di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio , suddivisa in n° 55 Lotti , da aggiudicare secondo il criterio sancito dall'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e, cioè in favore della ditta che avrebbe presentato il minor prezzo per il singolo Lotto, nel rispetto delle basi d'asta indicate nella scheda consumi e prevedeva la pre-informazione del capitolato di gara ai sensi dell'art 66 DLGS 50/2016;

Che in seguito a detta pre-informazione sono pervenute n. 56 richieste di chiarimenti da diverse ditte potenzialmente concorrenti;

Che, successivamente, con verbale di deliberazione n. 389 del 26/05/2017, si è preso atto del Capitolato tecnico trasmesso con email del 18/05/2017 , prot. provv.to n. 2456 del 19/05/2017 dal Servizio Farmacia " verificato e corretto" alla luce dei chiarimenti inoltrati dalle ditte concorrenti in seguito alla preinformazione dello stesso e articolato in n. 46 lotti

Che in data 23/10/2017 e 24/10/2017 si sono svolte le sedute di ammissione preliminare ;

Che in quelle sedi sono state ammesse alla successiva fase di valutazione tecnica le seguenti ditte :



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

1)ACCELERATE DIAGNOSTICS; 2)ADA; 3)DIAMEDICA; 4)DIESSE; 5)EUROIMMUN;6)THERMOFISHER; 7)A.MENARINI; 8) BIOMERIEUX; 10)CEPHEID; 11)SEBIA; 12) GEPA; 13)ATI BECKMAN COULTER – LIOFILCHEM; 14)ATI DASIT - DIASORIN; 15)DASIT; 16)BECKMAN COULTER; 17)KLINICOM; 18)TOSOH BIOSCIENCE; 19)NUCLEAR LASER; 20) INSTRUMENTATION LABORATORY;21)BIORAD;22) AB ANALITICA; 23)OMNIA;24)BECTONDICKINSON 25)ARROW; 26)ROCHE; 27)SERVIZI DIAGNOSTICI

Che il giudizio della presente Commissione verrà espresso , su tutte le offerte ammesse pienamente nella sedute espletate giorno 23/10/2017 e 24/10/2017 , seguendo le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara, sulla base della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte concorrenti - e trasmessa in data odierna dal RUP ;

Premesso quanto suindicato ed a valere quale atto propedeutico all'insediamento della Commissione i componenti ribadiscono , con la sottoscrizione del presente verbale , l'insussistenza delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c. in capo ad ognuno di essi già precedentemente attestata.

Effettuato quanto sopraddetto si prende atto dell'avvenuto insediamento della Commissione tecnica nominata con nota del Commissario prot. n. 128/COMM. del 27/10/2017.

Premesso quanto sopra, la Commissione tecnica stabilisce , all'unanimità , di articolare il proprio lavoro secondo le sotto indicate fasi:

1. Lettura degli articoli attinenti gli aspetti principali della gara in argomento nel suo complesso nonché di quelli attinenti i lavori della Commissione previsti nel relativo Disciplinare di gara e di tutte le note di chiarimenti pubblicati sul sito aziendale www.ao-garibaldi.ct.it e avvisi di rettifica del bando di gara;
2. Definizione delle concrete modalità di lavoro della Commissione atte a consentire una migliore analisi della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti.
3. Esame , per ogni singolo concorrente , della documentazione tecnica custodita all'interno degli armadi dei locali del Settore Provveditorato e di cui accerta la concreta sussistenza - allo scopo di verificare in prima istanza la conformità dei prodotti offerti a quanto richiesto dal Capitolato tecnico adottato con deliberazione n. 389/2017 .

I citati componenti procedono all'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte 1)ACCELERATE DIAGNOSTICS; 2)ADA; 3)DIAMEDICA 4) DIESSE; 5) EUROIMMUN 6) THERMOFISHER e 7) MENARINI e dalla verifica tecnica pervengono alle seguenti conclusioni :

1)ACCELERATE DIAGNOSTICS : lotto 42 : CONFORME;
2)ADA lotto 35 : CONFORME; lotto 41 : CONFORME



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

3) DIAMEDICA lotto 4: CONFORME

4) DIESSE lotto 26: CONFORME;

5) EUROUIMMUN lotto 32 b CONFORME LOTTO 32 SUB C: in riferimento all'offerta per il dosaggio della chlamydia trachomatis da tampone vaginale completo di set di prelievo e trasporto si chiede alla ditta di chiarire quale tipologia di dosaggio offre (lotto 32 a deserto)

6) THERMOFISHER lotto 34: CONFORME

7) MENARINI lotto 14: CONFORME; lotto 17: CONFORME; lotto 20: CONFORME; lotto 25: CONFORME;

Terminati i lavori i plichi contenenti la documentazione vengono ricollocati e custoditi all'interno dei locali del Settore Provveditorato dell' Azienda Ospedaliera Garibaldi .

La Commissione decide di riunirsi giorno 15 c.m. ore 10.30 .

Dell'odierna seduta conclusa alle ore 14,00 viene redatto il presente verbale che letto e confermato viene come infra sottoscritto.

Del che viene redatto il presente verbale composto di n. 3 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

- Rosa Maria Calcagno
- Salvatore Coletta
- Salvatore Marescalco

Componente
Componente
Componente



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

VERBALE DEL 15 NOVEMBRE 2017 n. 2

Verbale relativo alla procedura aperta per la fornitura in somministrazione di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio in service per le diverse UU.OO. dell'ARNAS Garibaldi di Catania . N. GARA: 6732528.

L'anno duemiladiciassette il giorno 15 (tredici) del mese novembre alle ore 10,45 nei locali degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi, siti in Catania, piazza S. Maria di Gesù, 5, i Sigg.ri Dr.ssa Rosa Maria Calcagno , Dr Salvatore Coletta e il Dr Salvatore Marescalco in qualità di componenti della Commissione Tecnica, nominata con nota del Commissario prot. n. 128/COMM. del 27/10/2017, ed incaricata della valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte concorrenti alla procedura aperta di cui all'oggetto, si sono riuniti per procedere, così come stabilito dalla stessa Commissione nella seduta del 13/11/2017 di cui al relativo verbale n. 1 , ad una analisi della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti alla gara di che trattasi

PREMESSO QUANTO SOPRA

I citati componenti, accertata , per ogni singolo concorrente , la concreta sussistenza quali/quantitativa lotto per lotto della documentazione trasmessa dal RUP procedono all'esame del materiale tecnico presentato dalle ditte : **8) BIOMERIEUX; 10) CEPHEID; 11) SEBIA; 12) GEPA; 13) ATI BECKMAN COULTER – LIOFILCHEM** pervengono alle seguenti conclusioni :

8) BIOMERIEUX: lotto 46 CONFORME ;

10) CEPHEID: lotto 37 CONFORME ;

11) SEBIA: lotto 27 CONFORME ;

12) GEPA: lotto 2 la ditta si presenta unicamente per la voce 2) sub 2 *TEST PER LA DETERMINAZIONE RAPIDA DEL BIOMARCATORE DI SEPSI*, la quale risulta **CONFORME**;

13) ATI BECKMAN COULTER – LIOFILCHEM: lotto 29 CONFORME ;

Terminati i lavori i plichi contenenti la documentazione vengono ricollocati e custoditi all'interno dei locali del Settore Provveditorato dell' Azienda Ospedaliera Garibaldi .

La Commissione decide di riunirsi giorno 30 c.m. ore 10.30 .

Dell'odierna seduta conclusa alle ore 14,00 viene redatto il presente verbale che letto e confermato viene come infra sottoscritto.

Del che viene redatto il presente verbale composto di n. 1 pagina che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

- Rosa Maria Calcagno
- Salvatore Coletta
- Salvatore Marescalco

Componente
Componente
Componente



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

VERBALE DEL 30 NOVEMBRE 2017 n. 3

Verbale relativo alla procedura aperta per la fornitura in somministrazione di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio in service per le diverse UU.OO. dell'ARNAS Garibaldi di Catania . N. GARA: 6732528.

L'anno duemiladiciassette il giorno 30 (trenta) del mese novembre alle ore 10,45 nei locali degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi, siti in Catania, piazza S. Maria di Gesù, 5, i Sigg.ri Dr.ssa Rosa Maria Calcagno , Dr Salvatore Coletta e il Dr Salvatore Marescalco in qualità di componenti della Commissione Tecnica, nominata con nota del Commissario prot. n. 128/COMM. del 27/10/2017, ed incaricata della valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte concorrenti alla procedura aperta di cui all'oggetto, si sono riuniti per procedere, così come stabilito dalla stessa Commissione nella seduta del 13/11/2017 di cui al relativo verbale n. 1 , ad una analisi della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti alla gara di che trattasi

PREMESSO QUANTO SOPRA

I citati componenti, accertata , per ogni singolo concorrente , la concreta sussistenza quali/quantitativa lotto per lotto della documentazione trasmessa dal RUP procedono all'esame del materiale tecnico presentato dalla ditta : **14)ATI DASIT - DIASORIN** pervengono alle seguenti conclusioni:

14)ATI DASIT - DIASORIN lotto 28: la commissione prende atto che il prodotto offerto è conforme nelle specificità tecniche. Riguardo al pannello degli analiti offerti si evidenzia che il dosaggio della 17 OH Progesterone non è presente nella documentazione prodotta in quanto il dosaggio di questo analita non viene effettuato con la metodologia richiesta dal capitolato. La commissione ha espresso parere di conformità giacchè da una indagine di mercato condotta dalla commissione stessa non risulta in commercio la possibilità di dosare il sovraddetto analita con "metodologia chemiluminescenza o metodica equivalente, non micropiastra", come richiesta da Capitolato


Terminati i lavori i plichi contenenti la documentazione vengono ricollocati e custoditi all'interno dei locali del Settore Provveditorato dell' Azienda Ospedaliera Garibaldi .

Dell'odierna seduta conclusa alle ore 13,00 viene redatto il presente verbale che letto e confermato viene come infra sottoscritto.

Del che viene redatto il presente verbale composto di n. 1 pagina che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

- Rosa Maria Calcagno
- Salvatore Coletta
- Salvatore Marescalco

Componente
Componente
Componente







AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

VERBALE DEL 15 DICEMBRE 2017 n. 4

Verbale relativo alla procedura aperta per la fornitura in somministrazione di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio in service per le diverse UU.OO. dell'ARNAS Garibaldi di Catania . N. GARA: 6732528.

L'anno duemiladiciassette il giorno 15 (quindici) del mese dicembre alle ore 10,45 nei locali degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi, siti in Catania, piazza S. Maria di Gesù, 5, i Sigg.ri Dr.ssa Rosa Maria Calcagno , Dr Salvatore Coletta e il Dr Salvatore Marescalco in qualità di componenti della Commissione Tecnica, nominata con nota del Commissario prot. n. 128/COMM. del 27/10/2017, ed incaricata della valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte concorrenti alla procedura aperta di cui all'oggetto, si sono riuniti per procedere, così come stabilito dalla stessa Commissione nella seduta del 13/11/2017 di cui al relativo verbale n. 1 , ad una analisi della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti alla gara di che trattasi

PREMESSO QUANTO SOPRA

I citati componenti, accertata , per ogni singolo concorrente , la concreta sussistenza quali/quantitativa lotto per lotto della documentazione trasmessa dal RUP procedono all'esame del materiale tecnico presentato dalle ditte: **15) DASIT; 16)BECKMAN COULTER 17)KLINICOM; 18)TOSOH BIOSCIENCE; 19)NUCLEAR LASER e 20) INSTRUMENTATION LABORATORY** pervengono alle seguenti conclusioni:

15) DASIT LOTTO 23 NON CONFORME: il capitolato prevede che vengono forniti per ciascun presidio ospedaliero n. 2 analizzatori con medesime caratteristiche. Ogni analizzatore deve avere cadenza analitica di almeno 100 campioni/ora ; campionamento automatico da 100 posti ; la ditta offre, invece; un sistema che in totale consente un campionamento da 100 posti e non 2 da 100 posti.; nel capitolato viene pure richiesto un sistema esperto ematologico intendendo per sistema esperto un dispositivo automatico che individui e presenti automaticamente le immagini delle cellule ematiche secondo il tipo presenti nelle strisce ematiche di sangue periferico, mentre la ditta propone esclusivamente un software che collegato al microscopio ottico consenta di acquisire ed archiviare immagini eventualmente richieste dall'operatore sanitario

16)BECKMAN COULTER : LOTTO 23: CONFORME

17) KLINICOM LOTTO 6: NON CONFORME: non si evince la connessione al sistema gestionale interno. Né i sistemi di trasporto . Non vengono citati se i rubinetti sono a tre vie. Non vengono citati se presenti le mini-sacche da 10 e da 1 ml richieste ;

18) TOSOH BIOSCIENCE LOTTO 17: CONFORME

LOTTO 20: CONFORME: la ditta non propone affinità al boronato , ma dopo i chiarimenti richiesti dalla stessa ditta in data 04/08/2017 e le risposte dei 2 laboratori di Patologia Clinica del P.O. Garibaldi Nesima e P.O. Garibaldi Centro si ammette dando giudizio di conformità

19) NUCLEAR LASER lotto 38 CONFORME ;

20) INSTRUMENTATION LABORATORY lotto 24 CONFORME






AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

Terminati i lavori i plichi contenenti la documentazione vengono ricollocati e custoditi all'interno dei locali del Settore Provveditorato dell' Azienda Ospedaliera Garibaldi .

Dell'odierna seduta conclusa alle ore 13,00 viene redatto il presente verbale che letto e confermato viene come infra sottoscritto.

Del che viene redatto il presente verbale composto di n. 1 pagina che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

- Rosa Maria Calcagno	Componente	<u></u>
- Salvatore Coletta	Componente	<u></u>
- Salvatore Marescalco	Componente	<u></u>

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

VERBALE DEL 19 GENNAIO 2018 n. 5

Verbale relativo alla procedura aperta per la fornitura in somministrazione di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio in service per le diverse UU.OO. dell'ARNAS Garibaldi di Catania . N. GARA: 6732528.

L'anno duemiladiciotto il giorno 19 (diciannove) del mese gennaio alle ore 10,30 nei locali degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi, siti in Catania, piazza S. Maria di Gesù, 5, i Sigg.ri Dr.ssa Rosa Maria Calcagno , Dr Salvatore Coletta e il Dr Salvatore Marescalco in qualità di componenti della Commissione Tecnica, nominata con nota del Commissario prot. n. 128/COMM. del 27/10/2017 ed incaricata della valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte concorrenti alla procedura aperta di cui all'oggetto, si sono riuniti per procedere, così come stabilito dalla stessa Commissione nella seduta del 13/11/2017 di cui al relativo verbale n. 1 , ad una analisi della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti alla gara di che trattasi

PREMESSO QUANTO SOPRA

I citati componenti, accertata , per ogni singolo concorrente , la concreta sussistenza quali/quantitativa lotto per lotto della documentazione trasmessa dal RUP procedono all'esame del materiale tecnico presentato dalle ditte : **21)BIORAD; 22) AB ANALITICA; 23)OMNIA;** pervengono alle seguenti conclusioni:

21)BIORAD lotto: **14 CONFORME;**

LOTTO 17: CONFORME

LOTTO 19: CONFORME alla luce del chiarimento prot. 4209 del 07/09/2017 infatti l'effettiva estensione del lotto inizia nella casella " i liquidi biologici di controllo..." e finisce con la casella "i liquidi di controllo per torch"

LOTTO 21: CONFORME

22) AB ANALITICA : In sede di verifica tecnica del **lotto 44** la commissione, preso atto della dichiarazione del Direttore dell'U.O. richiedente dottoressa Diana Cinà, pervenuta alla Commissione in data 07 gennaio 2018, rileva che i tre test richiesti :

-HIV RESISTENZE

-HCV GENOTIPIZZAZIONE E RESISTENZE

-HBV RESISTENZE

non sono eseguibili con certificazione CE-IVD sulla strumentazione NGS: trattasi di refuso.

Pertanto la commissione ritiene utile , al fine di non vanificare le procedure di gara e vista l'importanza della diagnostica e dell'alta tecnologia di esecuzione contemplata nel capitolato, di considerare e aggiudicare le offerte pervenute inerenti il lotto 44 anche senza l'offerta dei reattivi sopra citati.

23)OMNIA; lotto **36: CONFORME**


Terminati i lavori i plichi contenenti la documentazione vengono ricollocati e custoditi all'interno dei locali del Settore Provveditorato dell' Azienda Ospedaliera Garibaldi .

Dell'odierna seduta conclusa alle ore 14,00 viene redatto il presente verbale che letto e confermato viene come infra sottoscritto.

Del che viene redatto il presente verbale composto di n. 1 pagina che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

– Rosa Maria Calcagno

Componente





AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

- Salvatore Coletta
- Salvatore Marescalco

Componente

Salvatore Coletta

Componente

Salvo Marescalco

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

VERBALE DEL 30 GENNAIO 2018 n. 6

Verbale relativo alla procedura aperta per la fornitura in somministrazione di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio in service per le diverse UU.OO. dell'ARNAS Garibaldi di Catania . N. GARA: 6732528.

L'anno duemiladiciotto il giorno 30 (trenta) del mese gennaio alle ore 09,30 nei locali degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi, siti in Catania, piazza S. Maria di Gesù, 5, i Sigg.ri Dr.ssa Rosa Maria Calcagno , Dr Salvatore Coletta e il Dr Salvatore Marescalco in qualità di composi sono riuniti per procedere, così come stabilito dalla stessa Commissione nella seduta del 13/11/2017 di cui al relativo verbale n. 1 , ad una analisi della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti alla gara di che trattasi

PREMESSO QUANTO SOPRA

I citati componenti, accertata , per ogni singolo concorrente , la concreta sussistenza quali/quantitativa lotto per lotto della documentazione trasmessa dal RUP procedono all'esame del materiale tecnico presentato dalle ditte : **22) AB ANALITICA ; 24)BECTONDICKINSON 25) ARROW;26)ROCHE** pervengono alle seguenti conclusioni:

22) AB ANALITICA lotto **44** CONFORME secondo quanto da verbale del 19 gennaio 2018

24)BECTON DICKINSON lotto **2**:CONFORME-lotto **29**:CONFORME-lotto**30**:CONFORME- lotto **33**: CONFORME

25)ARROW; LOTTO **39**: la commissione tecnica propone di richiedere chiarimenti alla ditta Arrow in merito al reagente PCA3 previsto dal Capitolato di cui non si evince chiaramente l'offerta. Si richiede pertanto se tale reagente è stato offerto con altra denominazione; LOTTO **45**: la commissione tecnica propone di richiedere chiarimenti alla ditta Arrow in merito al n. 1 borsa di studio che veniva richiesta nel capitolato e che non si evince in maniera esplicita nell'offerta

26)ROCHE: LOTTO **12** CONFORME

Lotto **40** NON CONFORME: il capitolato di gara richiede un analizzatore completamente automatico dalla estrazione alla refertazione senza alcun intervento dell'operatore ; mentre la ditta offre un sistema integrato che richiede l'intervento dell'operatore

Lotto **43**: la commissione tecnica propone di richiedere chiarimenti alla ditta in merito la totalità dei pannelli del controllo qualità offerti, in particolare per i settori di ematologia e coagulazione forniti da ditta diversa dall'offerente. Contemporaneamente si prega di chiarire se l'offerta comprenda il sistema gestionale per il CQ , unico ed esperto

Terminati i lavori i plichi contenenti la documentazione vengono ricollocati e custoditi all'interno dei locali del Settore Provveditorato dell' Azienda Ospedaliera Garibaldi .

Dell'odierna seduta conclusa alle ore 13,00 viene redatto il presente verbale che letto e confermato viene come infra sottoscritto.


Del che viene redatto il presente verbale composto di n. 1 pagina che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

- Rosa Maria Calcagno
- Salvatore Coletta
- Salvatore Marescalco

Componente

Componente

Componente





AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

VERBALE DEL 07 FEBBRAIO 2018 n. 7

Verbale relativo alla procedura aperta per la fornitura in somministrazione di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio in service per le diverse UU.OO. dell'ARNAS Garibaldi di Catania . N. GARA: 6732528.

L'anno duemiladiciotto il giorno 30 (trenta) del mese gennaio alle ore 09,30 nei locali degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi, siti in Catania, piazza S. Maria di Gesù, 5, i Sigg.ri Dr.ssa Rosa Maria Calcagno , Dr Salvatore Coletta e il Dr Salvatore Marescalco in qualità di componenti della Commissione Tecnica, nominata con nota del Commissario prot. n. 128/COMM. del 27/10/2017 ed incaricata della valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte concorrenti alla procedura aperta di cui all'oggetto, si sono riuniti per procedere, così come stabilito dalla stessa Commissione nella seduta del 13/11/2017 di cui al relativo verbale n. 1 , ad una analisi della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti alla gara di che trattasi

PREMESSO QUANTO SOPRA

I citati componenti, accertata la concreta sussistenza quali/quantitativa lotto per lotto della documentazione trasmessa dal RUP procedono all'esame del materiale tecnico presentato dalla ditta **27)SERVIZI DIAGNOSTICI** pervengono alle seguenti conclusioni:

27)SERVIZI DIAGNOSTICI LOTTO 22 SUB A: CONFORME - LOTTO 22 SUB B: CONFORME


Terminati i lavori i plichi contenenti la documentazione vengono ricollocati e custoditi all'interno dei locali del Settore Provveditorato dell' Azienda Ospedaliera Garibaldi .

Dell'odierna seduta conclusa alle ore 13,00 viene redatto il presente verbale che letto e confermato viene come infra sottoscritto.

Del che viene redatto il presente verbale composto di n. 1 pagina che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

- Rosa Maria Calcagno
- Salvatore Coletta
- Salvatore Marescalco

Componente



Componente



Componente



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

Verbale relativo alla procedura aperta per la fornitura in somministrazione di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio in service per le diverse UU.OO. dell'ARNAS Garibaldi di Catania . N. GARA: 6732528.

VERBALE CONCLUSIVO DELLA COMMISSIONE TECNICA

L'anno duemiladiciotto il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 09, nei locali degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi, siti in Catania, piazza S. Maria di Gesù, 5, si è riunita la Commissione Tecnica, nominata con nota del Commissario prot. n. 128/COMM. del 27/10/2017, ed incaricata di procedere alla valutazione della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti ammesse nelle sedute del 23/10/2017 e 24/10/2017 alla gara per la fornitura in somministrazione di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio in service per le diverse UU.OO. dell'ARNAS Garibaldi di Catania . N. GARA: 6732528.

Sono presenti i componenti:

1. Dr.ssa Rosa Maria Calcagno dirigente Servizio farmacia P.O. Garibaldi Nesima in qualità di componente;
2. Dr Salvatore Coletta, Dirigente medico Servizio Patologia Clinica P.O. Garibaldi Centro , in qualità di componente;
3. Dr Salvatore Marescalco , Dirigente medico Servizio Patologia Clinica P.O. Garibaldi Nesima , in qualità di componente;

PREMESSO

Che con il verbale di deliberazione n. 745 del 06/10/2016 quest'ARNAS Garibaldi autorizzava, ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016 , la realizzazione di una gara per la fornitura , per somministrazione triennale , di diagnostici e sistemi diagnostici di laboratorio , suddivisa in n° 55 Lotti , da aggiudicare secondo il criterio sancito dall'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e , cioè in favore della ditta che avrebbe presentato il minor prezzo per il singolo Lotto, nel rispetto delle basi d'asta indicate nella scheda consumi e prevedeva la pre-informazione del capitolato di gara ai sensi dell'art 66 DLGS 50/2016;

Che in seguito a detta pre-informazione sono pervenute n. 56 richieste di chiarimenti da diverse ditte potenzialmente concorrenti;

Che, successivamente, con verbale di deliberazione n. 389 del 26/05/2017, si è preso atto del Capitolato tecnico trasmesso con email del 18/05/2017 , prot. provv.to n. 2456 del 19/05/2017 dal Servizio Farmacia " verificato e corretto" alla luce dei chiarimenti inoltrati dalle ditte concorrenti in seguito alla preinformazione dello stesso e articolato in n. 46 lotti

Che in data 23/10/2017 e 24/10/2017 si sono svolte le sedute di ammissione preliminare ;

Che in quelle sedi sono state ammesse alla successiva fase di valutazione tecnica le seguenti ditte :



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

1)ACCELERATE DIAGNOSTICS; 2)ADA; 3)DIAMEDICA; 4)DIESSE; 5)EUROIMMUN;6)THERMOFISHER; 7)A.MENARINI; 8) BIOMERIEUX; 10)CEPHEID; 11)SEBIA; 12) GEPA; 13)ATI BECKMAN COULTER – LIOFILCHEM; 14)ATI DASIT - DIASORIN; 15)DASIT; 16)BECKMAN COULTER; 17)KLINICOM; 18)TOSOH BIOSCIENCE; 19)NUCLEAR LASER; 20) INSTRUMENTATION LABORATORY;21)BIORAD;22) AB ANALITICA; 23)OMNIA;24)BECTONDICKINSON 25)ARROW; 26)ROCHE; 27)SERVIZI DIAGNOSTICI

che in data 13/11/2017, come risulta dal relativo verbale n. 1 che costituisce parte integrante del presente verbale, la Commissione Tecnica , in forma riservata, si è insediata e ha dato avvio ai propri lavori;

- che in data 15 e 30 novembre, 15 dicembre, 19 e 30 gennaio e 7 febbraio , come risulta dai verbali allegati, che costituiscono parte integrante del presente verbale, la sottoscritta Commissione Tecnica si è riunita, in forma riservata, per procedere alla valutazione delle offerte ammesse;
- che il giudizio della Commissione, reso in conformità alle indicazioni contenute nel Disciplinare di gara e con le modalità operative indicate nel verbale del 13/11/2017, è stato espresso, sulla base della documentazione tecnica dalle Ditte ammesse alla fase di valutazione tecnica, al fine di verificare, attraverso la valutazione delle caratteristiche tecniche proposte, la conformità tecnica della fornitura offerta;
- che, in particolare, i giudizi della Commissione sono stati espressi utilizzando le terminologie come di seguito precisato:
 - **CONFORME:** nel caso in cui il prodotto offerto sia risultato corrispondente o equivalente alle specifiche tecniche richieste in capitolato;
 - **NON CONFORME:** nel caso in cui il prodotto offerto non sia risultato né corrispondente né equivalente alle specifiche tecniche, ovvero difforme per misure ,tipologie e quantità dei prodotti richiesti ovvero inadatto all'utilizzo;
 - **NON VALUTABILE:** nel caso in cui le caratteristiche dei prodotti offerti non siano risultate esaminabili per inadempienza alla disposizioni precisate all'art. 7 del Disciplinare di gara;

PRECISATO QUANTO SOPRA PREMESSO

La Commissione, in via preliminare, ritiene di dovere precisare, come preso atto delle risposte ai chiarimenti richiesti con prot. 0001997 del 02/02/2018 alla ditta ARROW; prot. 0001998 del 02/02/2018 alla ditta EUROIMMUN; prot. 0002000 del 02/02/2018 alla ditta ROCHE :

lotto 39 ditta Arrow : la ditta con nota prot. aog 0002326 del 08/02/2018 dichiara che il test PCA3 non è stato offerto come indicato nella relazione tecnica a pag. n. 35 in quanto sul mercato non esiste un test eseguibile con la tecnologia Real time PCR richiesta dal capitolato

lotto 45 la ditta Arrow conferma la propria disponibilità a fornire una borsa di studio mirata alla realizzazione di protocolli diagnostici molecolari innovativi in caso di aggiudicazione

lotto 32 – sub lotto c la ditta Eurimmun, con nota prot. aog. 0002476 del 12/02/2018 . dichiara che non ha offerto il prodotto "chlamydia tracomatis da tampone vaginale completo di set di prelievo" con test IF ELISA a singola voce in quanto non commercializzato

M. G. C.

Stella

Caputo



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

lotto 43 ditta ROCHE : la ditta, con nota prot. provv. 873 del 13/02/2018, conferma che l'offerta si intende comprensiva di tutti i pannelli di controllo-qualità richiesti da capitolato , ivi compresi i pannelli per i settori Ematologia e Coagulazione e il sistema gestionale per il CQ unico ed esperto.

La Commissione ha proceduto nelle sette sedute indicate in premessa, all'esame della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte ammesse alla fase di valutazione tecnica, al fine di verificare, attraverso l'esame delle caratteristiche tecniche proposte, la conformità tecnica della fornitura offerta e, quindi, la relativa rispondenza ai requisiti minimi indicati nel capitolato tecnico di gara.

La Commissione ribadisce i giudizi espressi nei verbali n. 1 del 13/11/2017, n. 2 del 15/11/2017 , n. 3 del 30/11/2017, n. 4 del 15/12/2017, n. 5 del 19/01/2018 , n. 6 del 30/01/2018 e n. 7 del 7/02/2018 rimodulati alla luce delle risposte ai chiarimenti richiesti con note prot. 0001997 del 02/02/2018 alla ditta ARROW; prot. 0001998 del 02/02/2018 alla ditta EUROIMMUN e prot. 0002000 del 02/02/2018 alla ditta ROCHE e, pertanto, dichiara nella seduta odierna i lotti 32, 39, 43 e 45 CONFORMI

Terminati i lavori alle ore 13,30, i plichi contenenti la documentazione tecnica vengono ricollocati e custoditi all'interno degli armadi della sala gare del Settore Provveditorato dell'ARNAS Garibaldi.

Del che viene redatto il presente verbale che letto e confermato viene come infra sottoscritto.

La Commissione tecnica.

- Rosa Maria Calcagno
- Salvatore Coletta
- Salvatore Marescalco

Componente

Componente

Componente
