




VERBALE CONFORMITA' TECNICA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, A CARATTERE D'URGENZA, IN MODALITA' TELEMATICA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI SERVIZI CONNESSI. Lotto 8

La commissione tecnica, giorno 10 Novembre alle ore 9.00 si riunisce per la verifica delle contestazioni prodotte dalla ditta OPT s.r.l relative al lotto 8 , presso la sede del Settore Provveditorato con il seguente esito:

In riferimento al requisito n°17 relativo alla suddivisione dei piani operatori multidisciplinari in almeno otto sezioni, si prende atto che la configurazione del piano operatorio multidisciplinare offerto è di otto sezioni come richiesto dal capitolato (Codici: 88120001 sez. centrale, 9905055 sez. testa, 9933052P sez. schiena inferiore, 9933055 sez. schiena superiore e 9933051 sez. gambe in quattro parti con doppio snodo).

In riferimento alla movimentazione richiesta della sezione centrale e delle sezioni schiena superiore e schiena inferiore, si prende atto che la movimentazione dichiarata è elettromeccanica e non manuale. Per quanto riguarda la movimentazione schiena superiore, la movimentazione elettrica dichiarata è di +90°/-90° e quindi rispondente alle caratteristiche richieste nel capitolato.

Alla luce delle contestazioni inviateci e dopo rivalutazione delle caratteristiche tecniche si dichiara l'offerta della Ditta OPT s.r.l. **CONFORME.**

Dr. Coniglio 

Dott.ssa Di Stefano 

Dr. Calabrese 