

## VERBALE DI GARA PROCEDURA MEPA RDO N. 2568802 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CAPPA A FLUSSO LAMINARE VERTICALE "BIOHAZARD" DI CLASSE II

L'anno 2020 il giorno 10 del mese di settembre presso i locali del Settore Provveditorato dell'ARNAS Garibaldi di Catania siti in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, sono presenti:

- ✓ Dott.ssa Carmela Angiolillo, Coadiutore Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato, in qualità di RUP della procedura di gara RDO n. 2568802;
- ✓ Dott.ssa Alessandra Scalia, Collaboratore Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato, in qualità di componente ;
- ✓ Dott.ssa Michela Digrazia, Dirigente Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato, in qualità di componente ;

### Premesso che:

- Questa ARNAS ha avviato in data 15.05.2020, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) D.Lgs 50/2016, una RDO Aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura e posa in opera di una cappa a flusso laminare verticale "BIOHAZARD" da installare presso L'U.O.C. di Patologia Clinica del P.O. Garibaldi Centro;
- L'Appalto risulta articolato in un lotto, unico ed indivisibile, la procedura di gara verrà aggiudicata, solamente in presenza di almeno due offerte valida, in favore dell'Operatore Economico che avrà praticato, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 il prezzo più basso su quello posto a base d'asta;
- Entro il termine perentorio di giorno 04.06.2020 ore 13,00, previsto per la presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte dei sotto elencati Operatori Economici:

### LOTTO 1 - CIG Z172CFCODE

- ✓ AQUARIA SRL;
- ✓ CARLO ERBA REAGENTS;
- ✓ VWR INTERNATIONAL S.R.L.;
- ✓ AHSI;
- ✓ CHEMIC ALS;
- ✓ MONTEPAONE S.R.L.

Che nella seduta pubblica di giorno 15.06.2020, giusto verbale redatto in pari data, a seguito della verifica della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici concorrenti sono state ammesse con riserva per integrazione di documentazione amministrativa la ditta ACQUARIA SRL, la ditta ASHI e la ditta CHEMIC ALS.

L'integrazione della documentazione amministrativa richiesta alla ditta ACQUARIA SRL e alla ditta ASHI è stata evasa, giusto verbale di giorno 26.06.2020, e dunque risultano ammesse nella successiva fase di gara. Visti i verbali di giorno 15.06.2020 e di giorno 26.06.2020 che si intendono integralmente richiamati e trascritti;



1

Preso atto che gli Operatori Economici ammessi all'apertura della documentazione tecnica sono:

- ✓ AQUARIA SRL;
- ✓ CARLO ERBA REAGENTS;
- ✓ VWR INTERNATIONAL S.R.L.;
- ✓ AHSI;
- ✓ MONTEPAONE S.R.L.

Che la documentazione tecnica è stata trasmessa al Responsabile dell'U.O.C. di Patologia Clinica, al fine di valutarne la conformità nella rispondenza della stessa alle previsioni di cui alla lettera invito prot. n. 8362 del 13.05.2020 e al capitolato tecnico;

Che, con nota del 31.08.2020 e successiva integrazione del 09.09.2020, acquisite da questo Settore Provveditorato il 4.09.2020 con n.4505 e il 10.09.2020 con n. 4583, la dott.ssa Di Naso Dirigente Medico dell'U.O.C. di Patologia Clinica ha visionato le su citate schede tecniche con le seguenti risultanze:

- ✓ AQUARIA SRL: **CONFORME**
- ✓ CARLO ERBA REAGENTS: **NON CONFORME**, *in quanto al paragrafo "Manutenzione ordinaria" cita specificatamente "da evitare assolutamente le soluzioni liberanti cloro(es. ipoclorito di sodio) in quanto corrosive per la struttura metallica della cabina" e tale composto rientra nelle nostre procedure routinarie di sanificazione dell'ambiente di lavoro.*
- ✓ VWR INTERNATIONAL S.R.L.: **CONFORME**
- ✓ AHSI: **CONFORME**
- ✓ MONTEPAONE S.R.L.: **CONFORME**

Del ché viene redatto il seguente verbale composto di n. 2 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Catania, li 10.09.2020

Dott.ssa Carmela Angiolillo Carmela F. Angiolillo

Dott. ssa Alessandra Scalia Alessandra Scalia

Dott.ssa Michela Digrazia Michela Digrazia