

VERBALE DI GARA PROCEDURA MEPA RDO N. 2566130 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE PROCEDURE DI ENDOSCOPIA PER I SISTEMI VIDEO ECO ENDOSCOPICI

L’anno 2020 il giorno 17 del mese di luglio presso i locali del Settore Provveditorato dell’ARNAS Garibaldi di Catania siti in Piazza S. Maria di Gesù n. 5 , sono presenti:

- ✓ Dott.ssa Carmela Angiolillo, Coadiutore Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato, in qualità di RUP della procedura di gara RDO n. 2566130;
- ✓ Dott.ssa Olga Marletta, Dirigente Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato, in qualità di componente ;
- ✓ Dott.ssa Michela Digrazia, Dirigente Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato, in qualità di componente ;

Premesso che:

- Questa ARNAS ha avviato in data 13.05.2020, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) D.Lgs 50/2016, una RDO Aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura in somministrazione della durata di mesi 18 di dispositivi medici per le procedure di endoscopia per i sistemi video eco endoscopici da destinare all’U.O.C. di Gastroenterologia del Garibaldi Nesima;
- L’Appalto risulta articolato in tre lotti, unici ed indivisibili, la procedura di gara verrà aggiudicata, solamente in presenza di almeno due offerte valida, in favore dell’Operatore Economico che avrà praticato, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 il prezzo più basso su quello posto a base d’asta;
- Entro il termine perentorio di giorno 01.06.2020 ore 12,00 , previsto per la presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte dei sotto elencati Operatori Economici per i relativi lotti:

LOTTO 1 - AGO PER ULTRASUONI – CIG ZF22CF36D2

- ✓ COOK ITALIA S.R.L.;
- ✓ INNOVAMEDICA;
- ✓ M.G. LORENZATTO;

LOTTO 2 - AGO MONOUSO PER ETIOLOGIA EUS-FNA – CIG ZBE2CF3783

- ✓ INNOVAMEDICA;
- ✓ M.G. LORENZATTO;
- ✓ OLYMPUS ITALIA S.R.L.;

LOTTO 3 - AGO FNA - CIG Z652CF3809

- ✓ BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.;
- ✓ INNOVAMEDICA;
- ✓ M.G. LORENZATTO;
- ✓ OLYMPUS ITALIA S.R.L.



Che nella seduta pubblica di giorno 10.06.2020, giusto verbale redatto in pari data, a seguito della verifica della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici concorrenti è stata ammessa con riserva per integrazione di documentazione amministrativa la ditta OLYMPUS ITALIA SRL.

L’integrazione della documentazione amministrativa richiesta alla ditta OLYMPUS ITALIA SRL è stata esitata positivamente e dunque ammessa nella successiva fase di gara.

Visto il verbale di giorno 10.06.2020 che si intende integralmente richiamato e trascritto;

Preso atto che gli Operatori Economici ammessi all’apertura della documentazione tecnica sono:

- ✓ **LOTTO 1 - AGO PER ULTRASUONI – CIG ZF22CF36D2**
- ✓ COOK ITALIA S.R.L.;
- ✓ INNOVAMEDICA;
- ✓ M.G. LORENZATTO;
- ✓
- ✓ **LOTTO 2 - AGO MONOUSO PER ETIOLOGIA EUS-FNA – CIG ZBE2CF3783**
- ✓ INNOVAMEDICA;
- ✓ M.G. LORENZATTO;
- ✓ OLYMPUS ITALIA S.R.L.;
- ✓
- ✓ **LOTTO 3 - AGO FNA - CIG Z652CF3809**
- ✓ BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.;
- ✓ INNOVAMEDICA;
- ✓ M.G. LORENZATTO;
- ✓ OLYMPUS ITALIA S.R.L.

Che la documentazione tecnica è stata trasmessa al Responsabile dell'U.O.C. di Gastroenterologia e al Responsabile dell'U.O. di Farmacia, al fine di valutarne la conformità nella rispondenza della stessa alle previsioni di cui alla lettera invito prot. n. 8365 del 13.05.2020 e al capitolato tecnico;

Che, con nota prot. n. 67 del 23.06.2020 e successiva integrazione, acquisite da questo Settore Provveditorato il 24.06.2020 con n. 3492 e il 16.07.2020 con n. 3819, la dott.ssa Virgilio Responsabile di Gastroenterologia e il dott. Catarella fruitore dei dispositivi in oggetto hanno visionato le su citate schede tecniche con le seguenti risultanze:

- ✓ **LOTTO 1 - AGO PER ULTRASUONI – CIG ZF22CF36D2**
- ✓ COOK ITALIA S.R.L.: **CONFORME**
- ✓ INNOVAMEDICA: **NON CONFORME** poiché ago FNA e non ago FNB.
- ✓ M.G. LORENZATTO: **CONFORME**
- ✓
- ✓ **LOTTO 2 - AGO MONOUSO PER ETIOLOGIA EUS-FNA – CIG ZBE2CF3783**
- ✓ INNOVAMEDICA: **CONFORME**
- ✓ M.G. LORENZATTO: **CONFORME**
- ✓ OLYMPUS ITALIA S.R.L.: **CONFORME**
- ✓
- ✓ **LOTTO 3 - AGO FNA - CIG Z652CF3809**
- ✓ BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.: **CONFORME**
- ✓ INNOVAMEDICA: **NON CONFORME** perché manca la clip di bloccaggio dello stiletto come da richiesta.
- ✓ M.G. LORENZATTO: **NON CONFORME** poiché ago in acciaio.
- ✓ OLYMPUS ITALIA S.R.L.: **CONFORME**

Del ché viene redatto il seguente verbale composto di n. 2 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Catania, li 17.07.2020

Dott.ssa Carmela Angiolillo



Dott. ssa Olga Marletta



Dott.ssa Michela Digrazia

