

VERBALE DI GARA PROCEDURA MEPA RDO N. 2514776 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 800 COPERTURE PER MICROSCOPIO IN POLIETILENE OCCORRENTI ALL’U.O.C DI O.R.L. DEL P.O. GARIBALDI NESIMA.

L’anno 2020 il giorno 26 del mese di giugno presso i locali del Settore Provveditorato dell’ARNAS Garibaldi di Catania siti in Piazza S. Maria di Gesù n. 5 , sono presenti:

- ✓ Dott.ssa Carmela Angiolillo, Coadiutore Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato, in qualità di RUP della procedura di gara RDO n. 2514776;
- ✓ Dott.ssa Olga Marletta, Dirigente Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato in qualità di componente;
- ✓ Dott.ssa Michela Digrazia, Dirigente Amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato, in qualità di componente;

Premesso il verbale di giorno 20.05.2020;

Preso atto che gli Operatori Economici BIOCOMMERCIALE SRL e MICROTEK ITALY SRL, ammesse con riserva, hanno regolarizzato quanto richiesto da questa stazione appaltante, giusto verbale redatto giorno 20.05.2020, e pertanto risultano ammessi alla successiva fase di gara;

Preso atto che gli Operatori Economici ammessi all’apertura della documentazione tecnica sono:

- **BIOCOMMERCIALE SRL;**
- **LEICA MICROSYSTEMS SRL;**
- **MICROTEK ITALY S.R.L.**

Che la documentazione tecnica è stata trasmessa al Responsabile dell’U.O.C di ORL al fine di valutarne la conformità nella rispondenza della stessa alle previsioni di cui alla lettera invito pro. n.631 del 13.02.2020.

Che con nota del 11.06.2020 acquisita dal Settore Provveditorato in pari data prot. n. 3324, il Responsabile dell’U.O. di ORL, ha espresso l’indispensabilità di acquisire campionatura dei prodotti presentati dagli Operatori Economici.

Che con nota del 24.06.2020 acquisita al Settore Provveditorato il 26.06.2020 con n. 3524, il Responsabile dell’U.O. di ORL ha trasmesso la valutazione tecnica con le seguenti risultanze:

- **BIOCOMMERCIALE SRL: NON CONFORME** alle caratteristiche richieste, poiché la flangia di raccordo fra la cappa in questione ed il microscopio stesso non coincidono, essendo impossibile avere un collegamento fra le stesse.
- **LEICA MICROSYSTEMS SRL: CONFORME**
- **MICROTEK ITALY S.R.L.: CONFORME**

Del ché viene redatto il seguente verbale composto di n. 1 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Catania, lì 26.06.2020

Dott.ssa Carmela Angiolillo Carmela J. Angiolillo

Dott. ssa Olga Marletta Olga Marletta

Dott.ssa Michela Digrazia Michela Digrazia