



Verbale n. 5 seduta pubblica del 15.11.2021

Procedura in e-procurement sulla piattaforma www.acquistinretepa.it per l'affidamento della fornitura di n. 4 Cardiocografi per U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia P.O. Nesima, ai sensi dell'articolo 36, c.2, lett. b) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. -RDO n. 2858018 -CIG: 8884809853

L'anno 2021 il giorno 15 del mese di Novembre, alle ore 10.00 presso i locali del Settore Provveditorato dell'ARNAS Garibaldi di Catania siti in Piazza S. Maria di Gesù n. 5 , si riunisce la commissione aggiudicatrice nominata con deliberazione n. 1178 del 19.10.2021 per continuare i lavori.

Sono presenti :

- ✓ Dott.ssa Maria Carmen Agnello – Presidente
- ✓ Ing. Enrico Catania – Componente
- ✓ Avv. Paolo Giovanni Cavarra – Componente
- ✓ Dr. Ottaviano Calaciura –Segretario verbalizzante

Sono presenti :

- il Sig. Francesco Faro nella qualità di delegato della Ditta C.Medica S.r.l. con delega acquisita in data odierna, allegata al presente verbale;
- la Sig. Domenica Dell'arte nella qualità di delegata della Ditta Tecnomed S.r.l. con delega acquisita in data odierna, allegata al presente verbale;

Richiamati i verbali di seduta riservata n. 3 del 03.11.2021 e n. 4 del 09.11.2021, si riportano i seguenti esiti:

- Tecnomed S.r.l., Esclusa in quanto l'operatore economico ha presentato una proposta tecnica priva del requisito minimo richiesto da capitolato tecnico ed in specie "Interfacciamento con la centrale di monitoraggio fetale-materno già in possesso della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia",
- C. Medica S.r.l., Ammessa punteggio tecnico ottenuto 68,15/70 (vedi tabella seguente)
- Formedical Co S.r.l., Ammessa punteggio tecnico ottenuto: 58,70 /70 (vedi tabella seguente)

OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI			C.MEDICA		
Parametro	Tipologia Punteggio	Punteggio Max	MEDIA	PUNTEGGIO OTTENUTO	RIPARAMETRAZIONE
Algoritmo di verifica incrociata per rilevazione segnale sui canali (monofetale e/o gemellare)	Tabellare	SI: 3 NO: 0	3	3,00	3,00
Display touch screen a colori ad alta sensibilità almeno 6"	Qualitativo	6	1	6,00	6,00
Durata batteria interna, almeno 3 ore	Qualitativo	8	0,666666667	5,33	8,00
Possibilità di stampa del tracciato memorizzato: spazio di archiviazione di memoria interna (non espandibile) dedicato	Qualitativo	8	1	8,00	8,00
Descrizione della funzione relativa alla separazione della stampa dei tracciati gemellati (no Shifting)	Qualitativo	10	0,8	8,00	10,00
Descrizione della modalità di espansione della memoria interna del CTG	Qualitativo	6	0,733333333	4,40	6,00
Descrizione della funzione di annotazione relativa i movimenti fetali o altri eventi sul referto anche con note personalizzabili dall'operatore	Qualitativo	5	1	5,00	5,00
Descrizione della tipologia di allarmi in caso di perdita del segnale, bradicardia, tachicardia	Qualitativo	8	0,666666667	5,33	8,15
Analisi automatica oggettiva del tracciato rilevato, che consenta di evidenziare eventuali problemi del feto, le contrazioni, le accelerazioni e decelerazioni, la frequenza cardiaca basale, episodi di alta e bassa variabilità, con l'utilizzo dei criteri di normalità di Dawes e Redman segnalando eventuali discordanze.	Qualitativo	16	1	16,00	16,00
			TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO	61,07	68,15

OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI			FORMEDICAL CO S.R.L.		
Parametro	Tipologia Punteggio	Punteggio Max	MEDIA	PUNTEGGIO OTTENUTO	RIPARAMETRAZIONE
Algoritmo di verifica incrociata per rilevazione segnale sui canali (monofetale e/o gemellare)	Tabellare	SI: 3 NO: 0	3,00	3,00	3,00
Display touch screen a colori ad alta sensibilità almeno 6"	Qualitativo	6	0,67	4,00	4,00
Durata batteria interna, almeno 3 ore	Qualitativo	8	0,47	3,73	5,60
Possibilità di stampa del tracciato memorizzato: spazio di archiviazione di memoria interna (non espandibile) dedicato	Qualitativo	8	0,47	3,73	3,73
Descrizione della funzione relativa alla separazione della stampa dei tracciati gemellati (no Shifting)	Qualitativo	10	0,80	8,00	10,00
Descrizione della modalità di espansione della memoria interna del CTG	Qualitativo	6	0,53	3,20	4,36
Descrizione della funzione di annotazione relativa i movimenti fetali o altri eventi sul referto anche con note personalizzabili dall'operatore	Qualitativo	5	0,80	4,00	4,00
Descrizione della tipologia di allarmi in caso di perdita del segnale, bradicardia, tachicardia	Qualitativo	8	0,87	6,93	8,00
Analisi automatica oggettiva del tracciato rilevato, che consenta di evidenziare eventuali problemi del feto, le contrazioni, le accelerazioni e decelerazioni, la frequenza cardiaca basale, episodi di alta e bassa variabilità, con l'utilizzo dei criteri di normalità di Dawes e Redman segnalando eventuali discordanze.	Qualitativo	16	1,00	16,00	16,00
			TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO	52,60	58,70

Al

A questo punto la Commissione procede al caricamento dei relativi punteggi assegnati ai singoli Operatori Economici sulla piattaforma telematica MEPA;

Alle ore 10.16 la commissione aggiudicatrice procede all'apertura della documentazione economica, riportando l'esito seguente:

1. Formedical S.r.l. importo offerto Euro 38.299,56;
2. C.medica S.r.l. importo offerto Euro 39.800,00;

La commissione procede alla verifica della documentazione presentata, con il seguente esito:

1. Formedical S.r.l. Ammessa;
2. C.medica S.r.l. Ammessa;

A questo punto, si procede all'approvazione delle offerte economiche a sistema ed in automatico la piattaforma assegna il punteggio economico a ciascun Operatore Economico di seguito riportato.

1. Formedical S.r.l. Punteggio economico 30,00
2. C.medica S.r.l. Punteggio economico 15,79

Alle ore 10.40 la piattaforma estrae la graduatoria finale con il relativo punteggio totale ottenuto dal singolo Operatore Economico ammesso, come di seguito riportato:

Offerente Concorrente	Lotto 1		
	Valore complessivo dell'offerta	Punteggio complessivo	Miglior offerta
TECNOMED S.R.L.	Offerta esclusa		
FORMEDICAL CO. SRL	38299,56000000 Euro	88,70	
C.MEDICA S.R.L.	39800,00000000 Euro	83,94	
Punteggio massimo:		88,70	

A questo punto la commissione propone l'aggiudicazione della procedura di che trattasi in favore dell'Operatore Economico Formedical Co S.r.l. per aver raggiunto un punteggio totale di 88,70/100 dato dal punteggio tecnico (58,70 punti) e il punteggio attribuito all'offerta economica (30 punti) corrispondente all'importo di Euro 38.299,56 iva esclusa;

Alle ore 11.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica.




La pubblicazione del presente verbale sulla piattaforma di gara e sul profilo committente ha valore di notifica ex art. 76 Codice appalti.

Il presidente trasmette la presente proposta di aggiudicazione al RUP per il seguito di competenza.

Del ché viene redatto il seguente verbale composto di n. 4 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue

Catania, li 15.11.2021

Dott.ssa Maria Carmen Agnello – Presidente 
Ing. Enrico Catania – Componente 
Avv. Paolo Giovanni Cavarra – Componente 
Dott. Ottaviano Calaciura – Segretario 