



VERBALE CONFORMITA' TECNICA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, A CARATTERE D'URGENZA, IN MODALITA' TELEMATICA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI SERVIZI CONNESSI. Lotto 8 e 9

La commissione tecnica, si riunisce per la verifica della documentazione tecnica dei lotti 8 e 9 , presso la sede del Settore Provveditorato con il seguente esito:

Lotto 8-Ditta STERIS

Requisito n°3: l'altezza minima dichiarata è di mm 637 difforme, quindi, rispetto al capitolato che richiede altezza minima non superiore a mm 630

Requisito n°16: il telecomando riesce a memorizzare solamente n°28 posizioni invece che di circa 30

Requisito N°19: sezione schiena superiore movimentazione di + o - 90° circa; non è indicato specificatamente il valore raggiunto

Requisito n°20: non è indicato specificatamente il valore raggiunto

Requisito n°22: la traslazione longitudinale eseguita è di 374 mm difforme rispetto ai 400 mm circa richiesti

Requisito n°34: il capitolato prevede n°5 ruote per una più comoda e facile movimentazione; il carrello offerto è dotato solo di quattro ruote di cui una soltanto direzionabile.

In considerazione delle difformità riscontrate, si dichiara l'offerta della ditta STERIS **NON CONFORME**, pertanto si chiede al r.u.p. la documentazione tecnica degli operatori economici che seguono in classifica.

Lotto 9 -Ditta OPT s.r.l.

Dalla valutazione della documentazione tecnica si dichiara **CONFORME** al capitolato tecnico.

Alle ore 16:00 si chiude la seduta di gara.

Catania 16.10.2020

Dr. Coniglio

Dr. Calabrese

Dott.ssa Distefano



VERBALE CONFORMITA' TECNICA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, A CARATTERE D'URGENZA, IN MODALITA' TELEMATICA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI SERVIZI CONNESSI. Lotto 8 e 9

La commissione tecnica, giorno 16 Ottobre alle ore 9.00 si riunisce per la verifica della documentazione tecnica dei lotti 8, presso la sede del Settore Provveditorato con il seguente esito:

Lotto 8-Ditta OPT s.r.l.

Requisito n°17: il piano operatorio multidisciplinare in acciaio inox è suddiviso in sei sezioni (nella composizione offerta) difforme rispetto alle otto sezioni previste dal capitolato

Requisito n°19-20: per raggiungere la movimentazione richiesta della sezione centrale, la movimentazione delle due sezioni schiena-gambe in contemporanea è elettromeccanica, non rispettando la movimentazione solamente elettrica richiesta, sezione schiena superiore +90°/-90°, sezione schiena inferiore +90°/-50°

Requisito N°53-54-55-56: non si evince la presenza di poggiatesta in gel siliconato sia ad anello chiuso che ad anello aperto adulti/bambini

In considerazione delle difformità riscontrate, si dichiara l'offerta della ditta OPT s.r.l. **NON CONFORME**, pertanto si chiede al r.u.p. la documentazione tecnica degli operatori economici che seguono in classifica.

Lotto 8 –Ditta GETINGE

Si dichiara l'offerta della ditta GETINGE **CONFORME**.

Alle ore 12:00 si chiude la seduta di gara.

Dr. Coniglio

Dott.ssa Di Stefano

Dr. Calabrese