



Verbale di Commissione Tecnica n. 1 – Seduta del 12.07.2021

Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per la fornitura, in somministrazione, di materiale specialistico per Chirurgia Toracica, Chirurgia pediatrica, Proctologia, Neonatologia, D.M. di uso comune, Materiale UFA e materiale di consumo dedicato – N. di gara 8045655

L'anno 2021 il giorno 12 del mese di luglio alle ore 14:30 presso i locali dell'UOC di Farmacia del P.O. Garibaldi Centro dell'ARNAS Garibaldi di Catania, siti in Piazza S. Maria di Gesù n.5, si riunisce la Commissione Tecnica nominata con Deliberazione n. 796/DG del 01.07.2021 per la valutazione della documentazione tecnica di gara, giusta pubblicazione sulla GUCE S42-104236 del 02.03.2021, sulla GURS n. 9 del 05.03.2021 e sul Sole 24 Ore e la Repubblica nonché su Quotidiano di Sicilia e La Repubblica ed. regionale.




Sono presenti:

- Dr. Giuseppe Calabrese – Componente;
- Dr. Gregorio De Leo – Componente;
- Dr.ssa Cristina Pittella – Componente.

Constatata la regolare composizione della Commissione Tecnica si procede all'apertura dei lavori.

Premesso che:

- L'ARNAS ha avviato con Deliberazione n. 1034 del 12.11.2020 una procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per la fornitura, in somministrazione, di materiale specialistico per Chirurgia Toracica, Chirurgia pediatrica, Proctologia, Neonatologia, D.M. di uso comune, Materiale UFA e materiale di consumo dedicato;
- L'appalto risulta articolato in 262 lotti, unici ed indivisibili, CIG vari, e la procedura di gara verrà aggiudicata, con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida per singolo lotto e, pertanto, aggiudicando in favore dell'operatore che avrà formulato il prezzo più basso per ciascun singolo lotto;
- Si è stabilito che l'appalto in parola viene espletato attraverso l'utilizzo del Sistema telematico in conformità dell'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice Appalti e nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 82/2005, dettagliatamente descritto nel disciplinare e disciplinare telematico, mediante il quale sono state gestite le fasi di pubblicazione della procedura, e la presentazione delle offerte e l'analisi delle stesse e verranno gestite le fasi di aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni: <https://app.albofornitori.it/alboeproc/alboospedalegaribaldi>;
- E' stata approvata la relativa documentazione di gara e segnatamente:
 1. Disciplinare di gara e relativi allegati (Istanza di partecipazione, Offerta economica, Offerta economica senza prezzo, Dichiarazione relativa ai lotti di cui al Capitolato Tecnico n. 7)

- 
- 
- 
2. Disciplinare telematico e timing di gara
 3. Capitolato Tecnico costituito da n. 7 allegati afferenti le diverse discipline
 4. DGUE e istruzioni per la compilazione
 5. Bandi di gara, integrale, secondo il modello telematico elaborato sul sito TED publication della GUCE, e per estratto sulla GURS
 6. Schema di Accordo Quadro
 7. DUVRI
 8. Avviso per pubblicazione sui quotidiani
 9. Patto di integrità in materia di contratti pubblici
 10. Codice di comportamento dei dipendenti dell'ARNAS Garibaldi, approvato con Deliberazione/DG n. 57 del 19.01.2016
- in esecuzione della Deliberazione n. 1034 del 12.11.2020, sono state effettuate le relative pubblicazioni;

Visti i riscontri alle richieste di chiarimenti, pervenute entro il termine perentorio del 01.04.2021, pubblicati in data 23.04.2021, 29.03.2021 e 07.04.2021 sul profilo committente e sulla piattaforma telematica Net4Market.

Constatate le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità rilasciate dai componenti della Commissione Tecnica, si procede alla valutazione della documentazione tecnica di gara, secondo l'ordine dettato dalla graduatoria pubblicata allegata al verbale di seduta pubblica n. 9 del 21.06.2021.

Dall'esame della documentazione tecnica presentata, verificatane la completezza e la rispondenza con quanto dettato dal Capitolato di gara, derivano le seguenti risultanze:

Allegato 1 – Chirurgia Toracica

LOTTO 1

1° in graduatoria DITTA IMEDICAL SRL: NON CONFORME – Dalla scheda tecnica non si evince la presenza di diaframma auto-sigillante per prelievi, come previsto dal Capitolato; inoltre, la camera di raccolta singola ha un volume massimo pari a 2100 inferiore ai 2350 ml richiesti da Capitolato; non è un dispositivo specifico per la pneumonectomia e dall'offerta economica non si evince il codice prodotto offerto.

2° in graduatoria Ditta C. MEDICA SRL: CONFORME

LOTTO 2

1° in graduatoria DITTA CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL: CONFORME

LOTTO 3

1° in graduatoria DITTA CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL: CONFORME

LOTTO 4




1° in graduatoria DITTA DIAMEDICA SRL: CONFORME

LOTTO 5

1° in graduatoria DITTA TAU MEDICA SRL: CONFORME

LOTTO 6

DESERTO



LOTTO 7

1° in graduatoria DITTA CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL: NON CONFORME – Dalla scheda tecnica non si evince la presenza di trocar e cappuccio di protezione; inoltre, nell'offerta economica non viene inserita la misura CH 28.

LOTTO 8

1° in graduatoria DITTA BRONCUS ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 8 SUB A

1° in graduatoria DITTA BRONCUS ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 8 SUB B

1° in graduatoria DITTA BRONCUS ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 9

DESERTO

LOTTO 10

1° in graduatoria DITTA AORTA SRL: CONFORME

LOTTO 10 SUB A

1° in graduatoria DITTA AORTA SRL: CONFORME

LOTTO 11

1° in graduatoria DITTA E.F.M. SRL: CONFORME

LOTTO 11 SUB A

1° in graduatoria DITTA E.F.M. SRL: CONFORME

LOTTO 12

1° in graduatoria DITTA E.F.M. SRL: CONFORME

LOTTO 12 SUB A

1° in graduatoria DITTA E.F.M. SRL: CONFORME

LOTTO 13

1° in graduatoria DITTA E.F.M. SRL: CONFORME

LOTTO 13 SUB A




1° in graduatoria DITTA E.F.M. SRL: CONFORME

LOTTO 14

1° in graduatoria DITTA OLYMPUS ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 15

DESERTO



LOTTO 16

DESERTO

LOTTO 17

DESERTO

LOTTO 18

1° in graduatoria DITTA E.F.M. SRL: CONFORME

LOTTO 18 SUB A

1° in graduatoria DITTA E.F.M. SRL: CONFORME

LOTTO 18 SUB B

1° in graduatoria DITTA E.F.M. SRL: CONFORME

LOTTO 19

1° in graduatoria DITTA E.F.M. SRL: NON CONFORME - Offerto canestro broncoscopico a fili non a spirale (elicoidali) come richiesto da Capitolato

2° IN GRADUATORIA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 20

1° in graduatoria DITTA E.F.M. SRL: CONFORME

LOTTO 20 SUB A

1° in graduatoria DITTA E.F.M. SRL: CONFORME

LOTTO 20 SUB B

1° in graduatoria DITTA E.F.M. SRL: CONFORME

LOTTO 21

1° in graduatoria DITTA OLYMPUS ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 21 SUB A

1° in graduatoria DITTA OLYMPUS ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 21 SUB B

1° in graduatoria DITTA OLYMPUS ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 22

DESERTO

LOTTO 23

1° in graduatoria DITTA COOK ITALIA SRL: NON CONFORME - Dalla scheda tecnica non si evince destinazione d'uso broncoscopica come richiesto da Capitolato

08

2° in graduatoria DITTA INNOVAMEDICA SPA: NON CONFORME - Dalla scheda tecnica non si evince destinazione d'uso broncoscopica come richiesto da Capitolato

LOTTO 24

1° in graduatoria DITTA ID&CO SRL: CONFORME

LOTTO 24 SUB A

1° in graduatoria DITTA ID&CO SRL: CONFORME

LOTTO 24 SUB B

1° in graduatoria DITTA ID&CO SRL: CONFORME

LOTTO 25

DESERTO

LOTTO 26

1° in graduatoria DITTA SMITHS MEDICAL ITALIA SRL: NON CONFORME- Non offerta la misura adulto così come richiesto da Capitolato

LOTTO 27

1° in graduatoria DITTA BRNCUS ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 28

1° in graduatoria DITTA BRNCUS ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 29

1° in graduatoria DITTA BRNCUS ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 30

1° in graduatoria DITTA BRNCUS ITALIA SRL: NON CONFORME - In quanto a differenza della scheda tecnica dove è riportata la corretta descrizione del lotto, l'offerta economica riporta tutt'altro dispositivo

LOTTO 31

1° in graduatoria DITTA BRNCUS ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 32

DESERTO

LOTTO 33

DESERTO

LOTTO 34


1° in graduatoria DITTA OLYMPUS ITALIA SRL E DITTA NOVATECH SRL NEW TECHNOLOGIES FOR LIFE:

DITTA NOVATECH SRL NEW TECHNOLOGIES FOR LIFE: CONFORME

DITTA OLYMPUS ITALIA SRL: CONFORME



LOTTO 35



1° in graduatoria DITTA BRNCUS ITALIA SRL: NON CONFORME - Dalla scheda tecnica non si evince la presenza di struttura retiforme in poliestere e viene descritto come stent tracheale non tracheo-bronchiale

LOTTO 36

1° in graduatoria INNOVAMEDICA SPA: CONFORME

LOTTO 37

1° in graduatoria DITTA NOVATECH SRL NEW TECHNOLOGIES FOR LIFE: NON CONFORME – Dalla scheda tecnica non si evince la presenza di rivestimento IN SILICONE/SILASTIC

2° in graduatoria INNOVAMEDICA SPA: CONFORME

LOTTO 38

1° in graduatoria DITTA NOVATECH SRL NEW TECHNOLOGIES FOR LIFE: CONFORME

LOTTO 39

1° in graduatoria DITTA E.F.M. SRL: NON CONFORME – Offerta incompleta perché non presenti tutte le misure richieste nel Capitolato

2° in graduatoria DITTA BRNCUS ITALIA SRL: NON CONFORME – Dalla documentazione non si evince la presenza della scheda tecnica.

LOTTO 40

DESERTO

LOTTO 41

DESERTO

LOTTO 42

DESERTO

LOTTO 43

DESERTO

LOTTO 44

DESERTO

LOTTO 45

DESERTO

LOTTO 46

DESERTO

LOTTO 47

DESERTO



LOTTO 48

DESERTO

LOTTO 49

DESERTO

LOTTO 50

1° in graduatoria DITTA TEGEA SRL: CONFORME

LOTTO 51

DESERTO

LOTTO 52

1° in graduatoria DITTA TEGEA SRL: CONFORME

LOTTO 53

1° in graduatoria DITTA B.BRAUN MILANO SPA: CONFORME

LOTTO 54

1° in graduatoria DITTA B.BRAUN MILANO SPA: CONFORME

LOTTO 55

1° in graduatoria DITTA B.BRAUN MILANO SPA: CONFORME

LOTTO 56

1° in graduatoria DITTA B.BRAUN MILANO SPA: CONFORME

LOTTO 57

1° in graduatoria DITTA B.BRAUN MILANO SPA: CONFORME

LOTTO 58

1° in graduatoria DITTA B.BRAUN MILANO SPA: CONFORME

LOTTO 59

DESERTO

LOTTO 60

1° in graduatoria DITTA BRONCUS ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 61

1° in graduatoria DITTA BRONCUS ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 62

1° in graduatoria DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA: CONFORME

LOTTO 63

1° in graduatoria DITTA BRONCUS ITALIA SRL: NON CONFORME – Lunghezza ago da 0 a 5 cm; richiesta lunghezza fino a 6 cm.

2° in graduatoria DITTA OLYMPUS ITALIA SRL: NON CONFORME – Lunghezza ago da 0 a 4 cm; richiesta lunghezza fino a 6 cm.

LOTTO 64

DESERTO

LOTTO 65

DESERTO

LOTTO 66

1° in graduatoria DITTA SGM MEDICAL SRL: CONFORME

LOTTO 67

DESERTO

I lavori si chiudono alle 18:30.

La Commissione Tecnica

Dr. Giuseppe Calabrese

Dr. Gregorio De Leo

Dr.ssa Cristina Pittella



Verbale di Commissione Tecnica n. 2 – Seduta del 21.07.2021

Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per la fornitura, in somministrazione, di materiale specialistico per Chirurgia Toracica, Chirurgia pediatrica, Proctologia, Neonatologia, D.M. di uso comune, Materiale UFA e materiale di consumo dedicato – N. di gara 8045655

L'anno 2021 il giorno 21 del mese di luglio alle ore 14:30 presso i locali dell'UOC di Farmacia del P.O. Garibaldi Centro dell'ARNAS Garibaldi di Catania, siti in Piazza S. Maria di Gesù n.5, si riunisce la Commissione Tecnica nominata con Deliberazione n. 796/DG del 01.07.2021 per la valutazione della documentazione tecnica di gara, giusta pubblicazione sulla GUCE S42-104236 del 02.03.2021, sulla GURS n. 9 del 05.03.2021 e sul Sole 24 Ore e la Repubblica nonché su Quotidiano di Sicilia e La Repubblica ed. regionale.

Sono presenti:

- Dr. Giuseppe Calabrese – Componente;
- Dr. Gregorio De Leo – Componente;
- Dr.ssa Cristina Pittella – Componente.

Constatata la regolare composizione della Commissione Tecnica si procede all'apertura dei lavori.

Dall'esame della documentazione tecnica presentata, verificatane la completezza e la rispondenza con quanto dettato dal Capitolato di gara, derivano le seguenti risultanze:

Allegato 2 – Chirurgia Pediatrica

LOTTO 68

1° in graduatoria DITTA GP DERMAL SOLUTION SRL: CONFORME

LOTTO 69

DESERTO

LOTTO 70

1° in graduatoria DITTA C. MEDICA SRL: CONFORME

LOTTO 71

1° in graduatoria DITTA E.F.M. SRL: CONFORME

LOTTO 72



1° in graduatoria DITTA C. MEDICA SRL: CONFORME

LOTTO 73

1° in graduatoria DITTA PRESIFARM SRL: CONFORME

LOTTO 74

DESERTO

LOTTO 75

1° in graduatoria DITTA CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL: CONFORME

LOTTO 76

1° in graduatoria DITTA MEDIVAL SRL: CONFORME

LOTTO 77

STRALCIATO

LOTTO 78

DESERTO

LOTTO 79

1° in graduatoria DITTA MEDICAL TI SPA: CONFORME

LOTTO 79 SUB A

1° in graduatoria DITTA MEDICAL TI SPA: CONFORME

LOTTO 80

1° in graduatoria DITTA MEDICAL TI SPA: CONFORME

LOTTO 81

1° in graduatoria DITTA ID&CO SRL: NON CONFORME -- offerta unica misura in luogo delle due richieste da capitolato.

2° in graduatoria DITTA TAU MEDICA SRL: CONFORME

LOTTO 82

1° in graduatoria DITTA APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V. -- FILIALE ITALIANA: CONFORME

LOTTO 83

DESERTO


LOTTO 84

DESERTO

LOTTO 85

1° in graduatoria DITTA COOK ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 86



1° in graduatoria DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA: CONFORME

LOTTO 87

DESERTO

LOTTO 88

1° in graduatoria DITTA E.F.M. SRL: CONFORME

LOTTO 89

1° in graduatoria DITTA APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V. – FILIALE ITALIANA: CONFORME

LOTTO 89 SUB A

1° in graduatoria DITTA APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V. – FILIALE ITALIANA: CONFORME

LOTTO 89 SUB B

1° in graduatoria DITTA APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V. – FILIALE ITALIANA: CONFORME

Allegato 3 – Proctologia

LOTTO 90

1° in graduatoria DITTA SAPI MED SPA: CONFORME

LOTTO 90 SUB A

1° in graduatoria DITTA SAPI MED SPA: CONFORME

LOTTO 90 SUB B

1° in graduatoria DITTA SAPI MED SPA: CONFORME

LOTTO 90 SUB C

1° in graduatoria DITTA SAPI MED SPA: CONFORME

LOTTO 91

1° in graduatoria DITTA SAPI MED SPA: CONFORME

LOTTO 92


1° in graduatoria DITTA SAPI MED SPA: CONFORME

LOTTO 93

1° in graduatoria DITTA SAPI MED SPA: CONFORME

LOTTO 93 SUB A

1° in graduatoria DITTA SAPI MED SPA: CONFORME



LOTTO 94

1° in graduatoria DITTA SAPI MED SPA: CONFORME

LOTTO 94 SUB A

1° in graduatoria DITTA SAPI MED SPA: CONFORME

LOTTO 94 SUB B

1° in graduatoria DITTA SAPI MED SPA: CONFORME

LOTTO 95

DESERTO

LOTTO 96

1° in graduatoria DITTA THD SPA: CONFORME

LOTTO 97

1° in graduatoria DITTA THD SPA: CONFORME

LOTTO 98

1° in graduatoria DITTA THD SPA: CONFORME

LOTTO 99

1° in graduatoria DITTA THD SPA: CONFORME

LOTTO 100

1° in graduatoria DITTA APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V. – FILIALE ITALIANA: CONFORME

LOTTO 100 SUB A

1° in graduatoria DITTA APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V. – FILIALE ITALIANA: CONFORME

LOTTO 100 SUB B

1° in graduatoria DITTA APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V. – FILIALE ITALIANA: CONFORME

LOTTO 100 SUB C


1° in graduatoria DITTA APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V. – FILIALE ITALIANA: CONFORME

LOTTO 101


1° in graduatoria DITTA EFFEBI HOSPITAL SRL: NON CONFORME – non consente le manovre di inserimento della mano del chirurgo mantenendo lo pneumo-peritoneo.

2° in graduatoria DITTA APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V. – FILIALE ITALIANA: CONFORME





Allegato 4 – Neonatologia



LOTTO 102

1° in graduatoria VYGON ITALIA SRL: NON CONFORME – non presente ago 21 G con filtro 5 micron, non specificati gli strati e le misure delle garze, non presente telino 45 x 60 con foro da 15 come richiesto da capitolato.

2° in graduatoria IMESI ITALIA SRL: NON CONFORME – non presente ago 21 G con filtro 5 micron.

LOTTO 103

1° in graduatoria VYGON ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 104

1° in graduatoria VYGON ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 104 SUB A

1° in graduatoria VYGON ITALIA SRL: NON CONFORME – prodotto diverso da quanto richiesto da capitolato e pertanto l'intero lotto risulta NON CONFORME.

LOTTO 105

1° in graduatoria SVAS BIOSANA SPA: NON CONFORME – flusso notevolmente inferiore al valore richiesto da capitolato.

2° in graduatoria VYGON ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 106

1° in graduatoria C. MEDICA SRL: NON CONFORME – non presente tappo di chiusura e marcatura centimetrica come richiesto da capitolato.

2° in graduatoria VYGON ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 107

1° in graduatoria VYGON ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 108

1° in graduatoria VYGON ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 109

STRALCIATO

LOTTO 110

1° in graduatoria VYGON ITALIA SRL: NON CONFORME – sistema di raccolta a doppia valvola di Heimlich con sacchetto non idoneo in ambito neonatale.

2° in graduatoria IMESI ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 111 DESERTO

LOTTO 112 DESERTO



LOTTO 113

1° in graduatoria COLOPLAST SPA: NON CONFORME – offerto codice sacca da 50 mm e placca da 35 mm, in luogo di placca e sacca da 31 mm come richiesto da capitolato.

LOTTO 114

1° in graduatoria BENEFIS SRL: NON CONFORME – non offre la gamma completa delle misure richieste da capitolato.

2° in graduatoria VYGON ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 115

1° in graduatoria VYGON ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 116

1° in graduatoria VYGON ITALIA SRL: CONFORME

I lavori si chiudono alle 18:30.

La Commissione Tecnica

Dr. Giuseppe Calabrese



Dr. Gregorio De Leo



Dr.ssa Cristina Pittella





Verbale di Commissione Tecnica n. 3 – Seduta del 07.09.2021

Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per la fornitura, in somministrazione, di materiale specialistico per Chirurgia Toracica, Chirurgia pediatrica, Proctologia, Neonatologia, D.M. di uso comune, Materiale UFA e materiale di consumo dedicato – N. di gara 8045655

L'anno 2021 il giorno 7 del mese di Settembre alle ore 15:00 presso i locali dell'UOC di Farmacia del P.O. Garibaldi Centro dell'ARNAS Garibaldi di Catania, siti in Piazza S. Maria di Gesù n.5, si riunisce la Commissione Tecnica nominata con Deliberazione n. 796/DG del 01.07.2021 per la valutazione della documentazione tecnica di gara, giusta pubblicazione sulla GUCE S42-104236 del 02.03.2021, sulla GURS n. 9 del 05.03.2021 e sul Sole 24 Ore e la Repubblica nonché su Quotidiano di Sicilia e La Repubblica ed. regionale.

Sono presenti:

- Dr. Giuseppe Calabrese – Componente;
- Dr. Gregorio De Leo – Componente;
- Dr.ssa Cristina Pittella – Componente.

Constatata la regolare composizione della Commissione Tecnica si procede all'apertura dei lavori.

Dall'esame della documentazione tecnica presentata, verificatane la completezza e la rispondenza con quanto dettato dal Capitolato di gara, derivano le seguenti risultanze:

Allegato 5 – D.M. DI USO COMUNE

LOTTO 117

LOTTO 117 SUB A

1° in graduatoria DIAMEDICA SRL: **NON CONFORME** – Alette non adeguate alle esigenze ergonomiche dell'impugnatura.

2° in graduatoria PRESIFARM SRL: **CONFORME**

LOTTO 117 SUB B

1° in graduatoria DIAMEDICA SRL: **NON CONFORME** – Alette non adeguate alle esigenze ergonomiche dell'impugnatura.

2° in graduatoria PRESIFARM SRL: **CONFORME**

LOTTO 118 DESERTO


LOTTO 119 DESERTO

LOTTO 120 DESERTO

LOTTO 121

1° in graduatoria INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL: CONFORME

LOTTO 121 SUB A

1° in graduatoria INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL: CONFORME

LOTTO 121 SUB B

1° in graduatoria INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL: CONFORME

LOTTO 121 SUB C

1° in graduatoria INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL: CONFORME

LOTTO 122 DESERTO

LOTTO 123

LOTTO 123 SUB A

1° in graduatoria ANAHITA SRL: CONFORME

LOTTO 123 SUB B

1° in graduatoria ANAHITA SRL: CONFORME

LOTTO 123 SUB C

1° in graduatoria ANAHITA SRL: CONFORME

LOTTO 123 SUB D

1° in graduatoria ANAHITA SRL: CONFORME

LOTTO 124

1° in graduatoria EFFEBI HOSPITAL SRL: NON CONFORME – Non soddisfa tutte le voci richieste da Capitolato.

2° in graduatoria CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL: CONFORME

LOTTO 125

LOTTO 125 SUB A

1° in graduatoria ANAHITA SRL: CONFORME -

LOTTO 125 SUB B

1° in graduatoria ANAHITA SRL: CONFORME

LOTTO 125 SUB C

1° in graduatoria ANAHITA SRL: CONFORME



LOTTO 126

LOTTO 126 SUB A

1° in graduatoria COLOPLAST SPA: CONFORME

LOTTO 126 SUB B

1° in graduatoria COLOPLAST SPA: CONFORME

LOTTO 127

1° in graduatoria COLOPLAST SPA: CONFORME

LOTTO 128

1° in graduatoria EFFEBI HOSPITAL SRL: CONFORME

LOTTO 129

1° in graduatoria EFFEBI HOSPITAL SRL: CONFORME

LOTTO 130

1° in graduatoria DITTA E.F.M SRL: NON CONFORME – Dalla scheda tecnica non si evince la destinazione d'uso corretta: isterosalpingografia

2° in graduatoria NEW MEDICAL IMAGING SRL: CONFORME

LOTTO 131

LOTTO 131 SUB A

1° in graduatoria BENEFIS SRL: CONFORME

LOTTO 131 SUB B

1° in graduatoria BENEFIS SRL: CONFORME

LOTTO 132 DESERTO

LOTTO 133

1° in graduatoria DITTA E.F.M SRL: NON CONFORME – Offre maschera non a conchiglia plastificata come da Capitolato

2° in graduatoria ANAHITA SRL: CONFORME

LOTTO 134 DESERTO

LOTTO 135 DESERTO

LOTTO 136 DESERTO

LOTTO 137

1° in graduatoria BENEFIS SRL: NON CONFORME - Offerta voce con foro di controllo aspirazione non richiesto

LOTTO 138 DESERTO



LOTTO 139

1° in graduatoria TAU MEDICA SRL: CONFORME

LOTTO 140 DESERTO

LOTTO 141

1° in graduatoria DITTA EFFEBI HOSPITAL SRL: CONFORME

LOTTO 142

1° in graduatoria CO.DI.SAN. SPA: CONFORME

LOTTO 143 DESERTO

LOTTO 144 DESERTO

LOTTO 145 DESERTO

LOTTO 146 DESERTO

LOTTO 147

1° in graduatoria FRA PRODUCTION SPA: CONFORME

LOTTO 148

LOTTO 148 SUB A

1° in graduatoria CO.DI.SAN. SPA: CONFORME

LOTTO 148 SUB B

1° in graduatoria CO.DI.SAN. SPA: CONFORME

LOTTO 148 SUB C

1° in graduatoria CO.DI.SAN. SPA: CONFORME

LOTTO 148 SUB D

1° in graduatoria CO.DI.SAN. SPA: CONFORME

LOTTO 148 SUB E

1° in graduatoria CO.DI.SAN. SPA: CONFORME

LOTTO 148 SUB F

1° in graduatoria CO.DI.SAN. SPA: CONFORME

LOTTO 148 SUB G

1° in graduatoria CO.DI.SAN. SPA: CONFORME

LOTTO 148 SUB H

1° in graduatoria CO.DI.SAN. SPA: CONFORME

LOTTO 148 SUB I



1° in graduatoria CO.DI.SAN. SPA: CONFORME

LOTTO 148 SUB L

1° in graduatoria CO.DI.SAN. SPA: CONFORME

LOTTO 148 SUB M

1° in graduatoria CO.DI.SAN. SPA: CONFORME

LOTTO 149 DESERTO

LOTTO 150 DESERTO

LOTTO 151

1° in graduatoria SVAS BIOSANA SPA: CONFORME

LOTTO 152

1° in graduatoria DELTA MED SPA: CONFORME

LOTTO 153 DESERTO

LOTTO 154

1° in graduatoria BENEFIS SRL: CONFORME

LOTTO 155

LOTTO 155 SUB A

1° in graduatoria DITTA E.F.M. SRL: CONFORME

LOTTO 155 SUB B

1° in graduatoria DITTA E.F.M. SRL: NON CONFORME – Non offre cateteri scaralati a sezione circolare come da Capitolato ma soltanto a sezione piatta e pertanto l'intero lotto risulta NON CONFORME

LOTTO 155 SUB C

1° in graduatoria DITTA E.F.M. SRL: CONFORME

LOTTO 156

1° in graduatoria DIAMEDICA SRL: CONFORME

LOTTO 157

1° in graduatoria BENEFIS SRL: NON CONFORME – Offre ago ad una sola via invece della doppia da capitolato

2° in graduatoria DELTA MED SPA: CONFORME

LOTTO 158 DESERTO

LOTTO 159

1° in graduatoria AIESI HOSPITAL SERVICE SAS: CONFORME



LOTTO 160

1° in graduatoria ID & CO SRL: CONFORME

LOTTO 161 DESERTO

LOTTO 162 DESERTO

LOTTO 163 DESERTO

LOTTO 164 DESERTO

LOTTO 165 DESERTO

LOTTO 166

1° in graduatoria EFFEBI HOSPITAL SRL: CONFORME

LOTTO 167 DESERTO

LOTTO 168 DESERTO

LOTTO 169 DESERTO

LOTTO 170

LOTTO 170 SUB A

1° in graduatoria TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL: CONFORME

LOTTO 170 SUB B

1° in graduatoria TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL: CONFORME

LOTTO 170 SUB C

1° in graduatoria TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL: CONFORME

LOTTO 170 SUB D

1° in graduatoria TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL: CONFORME

LOTTO 170 SUB E

1° in graduatoria TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL: CONFORME

LOTTO 170 SUB F

1° in graduatoria TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL: CONFORME


LOTTO 170 SUB G

1° in graduatoria TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL: CONFORME

LOTTO 171

LOTTO 171 SUB A

1° in graduatoria AORTA SRL: CONFORME


LOTTO 171 SUB B

1° in graduatoria AORTA SRL: CONFORME

LOTTO 171 SUB C

1° in graduatoria AORTA SRL: CONFORME

LOTTO 172

LOTTO 172 SUB A

1° in graduatoria AORTA SRL: CONFORME

LOTTO 172 SUB B

1° in graduatoria AORTA SRL: CONFORME

I lavori si chiudono alle 17:30

La Commissione Tecnica

Dr. Giuseppe Calabrese

Dr. Gregorio De Leo

Dr.ssa Cristina Pittella



Verbale di Commissione Tecnica n. 4– Seduta del 27.09.2021

Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per la fornitura, in somministrazione, di materiale specialistico per Chirurgia Toracica, Chirurgia pediatrica, Proctologia, Neonatologia, D.M. di uso comune, Materiale UFA e materiale di consumo dedicato – N. di gara 8045655

L'anno 2021 il giorno 27 del mese di Settembre alle ore 15:00 presso i locali dell'UOC di Farmacia del P.O. Garibaldi Centro dell'ARNAS Garibaldi di Catania, siti in Piazza S. Maria di Gesù n.5, si riunisce la Commissione Tecnica nominata con Deliberazione n. 796/DG del 01.07.2021 per la valutazione della documentazione tecnica di gara, giusta pubblicazione sulla GUCE S42-104236 del 02.03.2021, sulla GURS n. 9 del 05.03.2021 e sul Sole 24 Ore e la Repubblica nonché su Quotidiano di Sicilia e La Repubblica ed. regionale.

Sono presenti:

- Dr. Giuseppe Calabrese – Componente;
- Dr. Gregorio De Leo – Componente;
- Dr.ssa Cristina Pittella – Componente.

Constatata la regolare composizione della Commissione Tecnica si procede all'apertura dei lavori.

Dall'esame della documentazione tecnica presentata, verificatane la completezza e la rispondenza con quanto dettato dal Capitolato di gara, derivano le seguenti risultanze:

Allegato 6 – Materiale UFA

LOTTO 173

LOTTO 173 SUB A

1° in graduatoria SGM MEDICAL SRL: CONFORME

LOTTO 173 SUB B

1° in graduatoria SGM MEDICAL SRL: CONFORME

LOTTO 173 SUB C

1° in graduatoria SGM MEDICAL SRL: CONFORME

LOTTO 173 SUB D

1° in graduatoria SGM MEDICAL SRL: CONFORME



LOTTO 174

LOTTO 174 SUB A

1° in graduatoria BECTON DICKINSON ITALIA SPA: NON CONFORME – Dalla scheda tecnica non si evince la presenza di clip di sicurezza, come richiesto alla voce a), la tipologia di filtro d'aria, che deve essere da 0.2 micron, come richiesto alla voce e) e la presenza di dispositivo di aggancio definitivo al sistema di somministrazione nel connettore luer/lock come richiesto alla voce f) e pertanto **l'intero lotto risulta NON CONFORME**.

2° in graduatoria ICU MEDICAL EUROPE SRL: NON CONFORME – Dalla scheda tecnica non si evince la presenza di clip di sicurezza, come richiesto alla voce a) e la presenza di dispositivo di aggancio definitivo al sistema di somministrazione nel connettore luer/lock come richiesto alla voce f) e pertanto **l'intero lotto risulta NON CONFORME**.

3° in graduatoria MULTIMEDICAL: NON CONFORME – Dalla scheda tecnica non si evince la presenza di clip di sicurezza, come richiesto alla voce a) e la presenza di dispositivo di aggancio definitivo al sistema di somministrazione nel connettore luer/lock come richiesto alla voce f) e pertanto **l'intero lotto risulta NON CONFORME**.

4° in graduatoria A2 SRL: NON CONFORME - Dalla scheda tecnica non si evince la presenza di clip di sicurezza, come richiesto alla voce a) e pertanto **l'intero lotto risulta NON CONFORME**.

5° in graduatoria SGM MEDICAL SRL: CONFORME

LOTTO 174 SUB B

1° in graduatoria BECTON DICKINSON ITALIA SPA: NON CONFORME – Dalla scheda tecnica non si evince la presenza di clip di sicurezza, come richiesto alla voce a), la tipologia di filtro d'aria, che deve essere da 0.2 micron, come richiesto alla voce e) e la presenza di dispositivo di aggancio definitivo al sistema di somministrazione nel connettore luer/lock come richiesto alla voce f) e pertanto **l'intero lotto risulta NON CONFORME**.

2° in graduatoria ICU MEDICAL EUROPE SRL: NON CONFORME – Dalla scheda tecnica non si evince la presenza di clip di sicurezza, come richiesto alla voce a) e la presenza di dispositivo di aggancio definitivo al sistema di somministrazione nel connettore luer/lock come richiesto alla voce f) e pertanto **l'intero lotto risulta NON CONFORME**.



3° in graduatoria MULTIMEDICAL: NON CONFORME – Dalla scheda tecnica non si evince la presenza di clip di sicurezza, come richiesto alla voce a) e la presenza di dispositivo di aggancio definitivo al sistema di somministrazione nel connettore luer/lock come richiesto alla voce f) e pertanto **l'intero lotto risulta NON CONFORME**.

4° in graduatoria A2 SRL: NON CONFORME - Dalla scheda tecnica non si evince la presenza di clip di sicurezza, come richiesto alla voce a) e pertanto **l'intero lotto risulta NON CONFORME**.

5° in graduatoria SGM MEDICAL SRL: CONFORME

LOTTO 174 SUB C

1° in graduatoria BECTON DICKINSON ITALIA SPA: NON CONFORME – Dalla scheda tecnica non si evince la presenza di clip di sicurezza, come richiesto alla voce a), la tipologia di filtro d'aria, che deve essere da 0.2 micron, come richiesto alla voce e) e la presenza di dispositivo di aggancio definitivo al sistema di somministrazione nel connettore luer/lock come richiesto alla voce f) e pertanto **l'intero lotto risulta NON CONFORME**.



2° in graduatoria ICU MEDICAL EUROPE SRL: NON CONFORME – Dalla scheda tecnica non si evince la presenza di clip di sicurezza, come richiesto alla voce a) e la presenza di dispositivo di aggancio definitivo al sistema di somministrazione nel connettore luer/lock come richiesto alla voce f) e pertanto **l'intero lotto risulta NON CONFORME**.

3° in graduatoria MULTIMEDICAL: NON CONFORME – Dalla scheda tecnica non si evince la presenza di clip di sicurezza, come richiesto alla voce a) e la presenza di dispositivo di aggancio definitivo al sistema di somministrazione nel connettore luer/lock come richiesto alla voce f) e pertanto **l'intero lotto risulta NON CONFORME**.

4° in graduatoria A2 SRL: NON CONFORME - Dalla scheda tecnica non si evince la presenza di clip di sicurezza, come richiesto alla voce a) e pertanto **l'intero lotto risulta NON CONFORME**.

5° in graduatoria SGM MEDICAL SRL: CONFORME

LOTTO 175

DESERTO

LOTTO 176

LOTTO 176 SUB A

1° in graduatoria SGM MEDICAL SRL: CONFORME

LOTTO 176 SUB B

1° in graduatoria SGM MEDICAL SRL: CONFORME

LOTTO 176 SUB C

1° in graduatoria SGM MEDICAL SRL: CONFORME

LOTTO 176 SUB D

1° in graduatoria SGM MEDICAL SRL: CONFORME

LOTTO 176 SUB E

1° in graduatoria SGM MEDICAL SRL: CONFORME

LOTTO 176 SUB F

1° in graduatoria SGM MEDICAL SRL: CONFORME

LOTTO 176 SUB G

1° in graduatoria SGM MEDICAL SRL: CONFORME

LOTTO 176 SUB H

1° in graduatoria SGM MEDICAL SRL: CONFORME

LOTTO 176 SUB I

1° in graduatoria SGM MEDICAL SRL: CONFORME

LOTTO 176 SUB L

1° in graduatoria SGM MEDICAL SRL: CONFORME

LOTTO 177

LOTTO 177 SUB A

1° in graduatoria SGM MEDICAL SRL: CONFORME

LOTTO 177 SUB B

1° in graduatoria SGM MEDICAL SRL: CONFORME

LOTTO 178

1° in graduatoria AS MEDICALI SRL: CONFORME

LOTTO 179

DESERTO

LOTTO 180

1° in graduatoria SGM MEDICAL SRL: CONFORME


LOTTO 181

DESERTO

I lavori si chiudono alle 18:30.

La Commissione Tecnica

Dr. Giuseppe Calabrese



Dr. Gregorio De Leo



Dr.ssa Cristina Pittella





Verbale di Commissione Tecnica n. 5– Seduta del 29.09.2021

Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per la fornitura, in somministrazione, di materiale specialistico per Chirurgia Toracica, Chirurgia pediatrica, Proctologia, Neonatologia, D.M. di uso comune, Materiale UFA e materiale di consumo dedicato – N. di gara 8045655

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 09:00 presso i locali dell'UOC di Farmacia del P.O. Garibaldi Centro dell'ARNAS Garibaldi di Catania, siti in Piazza S. Maria di Gesù n.5, si riunisce la Commissione Tecnica nominata con Deliberazione n. 796/DG del 01.07.2021 per la valutazione della documentazione tecnica di gara, giusta pubblicazione sulla GUCE S42-104236 del 02.03.2021, sulla GURS n. 9 del 05.03.2021 e sul Sole 24 Ore e la Repubblica nonché su Quotidiano di Sicilia e La Repubblica ed. regionale.

Sono presenti:

- Dr. Giuseppe Calabrese – Componente;
- Dr. Gregorio De Leo – Componente;
- Dr.ssa Cristina Pittella – Componente.

Constatata la regolare composizione della Commissione Tecnica si procede all'apertura dei lavori.

Dall'esame della documentazione tecnica presentata, incluso il modello D, verificatane la completezza e la rispondenza con quanto dettato dal Capitolato di gara, derivano le seguenti risultanze:

Allegato 6 – Materiale UFA

LOTTO 182

LOTTO 182 SUB A

1° in graduatoria BECTON DICKINSON SRL: CONFORME

LOTTO 182 SUB B



1° in graduatoria BECTON DICKINSON SRL: CONFORME

LOTTO 182 SUB C

1° in graduatoria BECTON DICKINSON SRL: CONFORME

LOTTO 183

LOTTO 183 SUB A



1° in graduatoria MEDINAT SRL: NON CONFORME - Per la presenza di filtro a membrana e pertanto l'intero lotto risulta NON CONFORME.

2° in graduatoria ICU MEDICAL EUROPE SRL: NON CONFORME – Per la presenza di filtro antibatterico 0,2 micron e pertanto l'intero lotto risulta NON CONFORME.

3° in graduatoria BECTON DICKINSON ITALIA SPA: CONFORME

LOTTO 183 SUB B

1° in graduatoria MEDINAT SRL: CONFORME

2° in graduatoria ICU MEDICAL EUROPE SRL: CONFORME

3° in graduatoria BECTON DICKINSON ITALIA SPA: CONFORME

LOTTO 183 SUB C

1° in graduatoria MEDINAT SRL: CONFORME

2° in graduatoria ICU MEDICAL EUROPE SRL: CONFORME

3° in graduatoria BECTON DICKINSON ITALIA SPA: CONFORME

LOTTO 184

LOTTO 184 SUB A

1° in graduatoria BECTON DICKINSON ITALIA SPA: CONFORME

LOTTO 184 SUB B

1° in graduatoria BECTON DICKINSON ITALIA SPA: CONFORME

Allegato 7 – Materiale Dedicato

LOTTO 185 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria BAXTER SPA: CONFORME

LOTTO 186 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria TECHNOLOGIC SRL: NON CONFORME – Materiale di consumo offerto non compatibile con apparecchiatura di dotazione aziendale come da Capitolato.

LOTTO 187

DESERTO

LOTTO 188 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria OLIMPUS ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 189 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria INSTRUMENTATION LABORATORY SPA: CONFORME



LOTTO 190

DESERTO

LOTTO 191 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria MEDTRONIC ITALIA SPA: CONFORME

LOTTO 192 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria MEDTRONIC ITALIA SPA: CONFORME

LOTTO 193 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria MEDTRONIC ITALIA SPA: CONFORME

LOTTO 194 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria MEDTRONIC ITALIA SPA: CONFORME

LOTTO 195 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria MEDICAL TI SPA: CONFORME

LOTTO 196 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria OLIMPUS ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 197 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria A. DE MORI SPA: CONFORME

LOTTO 198

DESERTO

LOTTO 199 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria OLIMPUS ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 200

DESERTO

LOTTO 201

DESERTO

LOTTO 202

DESERTO


LOTTO 203 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria GI.PI. MEDICAL SRL: CONFORME

LOTTO 204

DESERTO

LOTTO 205 - TUTTE LE VOCI


1° in graduatoria HALSA SRL: CONFORME

LOTTO 206 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria EUROMED SRL: CONFORME

LOTTO 207 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria HALSA SRL: CONFORME

LOTTO 208 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria HALSA SRL: CONFORME

LOTTO 209 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria EUROMED SRL: CONFORME

LOTTO 210 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria HALSA SRL: CONFORME

LOTTO 211 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria HALSA SRL: CONFORME

LOTTO 212 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria EB NEURO SPA: CONFORME

LOTTO 213 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria HALSA SRL: CONFORME

LOTTO 214 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria SIRIMED SRL: CONFORME

I lavori si chiudono alle 13:00.

La Commissione Tecnica

Dr. Giuseppe Calabrese

Dr. Gregorio De Leo

Dr.ssa Cristina Pittella



Verbale di Commissione Tecnica n. 6– Seduta del 05.10.2021

Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per la fornitura, in somministrazione, di materiale specialistico per Chirurgia Toracica, Chirurgia pediatrica, Proctologia, Neonatologia, D.M. di uso comune, Materiale UFA e materiale di consumo dedicato – N. di gara 8045655

L'anno 2021 il giorno 5 del mese di Ottobre alle ore 09:00 presso i locali dell'UOC di Farmacia del P.O. Garibaldi Centro dell'ARNAS Garibaldi di Catania, siti in Piazza S. Maria di Gesù n.5, si riunisce la Commissione Tecnica nominata con Deliberazione n. 796/DG del 01.07.2021 per la valutazione della documentazione tecnica di gara, giusta pubblicazione sulla GUCE S42-104236 del 02.03.2021, sulla GURS n. 9 del 05.03.2021 e sul Sole 24 Ore e la Repubblica nonché su Quotidiano di Sicilia e La Repubblica ed. regionale.

Sono presenti:

- Dr. Giuseppe Calabrese – Componente;
- Dr. Gregorio De Leo – Componente;
- Dr.ssa Cristina Pittella – Componente.

Constatata la regolare composizione della Commissione Tecnica si procede all'apertura dei lavori.

Dall'esame della documentazione tecnica presentata, incluso il modello D, verificatane la completezza e la rispondenza con quanto dettato dal Capitolato di gara, derivano le seguenti risultanze:

Allegato 7 – Materiale Dedicato

LOTTO 215 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria HALSA SRL: CONFORME

LOTTO 216 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria HALSA SRL: CONFORME



LOTTO 217 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria HALSA SRL: CONFORME

LOTTO 218 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria HALSA SRL: CONFORME

LOTTO 219 - TUTTE LE VOCI



1° in graduatoria HALSA SRL: CONFORME

LOTTO 220

DESERTO

LOTTO 221 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria OLIMPUS ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 222

DESERTO

LOTTO 223

DESERTO

LOTTO 224

DESERTO

LOTTO 225 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria APTIVA MEDICAL SRL: CONFORME

LOTTO 226

DESERTO

LOTTO 227 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria CONMED ITALIA SRL: CONFORME

LOTTO 228

DESERTO

LOTTO 229 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria ULTRAMED SRL: CONFORME

LOTTO 230

DESERTO

LOTTO 231 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria MEDTRONIC ITALIA SPA: CONFORME

LOTTO 232 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria A. PANZICA SRL: CONFORME

LOTTO 233 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria MEDTRONIC ITALIA SPA: CONFORME

LOTTO 234 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria ALEA DI DADONE SILVIO E C.SAS: CONFORME



LOTTO 235

DESERTO

LOTTO 236 - TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria SIRIMED SRL: CONFORME

LOTTO 237 - TUTTE LE VOCI


1° in graduatoria SIRIMED SRL: CONFORME




I lavori si chiudono alle 13:00.

La Commissione Tecnica


Dr. Giuseppe Calabrese



Dr. Gregorio De Leo



Dr. ssa. Cristina Pittella





Verbale di Commissione Tecnica n. 7– Seduta del 19.10.2021

Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per la fornitura, in somministrazione, di materiale specialistico per Chirurgia Toracica, Chirurgia pediatrica, Proctologia, Neonatologia, D.M. di uso comune, Materiale UFA e materiale di consumo dedicato – N. di gara 8045655

L'anno 2021 il giorno 19 del mese di Ottobre alle ore 09:00 presso i locali dell'UOC di Farmacia del P.O. Garibaldi Centro dell'ARNAS Garibaldi di Catania, siti in Piazza S. Maria di Gesù n.5, si riunisce la Commissione Tecnica nominata con Deliberazione n. 796/DG del 01.07.2021 per la valutazione della documentazione tecnica di gara, giusta pubblicazione sulla GUCE S42-104236 del 02.03.2021, sulla GURS n. 9 del 05.03.2021 e sul Sole 24 Ore e la Repubblica nonché su Quotidiano di Sicilia e La Repubblica ed. regionale.

Sono presenti:

- Dr. Giuseppe Calabrese – Componente;
- Dr. Gregorio De Leo – Componente;
- Dr.ssa Cristina Pittella – Componente.

Constatata la regolare composizione della Commissione Tecnica si procede all'apertura dei lavori.

Dall'esame della documentazione tecnica presentata, incluso il modello D, verificatane la completezza e la rispondenza con quanto dettato dal Capitolato di gara, derivano le seguenti risultanze:

Allegato 7 – Materiale Dedicato

LOTTO 238-TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria HALSA SRL: NON CONFORME- Alla voce 8 offerto codice BB07520, che da scheda tecnica risulta compatibile con ventilatore Leonì Plus e non con i ventilatori Acutronic Fabian per i quali è richiesto il materiale di consumo.

2° in graduatoria SIRIMED SRL: CONFORME

LOTTO 239-TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria ANDROMEDICA SRL: CONFORME

LOTTO 240-TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria ANDROMEDICA SRL: CONFORME

LOTTO 241-TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria C. BUA SRL: CONFORME

LOTTO 242-TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria C. BUA SRL: CONFORME

LOTTO 243-TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria C. BUA SRL: CONFORME

LOTTO 244-TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria C. BUA SRL: CONFORME

LOTTO 245-TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria C. BUA SRL: CONFORME

LOTTO 246-TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria C. BUA SRL: CONFORME

LOTTO 247-TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria C. BUA SRL: CONFORME

LOTTO 248-TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria C. BUA SRL: CONFORME

LOTTO 249-TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria C. BUA SRL: CONFORME

LOTTO 250 -TUTTE LE VOCI

DESERTO

LOTTO 251 -TUTTE LE VOCI

DESERTO

LOTTO 252 -TUTTE LE VOCI

DESERTO

LOTTO 253 -TUTTE LE VOCI

DESERTO

LOTTO 254-TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria GI.PI. MEDICAL SRL: CONFORME

LOTTO 255 -TUTTE LE VOCI

DESERTO

fe *er* *S*
LOTTO 256 - TUTTE LE VOCI

DESERTO

LOTTO 257 - TUTTE LE VOCI

DESERTO

LOTTO 258 - TUTTE LE VOCI

DESERTO

LOTTO 259 - TUTTE LE VOCI

DESERTO

LOTTO 260 - TUTTE LE VOCI

DESERTO

LOTTO 261- TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria SIRIMED SRL: CONFORME

LOTTO 262- TUTTE LE VOCI

1° in graduatoria CO.DI.SAN. SPA: CONFORME

I lavori si chiudono alle 13:30.

La Commissione Tecnica

Giuseppe Calabrese
Dr. Giuseppe Calabrese

Gregorio De Leo
Dr. Gregorio De Leo

Cristina Pittella
Dr.ssa Cristina Pittella