



ARNAS
GARIBALDI
CATANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

Prot. n. 4242

del - 2 MAG. 2023

OGGETTO: RDO 3513456 Fornitura in Somministrazione di Materiale Specialistico in chirurgia ricostruttiva Mammaria-chiarimenti.

CHIARIMENTO 1

Domanda : Un Operatore Economico potenzialmente concorrente segnala un errore nel file scaricato "capitolato tecnico protesi mammarie" <<l'importo del set di tubi monouso "importo complessivo posto a base d' asta per 17 mesi" risulta essere €55,00 (importo corretto €1050,00) di conseguenza anche il "totale importo a base d'asta non quadra", dovrebbe essere infatti €12580,00 anziché €11585,00 come riportato nel file e nella lettera di invito>>

Risposta:

Si rinvia a verbale di deliberazione n 481 del 28/03/2023 con il quale questa azienda ha disposto la rettifica ed integrazione di tutti gli atti di gara relativamente alla errata indicazione in euro 55,00 iva esclusa anziché in euro 1.050,00 iva esclusa dell'importo complessivo posto a base d'asta della voce b) di cui al lotto n. 5 "Set tubi monouso compatibili pompa di infusione relativa al lotto 5.a" della procedura di gara per la fornitura in somministrazione, della durata di mesi 17 (diciassette), di materiale specialistico per chirurgia ricostruttiva mammaria ;

LOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITA 17 MESI	PREZZO UNITARIO POSTA A BASE D'ASTA	IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE D'ASTA PER 17 MESI	CODICE CND
5.b	Set tubi monouso compatibili pompa di infusione relativa al lotto 5.a	70	15,00	1050,00	A03010103

Pertanto l'importo complessivo da porre a base d'asta per il lotto n. 5 "Set procedura di lipostruttura (trapianto autologo di adipociti)" è dunque pari ad €. 12.580,00 iva esclusa:

LOTTO 5	SET PROCEDURA DI LIPOSTRUTTURA (TRAPIANTO AUTOLOGO DI ADIPOCITI)				
5.a	LIPOASPIRATORE elettrico (220 v) a pistoni ad alta portata ed alta pressione di vuoto. Portata variabile fino a e 60 L/min. Vuoto maggiore di 90kPa. Azionamento remoto a pedale. Completo di base, carrello e due contenitori per sistema di raccolta	1	8.500,00	8.500,00	Z120105



		monouso e pompa peristaltica per infiltrazione azionata a pedale				
	5.b	Set tubi monouso compatibili pompa di infusione relativa al lotto 5.a	70	15,00	1.050,00	A03010103
	5.c	Cannule autoclavabili da infiltrazione per soluzione tumescente per lipostruttura, con attacco luerlock, con diametro e lunghezze variabili	3	55,00	165,00	L9099
	5.d	Cannule autoclavabili da prelievo atraumatico degli adipociti per lipostruttura; disponibili in lunghezze da 15 a 30 cm e calibro da 2 a 4 mm con Attacco SuperLuerLock (compatibili con tutte le siringhe LuerLock) con rivestimento atraumatico	6	120,00	720,00	L9099
	5.e	Cannule autoclavabili da prelievo atraumatico degli adipociti per lipostruttura; disponibili in lunghezze da 15 a 40 cm e calibro da 2 a 5 mm con manico per collegamento con lipoaspiratore con rivestimento atraumatico	6	150,00	900,00	L9099
	5.f	Cannule autoclavabili da infiltrazione e reimpianto atraumatico degli adipociti; disponibili in lunghezze da 5 a 20 cm e calibro variabile da 1 a 3 mm con Attacco Super LuerLock (compatibili con tutte le siringhe LuerLock) con rivestimento atraumatico	6	80,00	480,00	L9099
	5.g	Manipolo autoclavabile per collegamento delle cannule al sistema di aspirazione elettrico	3	60,00	180,00	L9099
	5.h	Portasiringhe autoclavabile per decantazione del tessuto adiposo adatto a contenere siringhe fino a 60 cc	3	75,00	225,00	L9099
	5.i	Set di connettori autoclavabili per trasferimento e frazionamento anaerobico degli adipociti tra due siringhe da 1.0, 1.4, 2.4mm	3	80,00	240,00	L9099
	5.l	Connettore autoclavabile per trasferimento ed anaerobico degli adipociti tra due siringhe	3	40,00	120,00	L9099
				<u>TOTALE</u> <u>IMPORTO A</u> <u>BASE D'ASTA</u>	12.580,00	

Risultano già posti in essere tutti gli adempimenti a seguito dell'avvenuta rettifica (Modifica RDO sul mepa/ modifica CIG ANAC).



CHIARIMENTO 2

Domanda : Un Operatore Economico potenzialmente concorrente segnala che il al punto 18. del modello istanza di partecipazione, pagina 7, è presente la dicitura: <<Di **confermare** la disponibilità alla fornitura di un sistema per videocistoscopia diagnostica, configurato con almeno i moduli funzionali/operativi elencati nel capitolato tecnico>>.

Risposta: Trattasi di refuso . La dichiarazione deve intendersi riferita ai prodotti di cui alla presente RDO quali risultano dettagliati nel capitolato tecnico.

Il Rup
Dott.ssa Olga Marietta

