

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "GARIBALDI" – CATANIA

Esiti Indagine esplorativa di mercato, al fine di un eventuale affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in noleggio di un sistema per il trattamento dell'ostruzione cervico-uretrale da ipertrofia prostatica, con relativo materiale di consumo, da destinare all'U.O.C. di Urologia del P.O. Garibaldi di Nesima

Premesso che, giusta prot. n. 5129 del 14.09.2021, questa Azienda Garibaldi ha avviato una indagine esplorativa di mercato, al fine di un eventuale affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in noleggio di un sistema per il trattamento dell'ostruzione cervico-uretrale da ipertrofia prostatica, con relativo materiale di consumo – nome commerciale: Generatore REZUM e REZUM DELIVERY DEVICE KIT (Ditta produttrice/Ditta distributrice: BOSTON SCIENTIFIC S.p.A./DBI S.r.l.) - da destinare all'U.O.C. di Urologia del P.O. Garibaldi di Nesima;

Che entro il termine del 01.10.2021, previsto quale termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono state acquisite le candidature degli operatori economici:

1. DBI S.r.l. - prot. n. 17127 del 28.09.2021
2. KASTER S.r.l. – prot. n. 17216 del 29.09.2021;

Preso atto che con nota prot. n. 5378 del 01.10.2021 - richiesta verifica equivalenza funzionale sistema ditta KASTER S.r.l. - la documentazione trasmessa dall'operatore di cui al punto 2. è stata rimessa dal Settore Provveditorato al Dirigente Ingegnere Clinico dell'Azienda ed al Direttore dell'U.O.C. di Urologia per le valutazioni di competenza;

Vista la nota prot/UROLOGIA n. 387 del 07.10.2021 con la quale il Direttore della U.O.C. richiedente la fornitura, in merito alla verifica di equivalenza funzionale del sistema della ditta KASTER S.r.l., precisa:

- "il sistema REZUM prevede un accesso transureterale con citoscopio rigido; la nostra U.O.C. di Urologia è già dotata sia di citoscopio rigido che di colonna endoscopica a cui collegarlo; tutto il personale medico ed infermieristico della nostra U.O.C. è addestrato da molti anni ad eseguire la citoscopia rigida, sia diagnostica che operativa."
- "il sistema SPECTRUM LTA per termoablazione mediante luce laser prevede un accesso transperineale con guida ecografica transrettale; tuttavia la nostra U.O.C. non è dotata di sonda ecografica transrettale biplana convex/lineare utile ad eseguire un adeguato e corretto accesso transperineale; il personale medico dell'U.O.C. da me diretta, non è addestrato ad eseguire l'accesso transperineale, tant'è vero che le biopsie prostatiche sono eseguite per via transrettale".

In particolare, il professionista ha, nel prosieguo, evidenziato che "l'accesso transperineale previsto dal sistema SPECTRUM LTA impone all'urologo maggiori criteri di selezione nella scelta dei pazienti da sottoporre a tale procedura, poiché chi è in terapia con antiaggreganti e anticoagulanti, potrebbe essere a rischio di eventi emorragici a livello della regione perineale, sede di accesso e di transito dell'ago/guida del laser.

Il Direttore U.O.C. di Urologia, alla luce delle superiori valutazioni e richiamando le precedenti precisazioni consacrate nell'avviso esplorativo di mercato, conclude avvalorando l'infungibilità del sistema REZUM;

Da ultimo, si registra la comunicazione e-mail del 13.10.2021, prot./PROVV n. 5613 del 14.10.2021 con la quale il Dirigente Ingegnere Clinico, non entrando nel merito degli aspetti sanitari che esulano da valutazioni di natura tecnica allo stesso attribuibile, osserva che:

- i sistemi di che trattasi utilizzano tecniche operative differenti e non sovrapponibili;


- ai fini di un corretto utilizzo, come da manuale d'uso, il sistema SPECTRUM LTA prevede la necessità di utilizzo di una sonda ecografica trans-rettale biplanare, di cui il reparto non risulta essere dotato, null'altro aggiungendo alle considerazioni espresse dal Direttore dell'U.O.C. di Urologia in merito all'attestazione di infungibilità del sistema REZUM per l'ipertrofia prostatica benigna.

Catania li, 19.10.2021

L'istruttore
Dott.ssa Alessandra Scalia



Il Dirigente Amministrativo del
Settore Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Olga Marletta



Il Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

